



4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 – 981

Wrocław, 05.05.2020r

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: dostawy specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki wraz z najmem konsoli FFR i IVUS HD znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.28.2020

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 8 - Pakiet 3: Prosimy o dopuszczenie do oceny cewnika aspiracyjnego z pokryciem hydrofilnym w części dystalnej, długości cewnika 135 cm dla 6F oraz 141 cm dla 7F, zestawem akcesoriów złożonych z cewnika aspiracyjnego, 2 strzykawek o pojemności 30ml, 1 koszyczka z filtrem 40 µm, 1 linii przedłużającej z kranikiem.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 - Pakiet 5: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny cewnika diagnostycznego posiadającego 32 krzywizny oraz 15 kształtów, Cewniki w rozmiarach 5F-6F dostępne w długościach: 100 cm dla wszystkich rodzaju krzywizn oraz alternatywnie 130 cm dla cewników typu Pigtail oraz Judkins Prawy i Lewy 4,0

Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 - Dotyczy Pakietu nr 3 - Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 3, dopuści złożenie oferty z cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, dostępnym w wersji z usuwalnym stalowym mandrynem i standardowej, do swobodnego wyboru przez Operatora, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055"), szybkość aspiracji 115,2cm³/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, pole powierzchni ekstrakcyjnej 1,04mm², wyposażonym marker na końcu cewnika, dostarczonym wraz z dwoma strzykawkami a'30cm³, zastawką jednokierunkową, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Pytanie nr 11 - Dotyczy Pakietu nr 4- Czy Zamawiający, w zakresie części nr 4, dopuści złożenie oferty z cewnikiem dwuświatłowym o długości 140cm, z taperowaną końcówką dystalną, długość odcinka szybkiej wymiany (RX) 21cm, dystans pomiędzy końcówką RX a portem OTW 6,5mm, pokrytym hydrofilnie, średnica zewnętrzna części dystalnej 2,2F, kompatybilny z cewnikiem 5F, wyposażonym w dwa markery radiocieniujące?

Odpowiedź na pytanie nr 10 - 11: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego/zmodyfikowanego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (date odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

KOMENDANTA
4. WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
SPZOZ we Wrocławiu
.....
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)