



Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/37/21

Sucha Beskidzka, dnia 10.05.2021.r.

Dotyczy: Dostawa sprzętu i materiałów - II postępowanie na potrzeby wykonywania badań w ramach projektu : „ Pro life Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi;

Dyrekcja Zespołu Opieki zdrowotnej odpowiada na poniższe pytania:

### **Pakiet 1**

#### **Poz. 5**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Poz.7**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurek guedel w rozmiarach

00-50mm

0-60mm

1-70mm

2-80mm

3-90mm

4-100mm

5-110mm

6-120mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
lek. Marek Haber

Kierownik  
Działu  
mgr S. Stępczek

Chy