

.....
Zatwierdzam

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Przedmiot zamówienia (minimalne parametry i wymagania)	Jedn. miary	Ilość sztuk	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN (kol. 4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Kasety/testy dedykowane do przenośnego urządzenia do detekcji narkotyków w ślinie Abbott SoTaxa 1. Kasety/testy muszą wykrywać minimum 6 grup narkotyków tj: amfetamina i jej analogi, benzodiazepiny, kokaina, metaamfetamina, opiaty, THC. 2. Kasety/testy powinny charakteryzować się: łatwością obsługi, posiadać kontrolę wskazującą odpowiednią ilość próbki śliny, brak możliwości sfalszowania wyniku analizy. 3. Kasety/testy muszą być opakowane pojedynczo i posiadać widoczne i czytelne oznaczenia na opakowaniu: nazwę urządzenia, datę ważności, numer serii. 4. Opakowanie kaset/testów winno zabezpieczać przed zniszczeniem kasety lub dostaniem się substancji, które mogłyby zafalszować wynik badania. 5. Do każdej kasety/testu musi być dołączona jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych (nitrylowych lub lateksowych w rozmiarze L). 6. Opakowanie kasety/testu powinno zapewnić ponowne włożenie do opakowania zużytej testu/kasety i jej zabezpieczenie (zamknięcie np. taśmą klejącą lub strunową). 7. Do pobranych próbek śliny nie mogą być dodawane jakiegokolwiek substancje, poza znajdującymi się w zestawie urządzenia do oznaczania metodą immunologiczną środków działających podobnie do alkoholu. 8. Oferowane artykuły winne być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. 9. Okres ważności kasety/testu: min. 12 miesięcy od daty dostawy. 10. Do każdej kasety/testu musi być dołączona instrukcja obsługi w j.polskim.	szt.	300		

SPECJALISTA
zespołu I
Wdziału Zespołu I
mł. asp. Marek LEWIŃSKI