

L. Dz.: DZP-*M*/19

Poznań, 20.12.2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy /
Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-81/19 przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa respiratora transportowego, kardiogramu, ssaka elektryczny i detektora tętna płodu.**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) udziela odpowiedzi:

Dotyczy zał. nr 3 do SIWZ cz. 3 (Ssak elektryczny)

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wagi urządzenia, 4kg to znacząco za mało na wagę urządzenia jezdnego, jest to waga rzędu 19-20kg.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 9kg bez wózka jezdnego?

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie łącznej wraz z wózkiem do 20 kg?

Pytanie 4:

4. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało niezawodną bezobsługową pompę tłokową o poziomie hałasu 37 dB?

Odpowiedź 1,2,3 i 4:

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami dokonał analizy opisu przedmiotu zamówienia i modyfikuje je w zakresie wszystkich części niniejszego postępowania. Aktualne załączniki nr 3 do wszystkich części postępowania Zamawiający zamieści na platformie zakupowej.

W związku z tym, że zmiana dotyczy szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert w ten sposób, że:

Było:

Składanie ofert 06.01.2020 r., godz.9:00

Otwarcie ofert: 06.01.2020 r., godz. 9:15

Jest:

Składanie ofert 13.01.2020 r., godz.9:00

Otwarcie ofert: 13.01.2020 r., godz. 9:15

Powyższe informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,

**KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych**

Bartosz Pitak
mgr inż. Bartosz Pitak
za Zamawiającego