



Realizacja projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Włocławek, 22.07.2020r.

Sygnatura: **DZP/74/2020**

Wszyscy uczestnicy postępowania

pn. „Zakup respiratorów z kapnometrią i sprężarką powietrza w ilości 5 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”.

realizacja dostaw zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.), zgodnie z którym do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytania do treści Zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami.

Pytanie nr 1:

Lp.85 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości pomiaru kapnograficznego z prezentacją krzywej na ekranie respiratora? Pomiar kapnografii w warunkach intensywnych zawsze wiąże się z pełnym monitorowaniem, gdzie w skład także wchodzi już wyżej wymieniona kapnografia i stąd duplikowanie tego pomiaru nie jest niezbędne. Ze względu na pandemię Covid-19 dostarczenie respiratora z kapnografią w wyznaczonym terminie jest niemożliwy. Przewidywany termin to marzec 2021.

Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuszcza. W związku z tym dokonuje sprostowania do odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 21.07.2020r. było „Nie. Zamawiający nie dopuszcza” po sprostowaniu: „ Tak. Zamawiający dopuszcza”.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka
(oryginalny podpis w aktach dokumentacji)

Sporządziła: mgr Małgorzata Nowacka
Tel. 54 412 – 91 – 40 fax. 54 412 – 94 – 32

