



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl
email: sekretariat@zzozwadowice.pl
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

Wadowice, dnia 02.05.2022r.

Znak: ZP.26.1.17.2022.2

***Informacja o wpłynięciu pytań oraz modyfikacji SWZ na dostawę sprzętu medycznego
jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach***

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach” oraz na podstawie art. 137 ust 1 modyfikuję treść SWZ:

Pytanie nr 1 Pakiet 34 Poz. 3 - Czy Zamawiający w zamian za kolorowe kodowanie rozmiaru maski, dopuści na zasadzie równoważności cyfrowe oznaczenie rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej?



Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 Pakiet 34 Poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego z możliwością zastosowania przez 24h zgodnie z oświadczeniem producenta.



Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 Pakiet 34 Poz. 7 - Czy Zamawiający ma na myśli rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4 Pakiet 34 Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści rękojeść pakowaną w folia-folia?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza**, pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 Pakiet 34 Poz. 8 - Czy Zamawiający ma na myśli prowadnicę do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PCV z miękką końcówką dostępną w 4 rozmiarach:

- CH06, dł. 300 mm; dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,0 - 4,5;
- CH10, dł. 400 mm; dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 5,0 - 6,5;
- CH12, dł. 440 mm; dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 7,0 - 7,5;
- CH14, dł. 440 mm; dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 8,0 - 10,0?



Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6 zwracam się z zapytaniem i jednocześnie proszę dot. próbek do **pakietu 29** W SWZ chcąc Państwo próbkę do poz.1 Ze względu braku w chwili obecnej tego wymiaru drenu Penrose tj. szer 5mm dł. 300mm na stanie, czy dopuszczają Państwa zaoferowanie próbki z poz. 2 szer 8mm, dł. 500mm.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** i modyfikuje SWZ w ww. zakresie. Zmodyfikowany SWZ stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.

Ponadto Zamawiający udziela sprostowania do informacji o modyfikacji SWZ z dnia 27.04.2022r. dotyczącej postępowania przetargowego pn „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach”:

Pytanie nr 56 Pakiet 10, poz. 9 Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczenia linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza powyższe rozwiązanie**, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ bez zmian. W związku z powyższym zmiana wprowadzona modyfikacją z dnia 27.04.2022r. w Pakiecie nr 10 poz. 9 jest nieaktualna.

Jednocześnie Zamawiający **modyfikuje** zapisy Rozdziału VI SWZ. **Zmodyfikowana SWZ wraz z załącznikami stanowi osobny dokument będący integralną częścią modyfikacji.**

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie**. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 09.05.2022r.** do godz. 10:00. Próbki należy złożyć w Sekretariacie ZZOZ w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice nie później niż do dnia otwarcia ofert. Otwarcie ofert i próbek następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **09.05.2022r. godz 10:30**. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 06.08.2022r.

*Pełnomocnik Dyrektora
ds. Infrastruktury i Logistyki*
mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:

<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>

1 x a/a.