

Numer sprawy: DZ.22.17.2023

Warszawa, 01.09.2023 r.

**Do Wykonawców**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Aparatura pomiarowa - dostawa odbiornika pomiarowego dla Instytutu Łączności – PIB**

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 20019 r. – Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup> udzielam następujących wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia<sup>2</sup>.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia odbiornika pomiarowego wraz z akredytowanym świadectwem kalibracji?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia akredytowanego świadectwa kalibracji do odbiornika pomiarowego.

**Pytanie 2:**

Prosimy o podanie producentów i typów stołu obrotowego oraz maszty antenowego którymi należy sterować za pomocą zaoferowanego oprogramowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w komorze EMC będzie wykorzystywał następujące urządzenia:

- sterownik: firmy Maturo, typu: controller FCU 3.0,
- masz antenowy: firmy Maturo, typu: BAM4.5-P-FCU,
- stół obrotowy: firmy Maturo, typu: TT5.0-4t.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie odbiornika pomiarowego którego wbudowany przedwzmacniacz posiada wzmocnienie nie mniejsze niż 20dB, a parametr ten zdefiniowany jest przez producenta jako wartość nominalna?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza przedwzmacniacz, który posiada wartość nominalną wzmocnienia nie mniej niż 20 dB.

---

<sup>1</sup> Dalej: „ustawa Pzp”

<sup>2</sup> Dalej: „SWZ”