



**Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie**

ul. Poznańska 22; 00-685 Warszawa; tel. +48 22 52 51 405; fax +48 22 52 51 380

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO45001:2018;

WSPRiTS/ZP/271/2023  
ZP.261.30.2023

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2023 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w TED Nr 2023/S 144-460038 z dnia 28.07.2023 r. na zakup 9 szt. ambulansów transportowych [Nr postępowania: 30/ZP/2023].**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

**1) PYTANIE:** Czy ze względu na długi czas realizacji produkcji pojazdów bazowych przystosowanych pod zabudowę ambulansów, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 15.12.2023 r.?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**2) PYTANIE:** W związku z tym, że dla proponowanej marki pojazdu bazowego producent nie oferuje możliwości wykupu pakietu przeglądów gwarancyjnych (serwisowych) bez materiałów eksploatacyjnych prosimy o potwierdzenie, że wykonawca ma doliczyć do oferty koszty przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi w kwocie około 9500 zł brutto.

**ODPOWIEDŹ:** Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia/Formularza cenowego poprzez zmianę brzmienia pkt. XIV.89 na: Przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) samochodów bazowych dokonywane będą w ASO. Koszt przeglądów zabudowy specjalnej (usługi, jak i materiałów) będzie po stronie Wykonawcy.

**3) PYTANIE: dot. noszy samojezdnych** - Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nosze posiadające regulację tzn. możliwość ustawiania 3 różnych pozycji spełniające wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza nosze posiadające regulację tzn. możliwość ustawiania 3 różnych pozycji, spełniające wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność.

**4) PYTANIE: dot. noszy samojezdnych** - Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nosze posiadające poręcze boczne składane wzdłużnie lub na boki?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności posiadające poręcze boczne składane wzdłużnie lub na boki.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

*Sprawę prowadzi:*  
Agnieszka Rucińska  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Tel. /22/ 52 51 293