



Znak: AE/ZP-27-30/21

Tarnów, 2021-08-11

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 214.000 EURO) na dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

**Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 pozycji 1 dopuści dializatory niskoprzepływowe o powierzchni 1,8 m<sup>2</sup>, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** dializatorów niskoprzepływowych o powierzchni 1,8 m<sup>2</sup>, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Z up. DYREKTORA

*Maria Bawół*  
mgr piel. Maria Bawół  
Zastępca Dyrektora

