



Wrocław, 2 sierpnia 2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę angiokardiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń związanych z wymianą angiokardiografu – 1 kpl., znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.28.2021

### **WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

#### **Pytanie nr 110:**

W związku z poniższym, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 09.08.2021r.

Dodatkowy czas na złożenie tak obszernej i skomplikowanej oferty jest dla nas niezbędny ze względu na to, że niniejsze postępowanie zobowiązuje nas do dopracowania wielu szczegółów, uzgodnienia warunków specjalnych – wymaga to jednak akceptacji na wysokim poziomie w strukturach firmy, co znacząco wpływa na wydłużenie czasu przygotowania oferty.

Przy aktualnym terminie składania ofert wyznaczonym na 02.08.2021 r. przygotowanie odpowiednich wyliczeń i zebranie wszystkich wymaganych zgodnie z SWZ dokumentów może okazać się niezwykle trudne.

**Odpowiedź na pytanie nr 110: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ:**

- 1) **Rozdział XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1** otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. **do dnia 6 listopada 2021r.**”
- 2) **Rozdział XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt 1 ppkt 2) lit a)** otrzymuje brzmienie:  
„pieniądzu; wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007 z zaznaczeniem: „Wadium - znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.28.2021” - środki finansowe powinny wpłynąć na konto

zamawiającego do dnia **9 sierpnia 2021r. do godz. 10:30** pod rygorem odrzucenia oferty;

Uwaga!

Pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;”

3) **Rozdział XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 2** otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **9 sierpnia 2021r. do godz. 10:30.**”

4) **Rozdział XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 1** otrzymuje brzmienie:

„Planowany termin otwarcia ofert – **9 sierpnia 2021r.** o godzinie 11:00.”

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 88 ust. 3 Pzp przekazuje treść zmian ogłoszenia o zamówieniu o których mowa w art. 90 ust. 1 Pzp. Zamawiający na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 2 informuje, że przekazał ogłoszenie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27 lipca 2021r. i nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

**Pytanie nr 111 dotyczy zał. nr 2A do SWZ, II.33:**

II	STÓŁ PACJENTA			
33.	Moduł sterowania ruchami statywu i stołu Sposób sterowania lampą przy stole hemodynamicznym – wymagany minimum Joystick	Tak, podać	Joystick – 0 pkt. Dodatkowy mechanizm – 10 pkt.	

W odpowiedzi na pytanie nr 46 w piśmie z dn. 27.07.2021 Zamawiający potwierdził, że poprzez wymóg zaoferowania minimum „modułu sterowania ruchami statywu i stołu w formie joysticka”, Zamawiający oczekuje dostarczenia rozwiązania umożliwiającego zwalnianie hamulców płyty pacjenta i zmianę projekcji statywu przy pomocy jednego joysticka bez konieczności odrywania dłoni.

Tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Wymóg przytoczony w pytaniu przez jednego z wykonawców tj. wymóg zaoferowania minimum „modułu sterowania ruchami statywu i stołu w formie joysticka” stanowi próbę manipulacji mającą na celu ograniczenie konkurencji i jest niezrozumiałym rozszerzeniem wymogu określonego w pkt. 33 załącznika SWZ, bowiem pierwotny wymóg sterowania przy pomocy minimum joysticka dotyczył jedynie sterowania lampą przy stole

hemodynamicznym, a nie statywu i stołu. Dodatkowo rozszerzenie wymogu dotyczy wymogu zwalniania hamulców płyty pacjenta i zmiany projekcji statywu przy pomocy jednego joysticka bez konieczności odrywania dłoni. Nie widzimy korzyści z takiego sterowania, wręcz przeciwnie, w naszej opinii sposób sterowania aparatu staje się nieprzystający do realiów użytkowych i nie rozumiemy czemu ma służyć np. jednoczesna zmiana angulacji i położenia blatu stołu przy pomocy jednego joysticka bez konieczności odrywania dłoni.

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania angiografu fabrycznie wyposażonego w moduły sterujące zgrupowane mechanicznie i elektrycznie w jedną konsolę sterowania przy stole hemodynamicznym m.in. z gałką do swobodnego przesuwania blatu stołu i wielofunkcyjnym joystickiem, umożliwiającą regulację pozycji statywu i ramienia C z lampą. W przeciwnym wypadku oznaczałoby to uniemożliwienie złożenia nam ważnej oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 111: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 112 dotyczy zał. nr 2A do SWZ, VI.96:**

VI.	SYSTEM CYFROWY I OPROGRAMOWANIE KLINICZNE			
96.	Akwizycja kardiologiczna w zakresie min. 10-30 kl./s w matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości	Tak, podać	Bez oceny	

W odpowiedzi na pytanie nr 46 w piśmie z dn. 27.07.2021 Zamawiający potwierdził, że poprzez wymóg prowadzenia „akwizycji kardiologicznej w zakresie min. 10-30 kl./s w matrycy min. 1024 x 1024 i min. 12-bitowej głębi szarości” Zamawiający rozumie akwizycję obrazu z wykorzystaniem cyfrowego panelu o rozdzielczości min. 1024x1024 i głębi bitowej min. 12 bitów w zakresie min. 10-30 kl./s.

Tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Zapis postulowany w pytaniu przez jednego z wykonawców tj. wymóg akwizycji obrazu z wykorzystaniem cyfrowego panelu o rozdzielczości min. 1024x1024 stanowi manipulację i jest niezrozumiałym rozszerzeniem parametru opisanego w pkt. V.74 załącznika SWZ, w którym Zamawiający oczekuje podania wymiarów matrycy detektora (piksel x piksel) i nie wprowadza w tym zakresie dodatkowych wymagań. Zwracamy uwagę, że matryca akwizycyjna i matryca detektora (cyfrowego panelu) to pojęcia odnoszące się do różnych części toru wizyjnego. Co więcej, ponieważ nie wszystkie piksele detektora biorą bezpośredni udział w obrazowaniu, wartości obu nie muszą być dokładnie równe. Naszym zdaniem pytanie zadane przez wykonawcę miało na celu rozszerzenie wymogu dotyczącego systemu cyfrowego (matryca akwizycyjna) na inny komponent systemu (tj. detektor) w celu ograniczenia konkurencji.

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowanie angiografu z trybem akwizycji kardiologicznej w zakresie 7,5-30 kl./s w matrycy zapisu i wyświetlania obrazu 1024 pikseli x 1024 pikseli i 12-bitowej głębi szarości możliwości spełni wymagania Zamawiającego. W przeciwnym wypadku oznaczałoby to uniemożliwienie złożenia nam ważnej oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 112: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 113 dotyczy zał. nr 2A do SWZ, III.45, IV.49, V.80, V.86, VI.92, VI.99, VI.104:**

Informujemy, że w pytaniu nr 50 jeden z wykonawców w sposób nieuprawniony posłużył się argumentacją o rozwiązaniach równoważnych chcąc w ten sposób doprowadzić do sytuacji, w której różne rozwiązania miałyby zostać zrównane ze sobą i w ten sposób próbuje uzyskać dodatkowo punkty za funkcjonalności, których w określonym przez Zamawiającego kształcie oferowane urządzenie nie posiada. Podkreślamy, że rozwiązania równoważne określone w ustawie Pzp jak również przywołane przez Zamawiającego w SWZ (pkt IV 3) odnoszą się do sytuacji, w której przedmiot zamówienia określony jest za pomocą norm, znaków towarowych, patentów i aby w ten sposób nie eliminować niektórych produktów dopuszcza się rozwiązania równoważne opisanym. W przywołanych w pytaniu nr 50 punktach III.45, IV.49, V.80, V.86, VI.92, VI.99, VI.104 nie mamy do czynienia ani z parametrami wymaganymi (czyli eliminującymi z postępowania) ani z parametrami opisanymi za pomocą norm, znaków towarowych czy patentów. Zatem nie ma mowy o zastosowaniu w tym przypadku równoważności i przyznawaniu punktów za różne od opisanych funkcjonalności. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w punktach III.45, IV.49, V.80, V.86, VI.92, VI.99, VI.104 przyzna ocenę punktową zgodnie z aktualnym brzmieniem zapisów w tabeli technicznej dołączonej do odpowiedzi z dnia 27.07.2021 r. oraz, że odpowiedź na pytanie 50 o rozwiązaniach równoważnych nie będzie mieć żadnego wpływu na ocenę ofert i Zamawiający nie będzie uznawał żadnej równoważności w przypadku parametrów ocenianych.

**Odpowiedź na pytanie nr 113: Zgodnie z SWZ i wyjaśnieniami i modyfikacją SWZ z dnia 27 lipca 2021r.**

**Pytanie nr 114 dotyczy zał. nr 2A do SWZ, VIII.144:**

VIII.	<b>SYSTEM KOREJESTRACJI DANYCH Z ANGIOGRAFII I ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZNACZYNIOWEJ</b>			
96.	System w przypadku synchronizacji angiografii oraz IVUS w oparciu o streaming wideo samodzielnie rozpoznaje początek i koniec przejazdu głowicy ultrasonograficznej przez badane naczynie.	Tak, podać	Bez oceny	

Czy Zamawiający dopuści system synchronizujący obrazy angiograficzne oraz obrazy IVUS i OCT w oparciu o streaming wideo, ze świadomym manualnym zaznaczeniem przez operatora początku i końca badanego odcinka naczynia, z automatycznym przejazdem głowicy w systemach wyposażonych w automatyczny pullback?

**Odpowiedź na pytanie nr 114: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 115 dotyczy odpowiedzi z dnia 27.07.2021t. – pytanie nr 35:**

W związku z odpowiedzią Zamawiającego nr 35 z dnia 27 lipca 2021, pragniemy wyjaśnić, że opisane w załączniku nr 2B do SWZ „Wymogi PFU” pkt 7.1 ppkt. c) prace, polegające między innymi na: rozbudowie pomieszczenia technicznego oraz wzmocnieniu stropów, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wymagają opracowania „Projektu budowlanego” oraz uzyskania „Pozwolenia na budowę”.

W związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią, w której to Zamawiający jednoznacznie stwierdza, że planowany przez Zamawiającego zakres wykonania robót

budowlanych wymaga jedynie „Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę”, prosimy o usunięcie z umowy zapisów narzucających na Wykonawcę obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, tj. par. 5 ust. 2 pkt. 6 umowy, który brzmi

*„Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem budowlanym – jeżeli zajdzie taka konieczność.”.*

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do umowy zapisów regulujących kwestie uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych, w przypadku, odrzucenia przez urząd administracji publicznej „Zgłoszenia...” i nałożenia obowiązku uzyskania „Pozwolenia na budowę”. Prosimy o potwierdzenie, że w takim wypadku uzyskanie „Pozwolenia na budowę” będzie po stronie Zamawiającego, a w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę zostanie podpisany stosowny aneks do umowy, w którym terminy realizacji umowy zostaną dostosowane do stanu faktycznego.

W takiej sytuacji, w celu optymalnego wykorzystania środków przeznaczonych na zakup sprzętu, aparatura medyczna mogłaby być dostarczona i odebrana w magazynie Zamawiającego lub w magazynie wskazanym przez Wykonawcę (magazynowanie na koszt Wykonawcy) i zafakturowana na podstawie protokołu dostawy – sytuacja taka wymaga jednak dostosowania zapisów wzoru umowy.


**Odpowiedź na pytanie nr 115: Zamawiający podtrzymuje, iż wzmocnienia stropu poddasza należy wykonać na Zgłoszenie, jednakże w przypadku zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań konstrukcyjnych wymagających uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z Rozdz. XXII pkt. 8 SWZ możliwe będzie aneksowanie umowy. Zapis Rozdziału XXII SWZ otrzymuje brzmienie:**

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **Załącznik nr 3 do SWZ**, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.
2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian zakresu umowy na podstawie przesłanek wymienionych w art. 455 PZP.
3. Oprócz przesłanek wymienionych w art. 455 PZP zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:
  - 1) Wszystkie wartości netto określone przez wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
  - 2) Urzędowa zmiana stawek podatku VAT w okresie obowiązywania umowy obowiązuje z mocy prawa.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany,

które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016 s. 1) – dalej RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
6. Zmiana siedziby wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
8. Zamawiający zastrzega sobie wydłużenie terminu dostawy, ze względu na nadzwyczajne okoliczności, **jednak nie dłużej niż do 15 listopada 2021r.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**

Z upoważnienia  
KOMENDANTA  
4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO I POLIKLINIKA  
SP ZOZ w Wrocławiu  
  
.....mgr Piotr STIAK.....  
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

