

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

**sekretariat** 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

**NIP:** 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 17.06.2024r.

**Do wszystkich  
Wykonawców**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023 poz. 1605 z. póź. zm.), którego przedmiotem jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów na 36 miesięcy. Nr sprawy 23/TP/24.

**Pytania Wykonawcy pierwszego:**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy wzoru umowy par 4 ust 3 dla części 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres przez Zamawiającego po każdorazowym otrzymaniu zamówienia? Wykonawca nie ma technicznej możliwości wystawiania zbiorczej faktury VAT dostarczonej Zamawiającemu w wersji papierowej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana sprzedaż produktów.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury elektronicznej. Należy wysłać na adres faktury@szpitalmyslenice.pl***

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy wzoru umowy par 5 Rękojmia ust 3 dla części 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości wystawienia faktury korygującej na wadliwą część towaru .

W przypadku reklamacji, jeśli występują, zdarzają się one w odniesieniu do pojedynczych testów i w takim przypadku wygodniejszą formą jest wystawienie faktury korygującej dla takich pojedynczych reklamacji/testów, pozwalających odliczyć koszt takiego pojedynczego testu od należności do zapłacenia.

***Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umownych.***

**(1) Pytania firmy bioMerieux:**

1. Dotyczy SW, rozdział IV przedmiotowe środki dowodowe oraz Parametrów wymaganych ( część nr 1 i nr 2) – Ze względu na obszerność dokumentacji, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku i wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się Deklaracje zgodności CE i odstąpi od wymogu dostarczenia ich wraz z ofertą? Dodatkowo wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, iż zaoferowane produkty będące wyrobami medycznymi zostały wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Należy w formularzu ofertowym podać adres strony internetowej.***

2. Dot. Formularza cenowego, część I i II - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do

tabeli asortymentowo-cenowej kolumny z numerem katalogowym produktu?  
Uzasadnienie: Numer katalogowy produktu widnieje na fakturze sprzedaży.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

3. Część 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora do identyfikacji i określenia lekowrażliwości, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych oraz automatycznego systemu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości. „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.

**Odpowiedź: Dostęp zdalny może być aktywowany wyłącznie po wcześniejszych uzgodnieniach z Działem Informatyki naszej jednostki, jeśli będą możliwe do spełnienia warunki techniczne dotyczące cyberbezpieczeństwa. Warunki te są zmiennie w czasie, więc na daną chwilę nie można zagwarantować jego przyznania.**

4. Część 1, parametry wymagane dla aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości oraz testów, pkt. 37 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów z terminem ważności 4-6 miesięcy? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów z terminem ważności 4-6 miesięcy, zgodnie z zaleceniami producenta.**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora immunodiagnostycznego, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora immunodiagnostycznego:

„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.

**Odpowiedź: Dostęp zdalny może być aktywowany wyłącznie po wcześniejszych uzgodnieniach z Działem Informatyki naszej jednostki, jeśli będą możliwe do spełnienia warunki techniczne dotyczące cyberbezpieczeństwa. Warunki te są zmiennie w czasie, więc na daną chwilę nie można zagwarantować jego przyznania.**

Pytania dotyczące projektu umowy (załącznik nr 5A):  
6. §2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje projektowane postanowienia umowne. §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Dostawa będzie odbywać się w uwzględnionych na bieżąco wielkościach transz, w terminie 4 dni roboczych od złożenia zamówienia Wykonawcy w formie e-maila. Możliwość dostaw awaryjnych do ..... godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia (do godziny 15.00), potwierdzonego-mailem bądź faksem. Gdy termin dostawy awaryjnej wypadnie w dzień świąteczny, dostawa nastąpi w najbliższym dniu roboczym.**

7. § 2a ust. 8 pkt 2 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na wizytę inżyniera serwisowego do 48 godzin liczonych od chwili zgłoszenia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

8. § 2a ust. 8 pkt. 2 lit. a – W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „a) wizyta inżyniera serwisowego nastąpi nie później, niż w terminie 24 godzin w dni robocze liczonych od chwili zgłoszenia,”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje projektowane postanowienia umowne § 2a ust. 8 pkt. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:**

**a) wizyta inżyniera serwisowego nastąpi nie później, niż w terminie 24 godzin w dni robocze liczonych od chwili zgłoszenia,”?**

9. § 2a ust. 8 pkt 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na usunięcie wady lub usterki do 4 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia projektowanych postanowień umownych.**

10. § 2a ust. 11 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: „za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu serwisu w wysokości 0,25% czynszu dzierżawnego brutto”?

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy wskazana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako taka zgodnie z przepisami KC może podlegać miarkowaniu przez Sąd. Standardowo stosowanymi karami w tego rodzaju postępowaniach są kary liczone za każdy dzień zwłoki, a nie jak wskazuje Zamawiający za każdą godzinę. Obecna wysokość kar stanowiłaby zbyt dużą dolegliwość dla Wykonawcy stąd też zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i obniżenie wysokości proponowanej kary.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje projektowane postanowienia umowny. § 2a ust. 11 pkt. 2 „ za każdą rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu serwisu w wysokości 5% czynszu dzierżawnego brutto”**

11. § 2a ust. 11 pkt 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia na: „za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu serwisu w wysokości 5% czynszu dzierżawnego brutto”?

**Odpowiedź: W związku z wcześniejszą odpowiedzią Zamawiającego, pytanie nie dotyczy.**

12. § 2a ust. 11 pkt 2 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy podstawę naliczania kar stanowić będzie wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za urządzenie, którego uchybienie dotyczy czy też całkowita wysokość czynszu dzierżawnego za okres 36 miesięcy dzierżawy dotycząca urządzenia, którego ew. zwłoka dotyczy?

**Odpowiedź: Podstawę naliczania kar będzie całkowita wysokość czynszu dzierżawnego za okres 36 miesięcy dzierżawy**

13. §5 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że objęte przedmiotem produkty będą nowe, wolne od wad i o terminie ważności (przydatności) nie krótszym niż określony w formularzach cenowych. Rękojmia i gwarancja obowiązują przez okres przydatności. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy strony niniejszej umowy

odpowiadają wzajemnie za szkody powstałe wskutek nienależytego jej wykonania lub niewykonania na zasadach określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego dotyczących odpowiedzialności pomiędzy podmiotami profesjonalnymi.”? Uzasadnienie: W wymaganiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawarł różne okresy przydatności, od 4 tygodni dla płytek z części 1 do 6 miesięcy dla testów. W części 2 Zamawiający wymaga 4 miesięcznego terminu przydatności. W związku z tym wnosimy o modyfikację zapisu umownego, aby pozostał w spójności z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §5 ust. 1 projektowanych postanowień umownych w brzmieniu: Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że objęte przedmiotem produkty będą nowe, wolne od wad i o terminie ważności (przydatności) nie krótszym niż określony w formularzach cenowych. Rękojmia i gwarancja obowiązują przez okres przydatności. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy strony niniejszej umowy odpowiadają wzajemnie za szkody powstałe wskutek nienależytego jej wykonania lub niewykonania na zasadach określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego dotyczących odpowiedzialności pomiędzy podmiotami profesjonalnymi.**

**(2.2) Pytania Wykonawcy drugiego:**

Pakiet 2, poz. 10 – Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie pozycji 10, gdyż wymagany produkt został wycofany z oferty handlowej wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w części 2 poz. 10.**

**Zmianie ulega Rozdział XII SWZ Sposób i termin składania ofert :**

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem [www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice](https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice) w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 26.06.2024 r do godz. 12.30.**

**Zmianie ulega Rozdział XIII Termin otwarcia ofert:**

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 26.06.2024 r. godz. 13.10.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty**

Podpis.....

---

Zamieszczono na stronie internetowej ( platforma zakupowa zamawiającego)

.....