



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, 17.03.2022 r.

EZP 76/2022

**Wszyscy Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**

dot. przetargu nr M-7/2022 na Dostawę implantów do chirurgii szczękowej w zakresie pełnoprofilowej Sali zabiegowej laryngologicznej na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający działając na podst. art. 284 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 Poz.2019), przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

**Dotyczy zapisów SWZ:**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować którego pakietu dotyczą zestawy narzędziowe z Załącznika 2a?

**Odpowiedź:**

Zestawy narzędziowe z Załącznika 2a dotyczą każdego pakietu, są to narzędzia podstawowe .

**Pytanie 2**

Prosimy o odstąpienie od zestawów narzędziowych z Załącznika 2a na rzecz oferowania zestawów instrumentarium według rozwiązań konstrukcyjnych danego producenta dedykowanych do implantacji zaoferowanych wyrobów w danym pakiecie ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. Zestaw 2a jest zestawem podstawowym narzędzi chirurgicznych. W zestawach od producenta brak niektórych narzędzi, np. imadło, hak.

**Dotyczy Pakietu Nr 1**

**Pytanie 3, Poz. 1,2,3**

Prosimy o doprecyzowanie , co oznacza zapis „TAN”?

**Odpowiedź:**

TAN – oznacza mieszaninę materiałów z jakich produkt został wykonany w tym przypadku tytan + aluminium + nikiel – oznaczenie międzynarodowe.

**Pytanie 4, Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści śruby 2,7mm z gniazdem torx?

**Odpowiedź:**


Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 5, Poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści śruby z gniazdem torx?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.



6





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626  
email: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie 6, Poz. 16-19, 24**

Czy Zamawiający dopuści płytki o grubości 1mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szafy zamykanej wielopółkowej do przechowywania implantów, gdyż nie powinny stanowić warunku złożenia oferty w pakiecie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstępuje od powyższego. Zgodnie z SWZ.

**Dotyczy Pakietu Nr 2**

**Pytanie 8, Poz. 1,2**

Prosimy o doprecyzowanie, co oznacza zapis „TAN”?

**Odpowiedź:**

TAN – oznacza mieszaninę materiałów z jakich produkt został wykonany, w tym przypadku tytan + aluminium + nikiel + - oznaczenie międzynarodowe.

**Pytanie 9, Poz. 5,8-11**

Czy Zamawiający dopuści płytki o grubości 0,6mm zamiast 0,5mm i 0,7mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 10, Poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści płytki o grubości 0,6mm zamiast 0,4mm i 0,5mm oraz o ilości 10 otworów zamiast 12?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 11, Poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści płytki 9x9mm zamiast wymaganych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 12, Poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści płytki o grubości 1,0mm zamiast 0,8mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 13, Poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści płytki o wymiarze 46x36?

**Odpowiedź:**


Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 14, Poz. 13-15**

Czy Zamawiający dopuści płytki o grubości 0,5mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.







**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**

województwo kujawsko-pomorskie

REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494

Dział Zamówień Publicznych

tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626

email: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie 15, Poz. 17,19**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu D4 opakowanie 4 szt. i D6 opakowanie 4 szt. i dopuści opakowania po 1 szt. według standardu producenta spełniające wszystkie wymogi ustawowe i regulacyjne dla opakowań wyrobów medycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstępuje od powyższego. Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 16, Poz. 18**


Czy Zamawiający wykreśli nazwę tj. RapidSorb, która jest nazwą własną konkretnego producenta i dopuści równoważne płytki adaptacyjne resorbowalne 8 otworowe dla wkrętów 2mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla nazwę RapidSorb i dopuszcza równoważne płytki adaptacyjne resorbowalne 8 otworowe dla wkrętów 2mm.

**Pytanie 17, Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści płytkę o grubości 0,6mm wg poniższego wzoru:



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Dotyczy wzoru umowy.**

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający doda zapis w §11 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 1 pkt 1, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Z poważaniem

**KIEROWNIK DZIAŁU  
Zamówień Publicznych**

Ewa Sempowicz

