

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lampa zabiegowa podwieszana – 4 szt.

L.p.	Wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
1	2	3	4
I.	INFORMACJE OGÓLNE:		
1.	Lampa zabiegowa bezcieniowa na podwieszeniu sufitowym	TAK	
2.	fabrycznie nowy, rok produkcji – 2023.	TAK	
3.	Producent.	podać	
4.	Typ/model.	podać	
5.	Klasa wyrobu medycznego.	podać	
6.	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności.	TAK	
II.	PARAMETRY TECHNICZNE:		
1.	Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu, ze źródłem światła LED	TAK	
2.	Masa całkowita nie przekraczająca 52 kg	TAK podać	
3.	Ramię wychodzące z zawiesia sufitowego posiadającego osłonę tworzywową zakrywającą przyłącza elektryczne	TAK	
4.	Źródło światła - diody LED białe, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej.	TAK	
5.	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz	TAK	
6.	Obniżenie lampy od sufitu min. 1 400 mm	TAK podać	
7.	Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 1 500 mm	TAK podać	
8.	Możliwość obrotu ramienia o 360° wokół mocowania głównego	TAK podać	
9.	Natężenie światła kopuły min. 100 000 lux	TAK podać	
10.	Lampa wyposażona w minimum 20 źródeł światła LED	TAK podać	
11.	Żywotność układu świetlnego min. 50 000 godzin	TAK podać	
12.	Regulacja pola zabiegowego	TAK	
13.	Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25-100%.	TAK podać	
14.	Temperatura barwowa dla lampy regulowana w zakresie co najmniej 4500 - 4800 K	TAK podać	
15.	Współczynnik oddawania barw RA co najmniej 95	TAK podać	
16.	Średnica pola operacyjnego w zakresie nie mniejszym niż 230 – 270 mm	TAK podać	
17.	Głębokość iluminacji nie mniejsza niż 700 mm	TAK podać	
18.	Maksymalny wymiar zewnętrzny kopuły nie większy niż 650 mm	TAK podać	
19.	W wyposażeniu kopuły co najmniej 2 sztuki uchwytów autoklawowalnych	TAK podać	
20.	Konstrukcja lampy oraz obudowa szczelne, umożliwiające łatwe czyszczenie i dezynfekcję ogólnodostępnymi środkami	TAK	
21.	Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu w cenie urządzenia oraz wszystkie podłączenia do wykonania przez Wykonawcę	TAK	

III. DOKUMENTACJA:			
1.	Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielskim - dostarczyć wraz z urządzeniem.	TAK	
2.	Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim.	TAK	
3.	Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych.	TAK	
4.	Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.	TAK	

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.