



Pomorskie Centrum Reumatologiczne
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
www.pcrsopot.pl
e-mail: sekretariat@pcrsopot.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

DZP.KK.282.4.2021

Sopot, dnia ...05.2021 roku

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB PODSTAWOWY – ZNAK: 4/TP/21

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż densytometru dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – Znak: 4/TP/21

1. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.2019 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) Rozdział XV „Formularze i załączniki”, Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pozycja 15 o treści:

15	Dawka promieniowania dla pacjenta (pacjent standardowy) a) kręgosłup AP - maks. 50 μ Gy, b) szyjka kości udowej - maks. 50 μ Gy, c) przedramię - maks. 35 μ Gy d) całe ciało - maks. 12 μ Gy	TAK	
----	--	-----	--

otrzymuje brzmienie:

15	Dawka promieniowania dla pacjenta (pacjent standardowy) a) kręgosłup AP - maks. 50 μ Gy, b) szyjka kości udowej - maks. 50 μ Gy, c) przedramię - maks. 35 μ Gy d) całe ciało - maks. 12 μ Gy	TAK, podać	
----	--	------------	--

Do niniejszej modyfikacji załącza się załączniki:

1. Zmodyfikowana treść Załącznika nr 3 do SWZ 4/TP/21

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na dostawę i montaż densytometru dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Sp. z o.o. (znak: 4/TP/21) - **nie zmienia się.**

DYREKTOR
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY
Danuta Szkutnik