

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-89/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę z wniesieniem i uruchomieniem zestawu laparoskopowego i aparatu USG wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) z podziałem na 2 części.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej Ustawa Pzp) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 1 - Projektu umowy § 2 ust. 8

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie następującego brzmienia § 2 ust. 8:

„8. Termin podjęcia naprawy przedmiotu Umowy wyznacza się na maksymalnie **24 48** godziny od daty zgłoszenia o wadzie, awarii lub usterce.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 1 - Projektu umowy § 2 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie następującego brzmienia § 2 ust. 9:

„9. Naprawa gwarancyjna musi być wykonana w terminie maksymalnie 5 dni **roboczych** liczonych od chwili zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego wady, awarii lub usterki Urządzenia, **bądź od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy na jego koszt.**”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 1 - Projektu umowy § 2 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 14 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 1 - Projektu umowy § 4 ust. 1 1) oraz 1 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 1 - Projektu umowy § 4 ust. 1 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy załącznika nr 1 - Projekt umowy § 4

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie kolejnego ust. o następującym brzmieniu:

„§ 4 ust. 4 Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia część 2, zapisów umowy i swz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z rokiem produkcji 2022 r ?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia część 2, zapisów umowy i swz:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie również przedmiotu zamówienia, który nie jest wyrobem medycznymi - stawka VAT 23% (np. elementy do wózka) i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów dotyczących wyrobów medycznych (tj. dokumenty deklaracja zgodności CE, zgłoszenie, powiadomienie)?

Dla takiego sprzętu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawca może zmodyfikować treść WZORU formularza oferty jeśli uzna to za konieczne, pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych i wystarczających do oceny oferty, może również wpisać dwie stawki podatku i dołączyć dodatkowe objaśnienia (w postaci np. załącznika do formularza ofertowego ze szczegółowym podziałem kwoty wedle stawek VAT na poszczególne komponenty) zawierające szczegółowe wyliczenia.

Pytanie 9

dotyczące zapisów swz pkt. 6.1 i umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy/ realizacji zamówienia do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie zaznaczając, że warunki wydłużenie terminu realizacji są możliwe zgodnie z par. 8 wzoru umowy.

Pytanie 10

Dotyczące zapisów umowy paragraf 2 ustęp 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 48 godziny – termin liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 1 punkt 2)

Czy w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 12

Dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczyła 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Dotyczące zapisów SWZ pkt. 19.9

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie wymaganych parametrów poprzez oświadczenie producenta czy wyrazi zgodę również na załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy - autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzającego wartości parametrów technicznych?

- nie dotyczy parametrów punktowanych

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy - autoryzowanego dystrybutora sprzętu potwierdzającego wartości parametrów technicznych (nie dotyczące parametrów punktowanych).

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

