



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 392/08/2023

Chrzanów, 21.08.2023 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pod nazwą: Świadczenie usług serwisowych Tomografu Komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 94/2023**

### Część I

Pyt. 1 §3 ust. 7 wzoru umowy:

Podczas ustalania terminów napraw należy uwzględnić fakt, iż czas realizacji poszczególnych usług różni się w zależności od wielu czynników - zwłaszcza w przypadku pogwarancyjnych usług serwisowych. Wskazujemy, iż przeciętny czas napraw z użyciem części zamiennych sprowadzanych z zagranicy, zważywszy na czas potrzebny na ich zamówienie i logistykę (w tym transport lotniczy lub inny), może wynosić 10 dni roboczych i więcej. Jest to termin wynikający z okoliczności obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy. Ponadto, zwracamy się o zdefiniowanie pojęcia dni roboczych. W związku z powyższym prosimy o zmianę postanowienia:

„Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć:

- 5 dni roboczych od przeprowadzenia diagnostyki, w przypadku naprawy z użyciem części zamiennych znajdujących się w magazynie w Polsce.
- 10 dni roboczych od przeprowadzenia diagnostyki (w przypadku naprawy z użyciem części zamiennych koniecznych do sprowadzenia z zagranicy).

Za dni robocze Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

**Odp.: Zamawiający zgadza się na dodanie definicji dnia roboczego, tj.: „Za dni robocze Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” Terminy pozostają bez zmian.**

2. §3 ust. 8 lit. c) wzoru umowy:

Termin realizacji wynika z obiektywnego usunięcia określonej nieprawidłowości i nie powinien być zależny od momentu potwierdzenia powyższego przez Zamawiającego, jeśli urządzenie zostanie dopuszczone do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwłaszcza w sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający nie dokona od razu potwierdzenia realizacji usługi. Stąd prosimy o usunięcie postanowienia. **Odp.:**

**Zamawiający zmienia brzmienie ww. zapisu na: „Urządzenie zostanie dopuszczone do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”**

3. §4 ust. 2 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w taki sposób, aby przekazywanie oświadczeń, o których mowa w postanowieniu miało miejsce, o ile zmienia się okoliczności tj. nastąpi zmiana osób realizujących zamówienie? Obowiązek określony w ust. 2 stanowi dodatkowe czynności administracyjne, które będą musiały zostać objęte kalkulacją ofertową wykonawcy. **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

#### 4. Dot. §4 ust. 3 wzoru umowy:

W związku z tym, że ust. 3 odnosi się do szeregu dokumentów, jakich żądać może od Wykonawcy Zamawiający w celu wykazania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, Wykonawca podnosi, że termin wynikający z tego postanowienia powinien być możliwy do zrealizowania. Zwłaszcza w przypadku wezwania do przedstawiania dokumentów wydawanych przez organ rentowy tj. ZUS. Prosimy zatem, o zmodyfikowanie postanowienia zd. 1. zgodnie z poniższym:

„W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych a w przypadku, o którym mowa w lit. b) poniżej nie krótszym niż 21 dni roboczych wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia.” **Odp. Tak. Zamawiający dopisze w/w terminy do umowy.**

#### 5. Dot. §4 ust. 3 lit. d) wzoru umowy:

Wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia poprzez wskazanie, że tylko zawinione przez Wykonawcę nieprzedłożenie dokumentów zgodnie z Umową może być poczytywane, jako brak zatrudnienia. Wykonawca wskazuje, że nie może ponosić odpowiedzialności za skutki np. zdarzeń losowych, uniemożliwiających mu zadośćuczynienie obowiązkowi.

Prosimy zatem o zmianę postanowienia zgodnie z poniższym:

„Zawinione niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.” **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**

#### 6. §5 ust. 1 wzoru umowy:

Udzielając gwarancji jakości gwarant (wykonawca) udziela gwarancji, że towar jest zgodny z umową. Zatem gwarancji jakości udziela się zatem na towary/rzeczy, a w przypadku serwisu sprzętu medycznego na części zamienne. Zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego, w przypadku wadliwego wykonania usługi, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego jej wykonania na warunkach wskazanych w umowie. Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę postanowienia:

„Strony ustalają, iż okres gwarancji i rękojmi na wymienione części tomografu wynosi 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.” **Zamawiający zmienia brzmienie ww. zapisu na: „Strony ustalają, iż okres gwarancji i rękojmi na wymienione części tomografu wynosi 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.”**

#### 7. Dot. §6 ust. 11 (wg kolejności ust. 3) wzoru umowy:

Na zasadach jak dla §3 ust. 7 Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia:

„Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć:

c) 5 dni roboczych od przeprowadzenia diagnostyki w przypadku naprawy z użyciem części zamiennych znajdujących się w magazynie w Polsce.

d) 10 dni roboczych od przeprowadzenia diagnostyki w przypadku naprawy z użyciem części zamiennych koniecznych do sprowadzenia z zagranicy.” **Odp.: Zapisy bez zmian.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

8. Dot. §6 ust. 4 wzoru umowy:

Wnosimy o wykreślenie z treści postanowienia fragmentu „**i ryzyko**”. Wybór wykonawcy zastępczego, to okoliczność zależna wyłącznie od Zamawiającego, w związku z tym stosowanie tego rodzaju zapisu stanowi w ocenie Wykonawcy działanie sprzeczne z treścią art. 433 pkt 3) ustawy Pzp (zakazane postanowienie umowne). Nadto, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za rzetelność i profesjonalizm usług świadczonych przez podmiot trzeci, wybrany przez Zamawiającego. **Odp.: Zapisy bez zmian.**

9. Dot. §10 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy:

Stosownie do brzmienia art. 433 pkt 1) ustawy Pzp prosimy o zmianę postanowień w taki sposób, aby wynikało z nich, że tylko zawinione opóźnienie, czyli „zwłoka” upoważnia Zamawiającego do podjęcia działań opisanych w ust. 1. **Odp. Tak, Zamawiający zmienia termin „opóźnienie” na „zwłokę”**

10. Dot. §10 ust. 2 wzoru umowy:

Prosimy o ustalenie, że termin dodatkowy wyznaczony Wykonawcy będzie „nie krótszy niż 5 dni roboczych”, tak aby postanowienie stanowiło o realnej możliwości wykonania obowiązków przez Wykonawcę, nie zaś stanowiło jedynie warunek formalny do zerwania umowy. **Odp.: Wyrażamy zgodę.**

11. Dot. §11 ust. 1 lit. c) wzoru umowy:

Przedmiotem umowy są usługi, a zatem ewentualne wypowiedzenie/odstąpienie od umowy odnosi skutek na przyszłość. W ocenie Wykonawcy bezzasadne jest w takiej sytuacji wyliczanie kwoty kary umownej za zerwanie kontraktu w odniesieniu do usług rozliczonych pomiędzy stronami. Ponadto, zgodnie z art. 471 k.c. Wykonawca odpowiada za zawinione działania lub zaniechania. Należy pamiętać także, iż wszelkie ryzyka finansowe związane z umową będą musiały zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę lit. c) zgodnie z propozycją:  
„za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % niezrealizowanego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.” **Odp. tak wyrażamy zgodę.**

12. Dot. §11 ust. 3 wzoru umowy:

Wykonawca wnosi o wykreślenie ust. 3 z §11, regulującego moment wymagalności kar umownych w kontrze do zasad ogólnych Kodeksu cywilnego, wedle których kara umowna, jako roszczenie bezterminowe jest płatna po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela (np. poprzez doręczenie noty księgowej). Nadto zapis pozostaje w sprzeczności z §11 ust. 7. **Odp. zapis pozostaje bez zmian.**

13. Dot. §11 ust. 4 wzoru umowy:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę limitu kar, jakie mogą być naliczone w ramach umowy na 20%. Kumulowanie ryzyka będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty wykonawców, co nie jest zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego. **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**

14. Dot. §11 ust. 6 wzoru umowy:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Prosimy o potraktowanie Wykonawcy symetrycznie w stosunku do Zamawiającego, przywrócenie równowagi kontraktowej stron poprzez zmianę ust. 6:

„W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, Strona poszkodowana uprawniona będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.” **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**

15. Dot. §12 ust. 1 lit. a) wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się o modyfikację postanowienia w taki sposób, aby każdorazowa zmiana przez ustawodawcę stawki VAT w zakresie towarów lub usług objętych zamówieniem skutkowałą automatyczną zmianą wynagrodzenia w zakresie kwoty brutto – przy zachowaniu kwoty netto, bez potrzeby aneksowania umowy i składania wniosków przez Wykonawcę, jako zmiana obiektywna, niezależna od stron, której wprowadzenie stanowi obowiązek ustawy i ciąży na stronach umowy - podatnikach. **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**

16. Dot. §12 ust. 3 wzoru umowy:

Samo zmniejszenie wskaźnika nie oznacza automatycznie, że koszty nie przedsiębiorców spadają – rosną, ale wolniej. W związku z powyższym, samo wahanie wskaźnika inflacji w dół nie oznacza spadku kosztów Wykonawcy. Stąd prosimy o modyfikację postanowienia:

„Przez zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych należy rozumieć zarówno ich wzrost, jak i ich obniżenie o co najmniej 4 % względem wskaźnika z dnia podpisania umowy, co uprawnia Stronę do żądania jej zmiany, o ile zmiana wskaźnika ma odpowiedni wpływ na ceny i koszty ponoszone przez Wykonawcę.” **Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**

## Część II

Pytania dot. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

### Pytanie 1, Przetwarzanie poza EOG, § 2 ust. 3

Upzejmie informujemy, że globalne koncerny podczas świadczenia usług serwisowych wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co znacznie przyspiesza proces oraz pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie/urządzeniu, w tym posiadających siedzibę poza EOG. Wykonawca zapewnia zgodność z wymaganiami i obowiązuje podwykonawców do spełniania wymagań prawa unijnego. W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie powierzenia przetwarzania do tych spółek w ramach ogólnej zgody. Czy w związku z tym, i przede wszystkim w celu należytego wykonania umowy głównej, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do §2 ust. 10 zdania oraz wspomnianego załącznika do umowy:

„Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”). W skład EOG wchodzi następujące państwa: wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein. Zleceniobiorca nie ma prawa do przekazywania danych osobowych do państw trzecich. **Wyjątek stanowią spółki powiązane i podwykonawcy przetwarzania z listy opisanej załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.**”?

**Odp. Zapis pozostaje bez zmian.**

Pytanie 2, Czas na zgłoszenie naruszenia, § 6 ust. 6

RODO nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052>) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Administradora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie § 6 ust. 6:

„W przypadku stwierdzenia potencjalnej możliwości naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych na zlecenie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca, zgodnie z przyjętą przez niego procedurą, poinformuje o tym Zleceniodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie **72 godzin** od stwierdzenia naruszenia; powiadomienie nastąpi przez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zleceniodawcy wskazany w § 10 niniejszej umowy.” **Odp. Wyrażamy zgodę.**

## Cześć III

Pytania do zapisów SWZ:

1. Dotyczy SWZ Punkt V podpunkt 4 „zdolność techniczna i zawodowa” Prosimy o wyjaśnienie jaki charakter ma mieć jedno zadanie, które Wykonawcy muszą posiadać w swoim portfolio doświadczenia zawodowego? Czy Zamawiającemu do udowodnienia zdolności technicznej celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, wystarczy doświadczenie polegające na zadaniu wymiany w przeszłości śruby przy obudowie tomografu czy wymiany klawiatury przy stacji opisowej tomografu? Prosimy o skonkretyzowanie czy Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał doświadczenie w pełnym serwisowaniu aparatu? Jeśli tak to przez jaki czas .  
**Odp. Zamawiający wymaga doświadczenia w „Kompleksowej usłudze serwisowej tomografu”**
2. Dotyczy SWZ Punkt V podpunkt 4 „zdolność techniczna i zawodowa” Czy Zamawiający wymaga zdolności technicznych zdobytych na jakimkolwiek tomografie, a więc również na jednostkach starych znacząco się różniących od najnowszych modeli czy też Zamawiający wymaga doświadczenia na modelu aparatu będącym przedmiotem przetargu, a więc konkretnie na modelu Revolution Evo? **Zgodnie z SWZ**
3. Czy Zamawiający wymaga wskazania z imienia i nazwiska przynajmniej dwóch inżynierów dedykowanych do serwisowania sprzętu w ramach umowy, posiadających aktualne szkolenia serwisowe wydane na model Revolution Evo w ciągu ostatnich 2 lat przez producenta urządzenia lub autoryzowany serwis i poświadczone odpowiednim pisemnym i imiennym certyfikatem?  
**Odp. Zgodnie z SWZ**

4. Czy Zamawiający wymaga umiejętności przeprowadzenia zdalnej diagnostyki i naprawy wraz z poniższymi funkcjonalnościami? Jeśli tak to czy Zamawiający w razie wątpliwości będzie chciał wezwać potencjalnego Wykonawcę do siedziby firmy do prezentacji posiadanych umiejętności w zakresie poniższych funkcjonalności zdalnej diagnostyki i naprawy?

- a. Możliwość zdalnej kalibracji ogniska lampy czy innych elementów systemu (ze względów bezpieczeństwa promieniowanie wyzwalane jest przez pracownika szpitala przy urządzeniu)

b. Pobieranie obrazów do analizy artefaktów (dane zanonimizowane dla bezpieczeństwa pacjentów),



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

c. Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdalny monitoring trendów – czasowa obserwacja poszczególnych elementów urządzenia w dłuższym wymiarze czasu wraz z możliwością tworzenia raportów ze zdalnej diagnostyki poprzez sieć komputerową, wykorzystanie pozyskanych w ten sposób danych do zdalnej diagnostyki, naprawy uszkodzeń oraz aktualizacji/naprawy oprogramowania)

d. Funkcjonalność, która pozwala na otrzymywanie automatycznych alertów wysyłanych przez system do centrali

**Odp.: Zamawiający wymaga umiejętności przeprowadzenia zdalnej diagnostyki i naprawy.**

5. Czy Zamawiający wymaga by części a szczególnie lampa i detektor były częściami nowymi (nierekondycjonowane i nieużywane, niepozyskane z rynku wtórnego) i oryginalnymi – tzn wyprodukowane przez producenta urządzenia i zalecane w instrukcji aparatu Revolution Evo?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

6. Czy Zamawiający wymaga by ewentualnie wymieniana lampa posiadała ciekłe łożysko?

**Odp.: Zgodnie z SWZ**

7. Czy jeśli Zamawiający będzie wymagał legalnie pozyskanych kluczy serwisowych poświadczonych dowodem pozyskania lub zakupu? **Odp.: Zgodnie z SWZ**

## Część IV

### Dot. Rozdziału III SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu prawidłowej kalkulacji ceny oferty, prosimy o podanie daty ostatniej wymiany lampy w tomografie komputerowym Revolution Evo oraz liczby wykonanych badań. **Odp. Tomograf kupiony i zamontowany u Zamawiającego - lipiec 2021. Do dnia dzisiejszego wykonano ok. 25000 badań.**

## Część V

### Pytanie nr 1

#### Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy

Zamawiający w par. 3 ust. 9 umowy wymaga, aby Wykonawca stosował wyłącznie nowe, **oryginalne** części zamienne.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w ramach brzmienia w/w zapisu dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę lampy RTG równoważnej do lampy Performix 40 plus produkcji GE - kompatybilnej z tomografem komputerowym GE Revolution Evo, posiadającej certyfikat zgodności CE – zgodnie z art. 99 ust. 4-5 ustawy PZP:

„4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub **pochodzenia**, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez **konkretnego wykonawcę**, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów”.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

„5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy **"lub równoważny"**."

Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografu komputerowego danego producenta.

**Odp. Zamawiający dopuszcza podzespoły równoważne (w tym lampę RTG), o ile producent tomografu przewiduje montaż takich części.**

## Pytanie nr 2

### Dot. Załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy

Zamawiający w par. 3 ust. 9 umowy wymaga, aby Wykonawca stosował wyłącznie **nowe**, oryginalne części zamienne.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia nowych części zamiennych do przedmiotowego tomografu komputerowego, natomiast w przypadku wydłużonego terminu ich dostawy – w celu skrócenia czasu ewentualnego przestoju aparatu, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę, w celu wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, części regenerowanych/używanych, jednakże **nieodlegających parametrami od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta**. Nadmieniamy, iż części regenerowane/używane posiadają **gwarancję** na taki sam okres, jaki oferuje producent na części nowe. Powyższe rozwiązanie przełoży się na ponoszenie znacznie niższych wydatków przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu sprawności aparatu, jak podczas instalacji części nowych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w racjonalnym wydatkowaniu środków publicznych, których Zamawiający jest dysponentem.

**Odp. Zamawiający dopuszcza montaż części regenerowanych, wyłącznie na czas potrzebny do sprowadzenia części nowych.**

*Z poważaniem*

