

Kraków 02.12.2024r.

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 11

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.119.1316.2024

**Do wszystkich Uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **DZ.271.119.2024** pn. **Świadczenie usługi serwisowania 15 sztuk respiratorów model NPB 840 produkcji NELLCOR PURITAN BENETT INC. w zakresie przeprowadzenia przeglądów technicznych i napraw wraz z zapewnieniem części zamiennych dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II**

Modyfikacja SWZ (1)

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 powiadamia zainteresowane strony, że przedłuża termin składania ofert do dnia 06.12.2024r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2024r. o godz. 09:30.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zmienia zapisy SWZ. Poniżej wyszczególnione punkty SWZ przyjmują następujące brzmienie:

Pkt. 11. SWZ Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **04.01.2025r.**

Pkt. 16. SWZ Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2> do dnia **06.12.2024 r. do godz. 09:00** w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Pkt. 17. SWZ Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 06.12.2024 r., o godzinie 09:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

Wyjaśnienia treści SWZ (1)

Pytanie

W załączniku 3.3 Zamawiający przedstawia zakres czynności wg, którego powinny zostać przeprowadzone przeglądy techniczne respiratorów, W liście wyszczególnionych pozycji jest wymiana akumulatorów oraz zestawów. Zapis wskazuje na konieczność skalkulowania tych elementów do prac przeglądowych. Czy Zamawiający oczekuje ich wymiany we wszystkich urządzeniach?

Ze względu na koszty zakupu powyższych części prosimy o wskazanie liczby respiratorów do powyższych prac.

Odpowiedź:

Zamawiający w celu uniknięcia nieporozumień wprowadza modyfikację w zakresie czynności przeglądu technicznego respiratora. Treść załącznika 3.3 przyjmuje nową postać (dokument w załączeniu).

Precyzując Zamawiający wymaga, aby w cenie przeglądu obowiązkowego „corocznego” skalkulować: dojazd, robociznę, wszystkie testy techniczne i funkcjonalne, sprawdzenie parametrów zgodnie z procedurą zalecaną przez producenta oraz wymianę czujnika tlenu (tj. zakres opisany w punktach 1 do 9 załącznika 3.3).

Wymianę akumulatorów oraz zestawów serwisowych po przepracowanych 10 000 godzin (punkty 10,11 załącznika 3.3) Zamawiający będzie zlecał w miarę bieżących potrzeb w ramach kwoty ujętej w załączniku nr 2 – wzór umowy, w §3 ust. 2 (kwota przeznaczona na naprawy).

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty z uwzględnieniem treści niniejszego pisma.

Załączniki:

1. Załącznik nr 3.3 po modyfikacji SWZ (1)

Zatwierdził:

lek. Grzegorz Fitas – Dyrektor Szpitala