

PZP.262.15.2023.10.VJW

Olsztyn, 20.06.2023 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH z podziałem na 13 zadań.**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1. Dotyczy Zadania II, pozycji 18. Wyszpecyfikowany przez Zamawiającego materiał Sigma-Aldrich 1.07593.0100 nie posiada akredytacji ISO 17034. Nie istnieje też materiał równoważny spełniający wymagania. Czy Zamawiający zaakceptuje materiał bez akredytacji ISO 17034?

[Zamawiający zaakceptuje materiał bez akredytacji ISO 17034 w poz. 18.](#)

2. Dotyczy Zadania II, pozycji 60. Wyszpecyfikowany przez Zamawiającego materiał nie jest akredytowany zgodnie z ISO 17034. Czy Zamawiający zaakceptuje materiał bez akredytacji ISO 17034?

[Zamawiający nie zaakceptuje materiału bez akredytacji ISO 17034 w poz 60. Według wiedzy Zamawiającego wskazany produkt spełnia wymagania normy ISO 17034.](#)

3. Dotyczy Zadania II, pozycji 60. Czy Zamawiający zaakceptuje materiał akredytowany zgodnie z ISO 17034, ale pakowany 30x30ml?

[Zamawiający zaakceptuje materiał pakowany 30x30ml w poz. 60 pod warunkiem, że spełnia on wymagania normy ISO 17034.](#)

4. Dotyczy Zadania II, pozycji 61. Wyszpecyfikowany przez Zamawiającego materiał nie jest akredytowany zgodnie z ISO 17034. Czy Zamawiający zaakceptuje materiał bez akredytacji ISO 17034?

[Zamawiający nie zaakceptuje materiału bez akredytacji ISO 17034 w poz 61. Według wiedzy Zamawiającego wskazany produkt spełnia wymagania normy ISO 17034.](#)

5. Dotyczy Zadania II, pozycji 61. Czy Zamawiający zaakceptuje materiał akredytowany zgodnie z ISO 17034, ale pakowany 30x30ml?

[Zamawiający zaakceptuje materiał pakowany 30x30ml w poz. 61 pod warunkiem, że spełnia on wymagania normy ISO 17034.](#)

6. Dotyczy Zadania II, pozycji 62. Wyszpecyfikowany przez Zamawiającego materiał nie jest akredytowany zgodnie z ISO 17034. Czy Zamawiający zaakceptuje materiał bez akredytacji ISO 17034?

[Zamawiający nie zaakceptuje materiału bez akredytacji ISO 17034 w poz 62. Według wiedzy Zamawiającego wskazany produkt spełnia wymagania normy ISO 17034.](#)

7. Dotyczy Zadania II, pozycji 62. Czy Zamawiający zaakceptuje materiał akredytowany zgodnie z ISO 17034 dla wartości 10,00 zamiast 10,01, pakowany 30x30ml zamiast 30x20ml?

[Zamawiający zaakceptuje materiał dla wartości 10,00 pakowany 30x30ml w poz. 62 pod warunkiem, że spełnia on wymagania normy ISO 17034.](#)

8. Dotyczy Zadania II, pozycji 64. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy nie jest dostępny materiał spełniający wymagania Zamawiającego. Czy Zamawiający może wskazać przykładową substancję/ numer katalogowy materiału spełniającego wymagania? Jeśli nie, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie tej pozycji z formularza.

Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

— w Formularzu cenowym dla ZADANIA II (Załącznik nr 2) skreśla się poz. 64. „Certyfikowane materiał odniesienia na oznaczanie liczby progowej smaku TFN wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami”.

9. Dotyczy Zadania II, pozycji 65. Wyszpecyfikowany przez Zamawiającego materiał nie jest akredytowany zgodnie z ISO 17034. Czy Zamawiający zaakceptuje materiał bez akredytacji ISO 17034

Zamawiający nie zaakceptuje materiału bez akredytacji ISO 17034 w poz 65. Według wiedzy Zamawiającego wskazany produkt spełnia wymagania normy ISO 17034.

Zmiany dotyczą całej treści SIWZ.

#### Załącznik do pisma:

- 1) aktualny Formularz cenowy dla ZADANIA II w wersji edytowalnej (plik o nazwie „15-23 formularz cenowy ZADANIE II\_20.06.2023\_2.doc”)