

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie podstawowym  
na dostawę noża harmonicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie:**

Czy zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie generatora spełniającego warunki opisane w przedmiocie zamówienia o wymiarach 390x170x390 mm (wymagane 400x120x400 mm), waga 15 kg (OPZ – do 10 kg), częstotliwość 55 kHz (OPZ – 47 kHz +/- 5%) oraz z menu w języku angielskim – dystrybutor oferuje szkolenia z obsługi która jest bardzo prosta i intuicyjna oraz instrukcję obsługi w języku polskim bez wózka? Pozostałe parametry zgodne z OPZ. Dopuszczenie wyżej opisanej pozycji pozwoli zwiększyć liczbę oferentów w postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 390x170x390 mm (wymagane 400x120x400 mm), waga 15 kg (OPZ – do 10 kg), częstotliwość 55 kHz (OPZ – 47 kHz +/- 5%) oraz z menu w języku angielskim z wózkiem jezdnym z blokadą kółek z listwą zasilającą.

**Pytanie:**

Czy zamawiający wrazi zgodę na zaferowanie generatora spełniającego warunki opisane w przedmiocie zamówienia o wymiarach 390x170x390 mm (wymagane 400x120x400 mm), waga 15 kg (OPZ – do 10 kg), częstotliwość 55 kHz (OPZ – 47 kHz +/- 5%), menu w języku angielskim – dystrybutor oferuje szkolenia z obsługi która jest bardzo prosta i intuicyjna oraz instrukcję obsługi w języku polskim oraz wózkiem bez blokady kółek i listwy zasilającej? Pozostałe parametry zgodne z OPZ. Dopuszczenie wyżej opisanej pozycji pozwoli zwiększyć liczbę oferentów w postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 390x170x390 mm (wymagane 400x120x400 mm), waga 15 kg (OPZ – do 10 kg), częstotliwość 55 kHz (OPZ – 47 kHz +/- 5%) oraz z menu w języku angielskim z wózkiem jezdym z blokadą kółek z listwą zasilającą.

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 61 841 92 94  
e-mail: sspychala@gpsk.ump.edu.pl

