

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dot.: prośby o złożenie oferty na zakup i dostawę pojemników kriogenicznych do przechowywania zamrożonych preparatów komórek krwiotwórczych.

1. Pytanie do punktu 8

Na wszystkich pojemnikach muszą być oznaczenia: numeru serii, rodzaju pojemnika, daty ważności oraz pojemności.

Czy zamawiający dopuści pojemniki, w których wyżej wymienione oznaczenia znajdują się na indywidualnym opakowaniu ochronnym? Gwarantuje to większe bezpieczeństwo dla mrożonego preparatu ze względu na wyeliminowanie ryzyka migracji substancji podczas przechowywania. Dodatkowo pojemniki są oznaczone indywidualnymi numerami które ułatwiają identyfikowalność produktu.

Ad.1) Nie, Zamawiający nie dopuści powyższego.

2. Pytanie do punktu 9

Na pojemniku musi być miejsce na etykietę główną o wymiarach 10,16cmx10,16cm – zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy system identyfikacji, etykietowania krwi i jej składników, a także ludzkich tkanek i narządów).

Czy zamawiający dopuści pojemniki które wyposażone są w miejsce na etykietę główną o wymiarach 110 x 105 mm ?

Ad.2) Nie, Zamawiający nie dopuści powyższego. Zamawiający posiada drukarkę przystosowaną do etykiet o wymiarach 10,16x10,16.

3. Pytanie do punktu 17

Pojemność mrożeniowa pojemnika 30-140 ml

Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemności mrożeniowej od 60 do 160 ml ?

Ad.3) Tak, Zamawiający dopuści powyższe.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Prawno – Inwestycyjnych Krzysztof Falana