

Konin, dnia 17.10.2022 roku

WSZ-EP-34/1549/2022

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy WSZ-EP-34/2022**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 3**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1 do pakietu 8**

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów jednorazowych o następujących parametrach:

Poz. 1 Y-connector z obrotową regulacją średnicy roboczej (1-8F) , wersja push click, pracujący w 3 pozycjach: otwarta, półotwarta, zamknięta., dren 8-10 cm zakończony kranikiem

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 8.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie 2 do pakietu 8**

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów jednorazowych o następujących parametrach:

Pozycja 4. Dreny wysokociśnieniowe 1200 PSI o długościach :

50cm/60cm/75cm/100cm/120cm/150cm/180cm/200cm cm, zbrojony, przezroczysty, zakończony luer lock.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 8.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Pozycja 5 Dreny o wytrzymałości 1200 PSI, Dostępne długości

50cm/60cm/75cm/100cm/120cm/150cm/180cm/200cm, zbrojony, przezroczysty.

Zakończony luer lock

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 8.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

**Pytanie 3 do pakietu 9**

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie inflatora 20 ml 30 atmosfer z drenem i kranikiem. dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo – cenowy w pakiecie numer 9.**

**Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.