

Konin, dnia 01.09.2021 roku

WSZ-EP-22/693/2021

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn „Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej”, nr sprawy WSZ-EP-22/2021

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 4**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 5 pozycji 4 stentu samorozprężalnego do tętnicy udowej powierzchni o długości 20,40,60,80,100,120,150 mm spełniającego wszystkie pozostałe kryteria specyfikacji?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie 5 pozycji 7 stentu samorozprężalnego pokrywanego lekiem o długości 40,60,80,100,120mm spełniającego wszystkie pozostałe kryteria specyfikacji?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.