



Poznań, dnia 29.08.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-61/24

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawów minihisteroresektoskopowych <15 Fr-4szt., zestawów minihisteroresektoskopowych <19 Fr – 5 szt., zestawu do
cystoskopii – 1 szt., cieplarki – 1 szt. wraz z montażem i szkoleniem

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Dotyczący pozycji - cieplarki 1 szt.

- 1) Czy Zamawiający zamierza ogrzewać płyny podawane pacjentom za pomocą urządzenia-cieplarki będącej przedmiotem Zamówienia?
- 2) Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było urządzeniem medycznym posiadającym klasę medyczności potwierdzoną deklaracją zgodności CE?
- 3) Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w dwie szuflady (komory)?
- 4) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość regulacji temperatury co 1 stopień Celsjusza przy systemie kontroli temperatury co 0,1 stopnia?
- 5) Czy Zamawiający dopuszcza wymiary urządzenia 350 x 620 x 823 (sz. x gł. x wys.)?
- 6) Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji „Cieplarka – 1 szt” lub umożliwienie składania oferty jedynie na tę pozycję, w celu zaoferowania najkorzystniejszej oferty bezpośrednio od producenta.

Odpowiedź:

- Ad. 1. Zamawiający potwierdza.
Ad. 2. Zgodnie z SWZ.
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.
Ad. 4. Zgodnie z SWZ.
Ad. 5. Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty.
Ad. 6. Zamawiający nie wyraża zgody.

