

Jarocin, 23.08.2023r.

## INFORMACJA

### Dotyczy : Dostawa aparatów do znieczulania w ilości 2 szt postępowanie 15/2023

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień treści SWZ, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmienia treść SWZ, udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ zgodnie z poniższym:

#### 1. Dotyczy SWZ / Przedmiotowe środki dowodowe

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ i ogłoszenia o zamówieniu:

„.....Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych składanych razem z ofertą, na potwierdzenie, że oferowane dostawy i usługi spełniają określone wymagania :

1) karty katalogowe lub foldery dotyczące oferowanych aparatów do znieczulania, treść dołączonego do oferty dokumentu winna potwierdzać jak największą ilość wymaganych w załączniku do SWZ parametrów , **nie ma natomiast wymogu pełnego odzwierciedlenia wszystkich wymaganych lub ocenianych parametrów**.....”

Przedmiotowym środkiem dowodowym zawierającym całość wymaganych informacji będzie wypełniony zał. Nr 3.

#### 2. Dotyczy wzoru umowy §2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wykonanie umowy w zakresie dostawy i uruchomienia było poprzedzone powiadomieniem Zamawiającego z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

#### 3. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt 1.2.

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

„(...) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. W przypadku umów, których przedmiotem jest dostawa specjalistycznego sprzętu zapisy w zakresie rękojmi są zapisami standardowymi i spotykanymi w obrocie prawnym.

4. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podjęcie naprawy uszkodzonego Urządzenia odbywało się w terminie nie później niż 48 godzin (w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odpowiedź: § 9 ust. 3 uzyskuje brzmienie:

*3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego Urządzenia w terminie nie później niż 24 godzin po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach pracy pomiędzy 8.00 a 16.00.*

5. W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu tak, aby czas reakcji: 24 godziny dotyczył dni roboczych: tj. od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: § 9 ust. 3 uzyskuje brzmienie:

*3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego Urządzenia w terminie nie później niż 24 godzin po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach pracy pomiędzy 8.00 a 16.00.*

6. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu tak, aby czas na przedłożenie kosztorysu wynosił: 48 godzin w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: § 9 ust. 3 uzyskuje brzmienie:

*4. W ramach czynności, o których mowa w pkt. 3, nie później niż w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia usterki w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, Wykonawca po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia, przedłoży Zamawiającemu kosztorys – kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, które po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowiąc będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego Urządzenia.*

7. Dotyczy wzór umowy § 9 ust. 9

Urządzenia będące przedmiotem oferty często posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną urządzenia bądź bezpieczeństwo jego pracy. W związku z tym, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów tak, aby uzyskały brzmienie:


*„Urządzenia winny być pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do urządzenia i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) w zakresie dopuszczonym przez producenta oraz niewykraczającym poza zakres opisany w ogólnie dostępnej instrukcji serwisowej bądź instrukcji obsługi.”*

Odpowiedź: § 9 ust. 9 uzyskuje brzmienie:

*9. Wykonawca nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji protokolarnie przekaze Zamawiającemu wszystkie niezbędne kody, loginy, hasła oraz inne niezbędne informacje do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiające świadczenie usług serwisowych innym niż producent certyfikowanym firmom serwisowym. W przeciwnym razie dopuszcza się również możliwość dostarczenia Urządzeń pozbawionych kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do urządzenia i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) w zakresie dopuszczonym przez producenta oraz niewykraczającym poza zakres opisany w ogólnie dostępnej instrukcji serwisowej bądź instrukcji obsługi.*

8. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 11

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z



tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: „W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu autoryzowanemu przez producenta serwisowi na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi”?

Odpowiedź: § 9 ust. 11 uzyskuje brzmienie:

*11. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu autoryzowanemu przez producenta serwisowi na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi”*

9. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu w następujący sposób:

„Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przeglądy gwarancyjne Urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta, Wykonawca zobowiązuje się dokonywać przeglądów w terminie zaleconym przez producenta. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie”

W przypadku określonych urządzeń medycznych, producenci zalecają dokonywanie przeglądów 1 / 2 lata.

Odpowiedź: § 9 ust. 14 uzyskuje brzmienie:

*14. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przeglądy gwarancyjne Urządzeń, co najmniej raz na 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy dokumentacja techniczna danego Urządzenia lub zalecenia producenta przewidują obowiązek dokonania przeglądu częściej niż we wskazanym wyżej terminie, Wykonawca zobowiązuje się dokonywać przeglądów w terminie zaleconym przez producenta. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.*

10. Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 6

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

11. Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych była ograniczona do kwoty równej 10% wynagrodzenia, o którym mowa w par. 8 ust. 1 Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

12. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 4 pkt. 4.2, 4.3,

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Prezes Zarządu

Henryk Szyniczak