

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Katowice, dnia 22.11.2024 r.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Bankowa 12,

40-007 Katowice

tel. (032) 359 19-25

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant I) w rozumieniu art. 275 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych p.n.: „Dostawa komory klimatycznej” nr rej.: DZP.382.1.106.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie: Wnioskujemy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu komory klimatycznej posiadającej 1 półkę drucianą ze stali nierdzewnej

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu komory klimatycznej posiadającej 1 półkę drucianą ze stali nierdzewnej.

Z-ca przewodniczącej Komisji Przetargowej:

Przewodnicząca Komisji Przetargowej: