



Wrocław, 24 czerwca 2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: Pakiet nr 1 – System do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego – 1 kpl., Pakiet nr 2 – Ultrasonograf na potrzeby Zakładu Radiologii Zabiegowej – 1 kpl., Pakiet nr 3 – Echokardiograf wysokiej klasy z wyposażeniem – 1 kpl., znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.39.2022

### **WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, tj. jeżeli Wykonawca:

- 1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
- 2) przekroczy termin zakreślony w ust. 1 o 10 dni roboczych;
- 3) nie dostarczy dokumentów o którym mowa w ust. 2
- 4) w przypadku o którym mowa w §5 ust. 4 i 5
- 5) nie dostarczy urzędnika zastępczego, o którym mowa w §5 ust.9.
- 6) na podstawie at. 456 PZP”?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zapisy SWZ bez zmian.**

#### **Pytanie nr 2:**

##### **Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dających dostęp do menu serwisowego, instrukcji serwisowych ( z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) gdyż dane te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto do czynności serwisowych uprawnieni są przeszkoleni pracownicy serwisu Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 2: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 3 do SWZ. Zapis §4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:**

*„Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie techniczne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dopuszczonym przez producenta urządzeń, z :*

- 1) obsługi technicznej sprzętu;*
- 2) technicznego przeglądu bezpieczeństwa;*
- 3) procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;*
- 4) procedur okresowych czynności konserwacyjnych.*

*Szkolenie personelu technicznego – min 4 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie – jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur.”*

**Pytanie nr 3:**

**Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku (lub częściej, jeżeli takie są zalecenia producenta). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. Przeglądy rozumiane, jako usługa wykonania przez Wykonawcę, tj. dojazd, koszt robocizny z wyłączeniem części zużywalnych. Te będą osobno kalkulowane po wykonaniu danego przeglądu”?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zapisy SWZ bez zmian. W cenę urządzenia należy wliczyć wszystkie części zalecane do wymiany przez producenta w ramach przeglądów w okresie gwarancji.**

**Pytanie nr 4:**

**Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy gwarancyjne w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia”?

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 5:**

**Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

.....

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Pytanie bezprzedmiotowe.**

**Pytanie nr 6:**

**Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia

wady strony ustalają na max. 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy na max. 14 dni roboczych, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 13. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego”?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 3 do SWZ. Zapis §5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:**

*„Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. **5 dni roboczych**, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy **14 dni roboczych** licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 13. **Wykonawca jest zobowiązany udokumentować pochodzenie części zamiennych.** Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.”*

**Pytanie nr 7:**

**Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw tego samego istotnego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy”?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 8:**

**Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku naprawy gwarancyjnej przedłużającej się ponad 5 dni roboczych lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych)”?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 9:**

**Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta na podstawie odrębnej umowy serwisowej w okresie co najmniej 8 lat od daty dostawy oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub

doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika”?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 10:**

**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,3 % brutto niezrealizowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy sprzętu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego”?

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 11:**

**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,15% wartości brutto reklamowanego sprzętu”?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 12:**

**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,3% wartości brutto reklamowanego sprzętu”?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 13:**

**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,3% wartości brutto sprzętu, którego przegląd dotyczy”?

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 14:**

**Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,8% ceny brutto umowy, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §4 ust 2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów”?

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 15:****Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:  
 „..., w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanej dostawy”?

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 16:****Dotyczy zapisów umowy § 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy: „... zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, pakiet nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu o parametrach przedstawionych w załączonej tabeli z zintegrowanym systemem do biopsji fuzyjnej gruczoły krokowej renomowanej firmy będącej światowym liderem w diagnostyce urologicznej, który to system umożliwi nie tylko wykonanie biopsji fuzyjnej przekroczonej ale także diagnostykę nerek, pęcherza i jąder?

	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU
1	Aparat USG rok produkcji 2022 z zintegrowanym systemem do biopsji fuzyjnej przekroczonej gruczołu krokowego
2	Aparat o zakresie częstotliwości pracy 2,0-18,0 MHz oraz o dynamice systemu 187 dB
3	Aparat wyposażony, w co najmniej 4 niezależne gniazda
4	Aparat wyposażony w kolorowy monitor na wychylnym ramieniu o przekątnej min. 19 cali
5	Aparat wyposażony w panel sterowania wykonany z silikonu zapewniający szczelność i odporność na dezynfekcję oraz czyszczenie Z podświetlaną klawiaturę alfanumeryczną
6	Aparaty wyposażony w dysk twardy 500 GB.
7	Aparat wyposażony w port USB zapewniający archiwizację obrazu na zewnętrznych nośnikach USB
8	Aparat wyposażony w videoprinter czarno biały
9	Długość filmu CINE LOOP 30 s
10	Głębokość skanowania min 0,2 cm - 30 cm
11	Tryby pracy: 2D (B mode), Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler, Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne
12	8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC
13	Aparat wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na: - prostatę, - nerki, - pęcherz, - jądra.

14	Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego 1-20 mm
15	Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym 0,1 cm/s - 493 cm/s
16	Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym 0,1 cm/s - 805 cm/s
17	System fuzji obrazów MRI/USG zintegrowany z ultrasonografem zawierający : a) system fuzji obrazów MRI/USG składający się z oprogramowania do biopsji przezkroczonej b) stepper do głowicy rektalnej składający się z uchwytu montowanego do szyn bocznych łóżka zabiegowego, stabilizatora oraz steppera, który podłączony jest z aparatem USG poprzez gniazdo USB c) oprogramowanie do fuzji obrazów MRI/USG zintegrowane, wgrane w USG i w pełni kompatybilne z oferowanym ultrasonografem d) obsługa urządzenia poprzez panel USG e) oprogramowanie umożliwiające wykonanie biopsji w czasie rzeczywistym f) oprogramowanie umożliwiające dopasowanie obrysu organu oraz jego korekty w trakcie biopsji g) weryfikacja dokonanych konturów względem obrazów MRI oraz dopasowanie obrazów MRI do konturów h) możliwość zmiany głębokości obrazowania podczas zabiegu bez konieczności ponownej kalibracji konturów z obrazem USG j) możliwość wygenerowania raportu w formacie PDF zawierającego między innymi informacje o ilości pobranych próbek, miejsc z których zostały pobrane zarówno w formie opisowej, graficznej oraz zdjęć usg
18	<b>Głowica typu convex</b>
19	Głowica typu convex o częstotliwości pracy 2,5 - 6,0 MHz wyposażona w 192 elementy tworzące i odbierające sygnał ultradźwiękowy
20	Głowica wyposażona w przycisk umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu
21	Głowica wyposażona w przystawkę biopsyjną o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie 0,6-2,4 mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji – 1 szt
22	<b>Głowica liniowa</b>
23	Głowica liniowa o częstotliwości pracy min 6,0 - 12,0 MHz wyposażona, w 192 elementy tworzące i odbierające sygnał ultradźwiękowy.
24	Głowica wyposażona w przycisk umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu
25	<b>Głowica rektalna umożliwiającą jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju podłużnym i poprzecznym convex – liniowa przeznaczona do zabiegów przezkroczozych</b>
26	długość czoła płaszczyzny liniowej 65mm
27	Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania
28	Częstotliwość pracy głowicy 6-12 MHz
29	Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy 320
30	Licencja DICOM wraz podłączeniem do szpitalnego systemu PACS

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Pytanie nie odnosi się do konkretnych parametrów opisanych w SWZ. Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 18:**

**Parametry techniczne – pkt 2**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z systemem do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, wyposażony w dysk twardy HDD o pojemności 1000 GB i posiadający 9 portów USB 2.0 i 1 port USB 3.0?

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 19:**

**Parametry techniczne – pkt 3**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z systemem do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, wyposażony w monitor, o przekątnej 23 cale, rozdzielczości FHD 1920x1080, nie dotykowy, sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego o przekątnej 10,4 cala?

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 20:**

**Parametry techniczne – pkt 9**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z systemem do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, bez możliwości wykonania badania TRUS z głowicy objętościowej typu endfire oraz objętościowej typu sidefire z wolnej ręki (bez użycia steppera lub innych uchwytów)?

**Odpowiedź na pytanie nr 20: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 21:**

**Parametry techniczne – pkt 10**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z oprogramowaniem do fuzji obrazów MRI z obrazami ultrasonograficznymi, opartym na metodzie „sensor based”, a nie na metodzie „organ based tracking”?

**Odpowiedź na pytanie nr 21: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 22:**

**Parametry techniczne – pkt 11**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z systemem do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, bez oprogramowania do rejestracji miejsc pobranych wycinków w trójwymiarowej bryle prostaty?

**Odpowiedź na pytanie nr 22: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 23:**

**Parametry techniczne – pkt 12**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z systemem do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, bez możliwości wprowadzenia danych z badania histopatologicznego do każdego pobranego skrawka?

**Odpowiedź na pytanie nr 23: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24:**

**Parametry techniczne – pkt 13**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z systemem do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, bez zaznaczania kolorem biopsji negatywnych i pozytywnych na trójwymiarowym obrazie prostaty?

**Odpowiedź na pytanie nr 24: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 25:**

**Parametry techniczne – pkt 14**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z systemem do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, bez automatycznego pomiaru objętości prostaty po wykonaniu konturu w obrazowaniu MRI oraz USG?

**Odpowiedź na pytanie nr 25: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 26:**

**Parametry techniczne – pkt 17**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z systemem do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, bez możliwości eksportu danych, zawierających informacje o miejscach biopsji, do zewnętrznych urządzeń do fokalnej terapii?

**Odpowiedź na pytanie nr 26: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 27:**

**Parametry techniczne – pkt 18**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy premium z systemem do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego, bez objętościowej głowicy przezrektalnej do biopsji przekroczonej, lecz wyposażony w głowicę dwupłaszczyznową convex/linia do biopsji przekroczonej, o częstotliwości części Convex od 2,0 do 10,0 MHz, promieniu R9 mm oraz 180 stopniowym kącie skanu, części Liniowej pracującej w zakresie od 2,0 do 14,0 MHz i 63 mm szerokości skanu, z jednorazowymi przystawkami do biopsji przekroczonej, z uchwytem na głowicę przy aparacie?

**Odpowiedź na pytanie nr 27: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**