

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny




Rzeczpospolita  
Polska



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



EZ.272.023.2020

Wrocław, dn. 13.10.2020

EZ/879/20

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonego na dostawy aparatury medycznej zgodnie z projektem „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Decyzja nr RPDS.06.02.00-02-0001/20-00 o dofinansowaniu Projektu COVID-19. (sygnatura sprawy EZ/619/EM/20).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

1. „KARTA PARAMETRÓW ZADANIE 3 cz1

12. Tabela - Wymagane parametry techniczne – pkt. 67-72

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który posiada głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (równoważna do głowica matrycowych), zakres częstotliwości pracy 4,0 – 11,0 MHz; liczba elementów 1 100; Szerokość skanu 38 mm. Obrazowanie harmoniczne 3 pasma częstotliwości? „

2. „Tabela - Wymagane parametry techniczne – pkt. 67-72

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który posiada głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (równoważna do głowica matrycowych), o zakresie częstotliwości pracy 4,0 – 11,0 MHz; liczba elementów 1 100; Szerokość skanu 38 mm. Obrazowanie harmoniczne 3 pasma częstotliwości?

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Dopuszczenie głowicy z opisanymi parametrami rozszerzy konkurencyjność postępowania.”

**Odpowiedź pytanie 1 i pytanie 2: Zamawiający dopuszcza ale nie czyni wymogu.**

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, w nawiązaniu do art. 38 ust 4a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert: na 29.10.2020r. godziny i miejsca pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIII, XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.



DOLNY  
ŚLĄSK

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław  
e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sporadziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Marta Pasek-Zarzycka