

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY****Zadanie Nr 3 - Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto/zł	Wartość netto/zł	VAT %	Cena jedn. brutto/zł	Wartość brutto/zł	Producent /nazwa	Nr katalogowy
1	Endoproteza cementowa, półwiązana (nie oparta na mechanizmie zawiasowym) przeznaczona do implantacji w przypadkach uszkodzeń więzadeł pobocznych oraz w operacjach rewizyjnych. Komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) z możliwością dołączenia trzpieni. Komponent piszczelowy z możliwością dołączenia trzpieni z bolcem metalowym umożliwiającym poboczną i tylną stabilizację implantu, powierzchnia polerowana o nierównej powierzchni uniesionej na środku. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (cross link – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego). Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym (tzw. mobile bearing). Trzpień udowe i piszczelowe w minimum 3 długościach. Podkładki udowe i piszczelowe do wypełnień ubytków kostnych. Opcjonalnie system pozwalający na montaż trzpieni z offsetem w zakresie 360 st. i 5 mm od osi pierwotnej									
1.1	udo	szt.	25	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
1.2	piszczel	szt.	25	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
1.3	wkładka	szt.	25	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
1.4	trzpień cementowy	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
1.5	adaptor offsetowy	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
1.6	podkładka piszczelowa	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
1.7	podkładka udowa	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
1.8	trzpień bezcementowy	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
1.9	ostrze do piły chirurgicznej	szt.	60	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia i serwisowania napędu chirurgicznego typ ..... na czas trwania umowy i wyczerpania zapasu towaru.