



Nr sprawy D25M/251/N/11-27rj/23

Gdynia, dnia 29.06.2023 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawa asortymentu dla chirurgii naczyniowej i poradni hemodynamiki i angiologii**

Zamawiający - Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

Pytanie 1 – dotyczy SWZ

ZADANIE 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koszulek amerykańskiego producenta o następujących parametrach:

Poz 1

koszulka radialna nowej generacji wykonana z materiału powracającego do pierwotnego kształtu po załamaniu- (kinking recovery technology

o ultra niskim profilu(6Fw 5F gdzie ID dla 4F wynosi 1,54mm a dla 5 F-1,89mm),

średnice:4,5,6,7F, długości 10 i 16 cm,

pokrycie hydrofilne , zastawka sześciopłatkowa,

SHEATH SIZE	RAIN Sheath [™] Introducer OD	RAIN Sheath [™] Introducer ID
4F	1.79mm	1.54 mm
5F	2.14mm	1.89mm
6F	2.47 mm	2.22mm
7F	2.80mm	2.55mm



SHEATH SIZE	CANNULA LENGTH	MINI-WIRE	MINI-WIRE COMPATIBILITY	NEEDLE
4F	10 cm	POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	20G IV CATHETER NEEDLE
		BARE STAINLESS STEEL	0.021" x 45cm	21G BARE NEEDLE
		POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	22G IV CATHETER NEEDLE
		BARE NITINOL	0.021" x 43cm	21G BARE NEEDLE
4F	16 cm	BARE STAINLESS STEEL	0.021" x 45cm	21G BARE NEEDLE
		POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	22G IV CATHETER NEEDLE
		POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	20G IV CATHETER NEEDLE
		BARE STAINLESS STEEL	0.021" x 45cm	21G BARE NEEDLE
5F	10 cm	POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	22G IV CATHETER NEEDLE
		BARE STAINLESS STEEL	0.021" x 45cm	21G BARE NEEDLE
		POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	22G IV CATHETER NEEDLE
		BARE NITINOL	0.021" x 43cm	21G BARE NEEDLE
5F	16 cm	POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	20G IV CATHETER NEEDLE
		BARE STAINLESS STEEL	0.021" x 45cm	21G BARE NEEDLE
		POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	22G IV CATHETER NEEDLE
		BARE NITINOL	0.021" x 43cm	21G BARE NEEDLE
6F	10 cm	POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	20 G IV CATHETER NEEDLE
		BARE STAINLESS STEEL	0.021" x 45cm	21G BARE NEEDLE
		POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	22G IV CATHETER NEEDLE
		BARE NITINOL	0.021" x 43cm	21G BARE NEEDLE
6F	16 cm	POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	20G IV CATHETER NEEDLE
		BARE STAINLESS STEEL	0.021" x 45cm	21G BARE NEEDLE
		POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	22G IV CATHETER NEEDLE
		BARE NITINOL	0.021" x 43cm	21G BARE NEEDLE
7F	10 cm	POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	20G IV CATHETER NEEDLE
		BARE STAINLESS STEEL	0.021" x 45cm	21G BARE NEEDLE
		POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	22G IV CATHETER NEEDLE
		BARE NITINOL	0.021" x 43cm	21G BARE NEEDLE
7F	16 cm	POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	20G IV CATHETER NEEDLE
		BARE STAINLESS STEEL	0.021" x 45cm	21G BARE NEEDLE
		POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	22G IV CATHETER NEEDLE
		POLYMER ANGLED-TIP	0.021" x 45cm	22G IV CATHETER NEEDLE

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



POZ 2

Koszulki diagnostyczne: - średnica F4; F5; F5,5; F6; F6,5; F7, F7,5; F8, F8,5; F9, F10, F11
- długość 23 cm
- dostępne z miniprowadnikiem lub bez
- mini-guidewire - 45cm
- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,
- zatrzask pomiędzy dilatorem i koszulką,
- silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca,
- pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem,
- duża odporność na zagięcie,
- dilator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia,
- box - 5szt

POZ 3

Koszulki diagnostyczne: - średnica F4; F5; F5,5; F6; F6,5; F7, F7,5; F8, F8,5; F9, F10, F11
- długość; 11cm;
- dostępne z miniprowadnikiem lub bez
- mini-guidewire - 45cm
- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,
- zatrzask pomiędzy dilatorem i koszulką,
- silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca,
- pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem,
- duża odporność na zagięcie,
- dilator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia,
- box - 5szt

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanych produktów.

Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy rozdziału XV pkt. 1 i 2 SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert na następujące:

1. **Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 06.07.2023 r. do godz. 10:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.**
2. **Próbki jako element oferty należy złożyć do dnia 06.07.2023 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6. Próbki muszą być zabezpieczone i zapakowane oraz opisane „Próbka do postępowania na Dostawę asortymentu dla Oddziału chirurgii naczyniowej oraz Pracowni hemodynamiki i angiologii – nie otwierać przed 06.07.2023 r. godz. 10:30”.**

Zamawiający modyfikuje również zapisy rozdziału XIII pkt. 1 SWZ w zakresie terminu związania ofertą na następujące:

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany **przez okres 90 dni jest do dnia 03.10.2023 r.**

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu. Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.06.2023 r., a opublikowana zostanie w dniu 30.06.2023 r. Treść przesłanego do publikacji ogłoszenia w załączeniu.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
Beata Martyn-Mrozowska
Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Sporządziła: Anna Pośpiech

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 177 521 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

