

UMOWA NR

*zawarta w trybie, do którego z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia nie znajdują
zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych*

Zawarta w dniu2023 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:

Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalem Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Wyzwolenia 18, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000412996; NIP 937 266 23 40; REGON 242865296;
reprezentowanym przez:

Lecha Wędrychowicza – kierownika SPZOZ
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

.....
.....
.....
.....

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie w postaci prowadzenia przeglądów, konserwacji i bieżących napraw instalacji gazów medycznych oraz jej elementów, dokonywaniu konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń stanowiących źródła zasilania oraz usuwaniu awarii urządzeń

stanowiących źródła zasilania i awarii instalacji gazów medycznych z wyłączeniem elementów w okresie gwarancyjnym w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w lokalizacjach:

- ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała;
 - ul. Wyspiańskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała;
 - ul. Emilii Plater 17, 43-300 Bielsko-Biała;
2. Wykaz urządzeń stanowiących źródła zasilania gazów medycznych oraz ilość punktów odbioru zawiera Załącznik nr 1.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony **od dnia2023r. do dnia2024r.**
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, przez które Strony rozumieją treść postanowień § 2 ust. 4, § 3, § 4 ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

1. § 3Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz prac i czynności Wykonawcy wchodzących w zakres usługi zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, tj. opis przedmiotu zamówienia i wykaz prac wchodzących w zakres usługi, zatytułowany "Usługa Całodobowej Obsługi i Konserwacji Instalacji Gazów Medycznych".
2. Wykonawca dokona przeglądu, konserwacji i bieżącej naprawy instalacji gazów medycznych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym co najmniej w formie e-mail.
3. Wykonawca dokona przeglądów technicznych urządzeń stanowiących źródła zasilania zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń, nie rzadziej niż raz w roku. Zakres czynności wchodzących w skład przeglądów technicznych urządzeń Wykonawca dokona na zgodność z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta urządzeń.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia awarii instalacji gazów medycznych oraz awarii urządzeń stanowiących źródła zasilania Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w terminie maksymalnym do 24 godzin od momentu

Usunięto: ¶

przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia telefonicznego pod numerem tel.

Usunięto:

5. Termin końcowy usunięcia awarii ustalany będzie każdorazowo przy zgłoszeniu.
6. W przypadku wyłączenia serwisowanego sprzętu z użytkowania umowa ulega zawieszeniu w stosunku do tego sprzętu. W efekcie Wykonawca nie jest zobowiązany do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy w zakresie wyłączzonego sprzętu, a Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia należnego z tytułu świadczenia usług dotyczących wyłączzonego sprzętu. W takim przypadku należne miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy ulega obniżeniu o koszt serwisowania wyłączzonego sprzętu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyłączeniu sprzętu z użytkowania.
7. W przypadku włączenia do eksploatacji nowych urządzeń stanowiących źródła zasilania gazów medycznych Strony sporządzą aneks do niniejszej umowy, który będzie stanowić rozszerzenie oferowanej usługi o wykonywanie konserwacji i przeglądów technicznych włączonych do eksploatacji nowych urządzeń.

Usunięto:

§ 4

1. Wynagrodzenie miesięczne przysługujące Wykonawcy za realizację zlecenia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy będzie płatne w formie miesięcznego ryczału w kwocie PLN netto (słownie: netto).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 powyżej nie obejmuje kosztu zakupu części zamiennych do serwisowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu części zamiennych we własnym zakresie każdorazowo w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz zobowiązany jest wykazać wysokość kosztów części zamiennych prawidłowo wystawioną fakturą VAT pod rygorem braku możliwości ich dochodzenia od Zamawiającego w zakresie, w jakim poniesienie tych kosztów nie zostało właściwie udokumentowane.
3. Do kwoty wynagrodzenia ogółem, ustalonej zgodnie z § 4 ust. 1 zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług, obliczona według właściwej stawki.
4. Wynagrodzenie za realizację zlecenia płatne będzie z dołu po upływie każdego kolejnego miesiąca obowiązywania umowy. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.
5. Termin płatności wynagrodzenia wynosić będzie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 5

1. Za nieterminowe wykonanie czynności wyszczególnionych w § 3 ust. 1 i 2 umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia, za każdy przypadek z osobna, do kwoty 30.000,00 zł.
2. Zamawiający ma prawo potrącić wartość naliczonych kar umownych z wymagalnym wynagrodzeniem Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§6

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego jest:
Magdalena Laskowska-Sędziak - Z-ca Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego tel. 665 106 040, e-mail: m.sedziak@onkologia.bielsko.pl - szpital ul. Wyspiańskiego 21 i ul. E. Plater 17 .
 - Monika Czerniakowska - Inspektor Działu Techniczno-Gospodarczego tel. 785 051 502, e-mail: monikaczerniakowska@onkologia.bielsko.pl - szpital przy ul. Wyzwolenia 18;
 - Zbigniew Kapela - Starszy Inspektor Działu Techniczno-Gospodarczego tel. 601 084 056, e-mail: zbigniew.kapela@szpital.bielsko.pl szpital ul. Wyspiańskiego 21 i ul. E. Plater 17 .
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy jest:
..... - tel .:; e-mail.....

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wykaz urządzeń stanowiących źródła zasilania gazów medycznych oraz ilość punktów odbioru.

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia i wykaz prac wchodzących w zakres usługi.

Załącznik nr 1 do umowy

Lokalizacja obiektów:	Ilość punktów odbioru gazów medycznych
Ul. Wyzwolenia 18	32
Ul. Wyspiańskiego 21	881
Ul. Emilii Plater 17	146

Lokalizacja obiektów:	Ilość szafek zaworowo-informacyjnych
Ul. Wyzwolenia 18	5
Ul. Wyspiańskiego 21	36
Ul. Emilii Plater 17	9

Lokalizacja obiektów:	Źródła zasilania
Ul. Wyzwolenia 18	<ul style="list-style-type: none">• Agregat próżni centralnej AVA60M - 1 szt.• Sprężarka Airpol K7 - 2 szt.• Stacja rozprężania tlenu (zasilanie podstawowe) – 10 szt. przyłączy
Ul. Wyspiańskiego 21	<ul style="list-style-type: none">• Agregat próżni centralnej AV100 - 2 szt.• Sprężarka śrubowa olejowa RSD-B 11KW, firmy RENNER/NIEMCY - 3 szt. + osuszacz Parker BA-DME 012 DDS - 2 szt. + osuszacz adsorpcyjny DONALDSON MEP 0035 - 1 szt. + separator woda/olej SEP premium 5 JORC - 1 szt.• Stacja rozprężania tlenu (zasilanie awaryjne)
Ul. Emilii Plater 17	<ul style="list-style-type: none">• Agregat próżni centralnej AVA250M - 1 szt.• Stacja rozprężania tlenu (zasilanie awaryjne)

Instalacje:

- Tlenu
- Próżni
- Sprężonego powietrza

**USŁUGA CAŁODOBOWEJ OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALACJI
GAZÓW MEDYCZNYCH**

1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na całodobowej obsłudze instalacji gazów medycznych, dokonywaniu konserwacji i przeglądów technicznych instalacji gazów medycznych oraz jej elementów, dokonywaniu konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń stanowiących źródła zasilania oraz usuwaniu awarii urządzeń stanowiących źródła zasilania i awarii instalacji gazów medycznych w budynkach Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, w szczególności z normą PN-EN ISO 7396 – 1 określającą wymagania dotyczące systemów rurociągowych do gazów medycznych.

2) WYKAZ PRAC WCHODZĄCYCH W ZAKRES USŁUGI:

1) Okresowe sprawdzanie działania:

- źródeł zasilania instalacji tlenowej, próżniowej, powietrza - 1 raz na kwartał,
- poziomu oleju w karterach sprężarek - 2 razy w miesiącu,
- naczyń obserwacyjnych próżni, odwadnianie instalacji - 2 razy w miesiącu,
- reduktorów ciśnienia, wskazań manometrów i wakuometrów - 1 raz w miesiącu.

2) Kontrola urządzeń instalacji zgazowywania ciekłego tlenu, rozprężalni oraz próżni;

3) Konserwacja i bieżące naprawy:

- punktów poboru gazów medycznych,
- odciągów gazów poanestetycznych,
- dozowników tlenu,
- reduktorów tlenu i sprężonego powietrza,
- regulatorów ssania,
- szafek zaworowo-informacyjnych,
- zaworów czerpalnych sprężonego powietrza.

- 4) Dokonywanie okresowej konserwacji i przeglądów technicznych urządzeń stanowiących źródła zasilania, zgodnie z instrukcją obsługi;
- 5) Dokonywanie okresowej konserwacji instalacji gazów medycznych;
- 6) Uczestnictwo w przeglądach i kontrolach z Urzędu Dozoru Technicznego;
- 7) Prowadzenie okresowych przeglądów technicznych urządzeń i instalacji ;
- 8) Wykonywanie pomiarów szczelności instalacji gazowych - raz w na pół roku (zakończone protokołem);
- 9) Prowadzenie książki dozoru urządzeń, dziennika pracy konserwatora;
- 10) Przestrzeganie przepisów BHP, PIP, ppoż. i stosowanie zasad bezpiecznej higieny pracy przy urządzeniach zagrożonych wybuchem i pożarem przy zastosowaniu właściwych narzędzi, odzieży ochronnej i roboczej;
- 11) Zabezpieczenie całodobowej gotowości do przyjazdu konserwatora na teren obiektu szpitala; dostępność pod nr tel.
- 12) Przyjmowanie meldunków o usterkach instalacji i urządzeń przez całą dobę;
- 13) Składanie protokołów dotyczących bieżącego stanu aparatury i instalacji gazów medycznych po każdym przeglądzie, konserwacji, naprawie;**
- 14) Szkolenie pracowników Szpitala w zakresie obsługi urządzeń do gazów medycznych;
- 15) Wszystkie materiały niezbędne do wykonania napraw przeglądów i prac konserwacyjnych zapewni Wykonawca każdorazowo w uzgodnieniu z Zamawiającym.