

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Wrocław, dnia 25.01.2022r.

Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 03.01.2022

1. Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody były zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta, w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK? W związku z brakiem powiązań prawnych z producentami elektrod niewymienionych w CE defibrylatora producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytania z dnia 04.01.2022

1. Zadanie 9 poz. 1-5 - Prosimy o dopuszczenie masek z drenem 210 cm, sterylne. Czy Zamawiający wymaga aby maski były bez zawartości DEHP i BPA ?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. Zadanie 36 - Prosimy o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu o pojemności 2600 ml i komorą 400ml, precyzyjnie skalowanej od 3 ml do 50 ml. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytania z dnia 10.01.2022

1. Pytanie 1 dot. zadania nr 39 poz 1 - Czy Zamawiający dopuści kołderkę dla dorosłych o wymiarach 210 cm x 120 cm? Pozostałe właściwości zgodnie z SWZ.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. Pytanie 2 dot. zadania nr 39 poz 1 - Czy Zamawiający dopuści kołderkę pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 40 szt. (możliwość zamówienia pojedynczych egzemplarzy)?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

3. Pytanie 3 dot. zadania nr 39 poz 2 - Czy Zamawiający dopuści kołderkę dla dzieci o wymiarach 170 cm x 100 cm? Pozostałe właściwości zgodnie z SWZ.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

4. Pytanie 4 dot. zadania nr 39 poz 2 - Czy Zamawiający dopuści kołderkę pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 40 szt. (możliwość zamówienia pojedynczych egzemplarzy)?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

5. Pytanie 5 dot. zadania nr 39 poz 2 - Czy Zamawiający dopuści kołderkę dla dzieci na dolną część ciała o wymiarach 142 cm x 100 cm? Pozostałe właściwości zgodnie z SWZ.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

6. Pytanie 6 dot. zadania nr 39 poz 2 - Czy Zamawiający dopuści kołderkę pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 40 szt. (możliwość zamówienia pojedynczych egzemplarzy)?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytania z dnia 11.01.2022

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 15 ust. 1:

a. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 1) w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy wyrobów za każdy dzień zwłoki w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy
- 2) w wysokości 0,5% wartości brutto produktów, którego dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto produktów których dotyczy reklamacja
- 3) w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 3 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto umowy

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

4. W związku z tym, że aplikatory do podawania leku Lidocaina nie są wyrobem medycznym a środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina zwracamy się z prośbą o wykreślenie konieczności składania oświadczenia dotyczącego spełniania wymogów zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w przypadku pakietu nr 63

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

5. Zadanie 39

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 195x100 cm.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Poz. 2 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 120x100 cm.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

6. Zadanie 47

Prosimy o dopuszczenie dł. 460 cm.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

7. Zadanie 59

Poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie elektrod o powierzchni aktywnej 107 cm².

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

8. Zadanie 69

Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 3,2m.

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

9. Zadanie 73

Czy chodzi o elektrody jednorazowego użytku?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytania z dnia 13.01.2022

1. Pytanie nr 1 załącznik 1 zadanie 107 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę wkładki do uszu do neuromonitoringu o średnicy 1,37cm koloru żółtego dla dorosłych 1opakowanie =50szt. oraz wkładki do uszu do neuromonitoringu o średnicy 0,97cm koloru beżowego pediatryczne 1opakowanie =50szt.?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. Pytanie nr 2 załącznik 1 zadanie 107 poz. 1:

Czy Zamawiający wyłączy do osobnej pozycji wkładki do uszu neuromonitoring pediatryczne lub doprecyzuje zapotrzebowanie osobno dla wkładek do uszu dla dorosłych i dla wkładek do uszu pediatrycznych?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytania z dnia 17.01.2022

1. Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy...”

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

2. Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny netto przez cały czas obowiązywania umowy.”

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

3. Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

4. Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

5. Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonać sesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

6. Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

7. Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 15 ust. 1.1 oraz 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,3%?

„Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne”

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

8. Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 15 ust. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

9. Pytanie 1 dotyczy pakietu 59 pozycja 1:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych, hydrożelowych o powierzchni 107cm² o wymiarach 164 x 117mm i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej. Dodatkową zaletą tych elektrod jest ich uniwersalność, tzn. są przeznaczone dla pacjentów dorosłych i dzieci. NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść). Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 6 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych wykonujących zabiegi na aparatach wymienionych przez Państwa w wymogach SIWZ, także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

10. Pytanie 2 dotyczy pakietu 59 pozycja 2:

Prosimy o dopuszczenie elektrod z pierścieniem ekwipotencjalnym (czyli bardziej bezpiecznych niż pierwotnie opisane w SIWZ, - nowszej generacji), o pow. aktywnej zgodnie z SIWZ (90cm²), hydrożelowych, antyalergicznym najwyższej jakości.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytania z dnia 18.01.2022

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 60 dopuści osłonę na mikroskop w rozmiarze 122 x 305 cm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytania z dnia 19.01.2022

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 104 przewodnicy do trudnych intubacji typu Bougie, sterylnej, jednorazowego użytku widocznej w rtg z oznaczeniem centymetrowym, z tęym zakrzywionym końcem, z otworem na całej długości umożliwiającym wentylację oraz dodatkowo dwoma portami bocznymi. Dostępne rozmiary: 8Fr, średnica wewnętrzna 1,6mm, długość 35cm Dodatkowo w zestawie kaniula usztywniająca oraz 2 adaptory do podawania tlenu (złącze 15 mm i złącze Luer Lock).

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie