



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 09.08.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawa wieży artroskopowej wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie” (oznaczenie sprawy TP-13/2024) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06 sierpnia 2024 r. pod numerem: **2024/BZP 00445831/01**

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

1. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 3 - §6 ust. 3

Czy Zamawiający w zamian za protokół przekazania dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie wykonania dostawy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 3 - §7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą propozycję zmiany zapisu umownego?

*„W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu **5 dni roboczych**, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do **30 dni roboczych** od otrzymania zgłoszenia na numer tel.lub drogą e-mail:*”

Jeżeli Zamawiający wyrazi taką potrzebę, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaofertowane urządzenie na czas trwania naprawy.

Odpowiedź Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 3 §7 ust. 3

Z: „W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 3 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia na numer tel.....lub drogą e-mail:

na: „*W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 20 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia na numer tel.lub drogą e-mail:*”

Jeżeli Zamawiający wyrazi taką potrzebę, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i dostarczenia sprzętu zastępczego w ciągu 2 dni roboczych o parametrach nie gorszych niż zaoferowane urządzenie na czas trwania naprawy.

3. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 3 - §7 ust. 2

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umownego, jeżeli Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowane urządzenie na czas trwania naprawy? Zapewnienie sprzętu zastępczego pozwoli na ciągłość pracy u Zamawiającego i tym samym przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji jest niezasadne.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 3 §7 ust. 2

Z: Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.

na: Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. W przypadku zapewnienia przez wykonawcę sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż posiadane urządzenie, zapisu nie stosuje się.

4. Dotyczy wzoru umowy- załącznik nr 3 - §10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w poniższy sposób?

*„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w §7 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 2 % wartości netto zadania za każdy dzień zwłoki. **Zapewnienie Zamawiającemu urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach i właściwościach na czas usunięcia wady wyłącza obowiązek zapłaty kary umownej za okres, w którym urządzenie zastępcze zostało zapewnione.**”*

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 3 §10 ust. 4

Z: W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 7 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 2 % wartości netto zadania za każdy dzień zwłoki.

Na: „*W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w §7 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 2 % wartości netto zadania za każdy dzień zwłoki. **Zapewnienie Zamawiającemu urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach i właściwościach na czas usunięcia wady wyłącza obowiązek zapłaty kary umownej za okres, w którym urządzenie zastępcze zostało zapewnione.**”*

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 09 sierpnia 2024 r.

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

lek. Łukasz Kanderski

Wykonał: M. Kardasz tel. 54 285 63 31
09.08.2024 r.
Kopia: Dział Administracji i Zamówień Publicznych