

Wołów, 09.12.2024 r.

19/PCM/2024/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 1

Dotyczy: postępowania nr 19/PCM/2024/ZP/A **Dostawa aparatu USG wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – Minimalne Wymagania Techniczne (Załącznik nr 7 do SWZ).

Pytanie 1 - Dot. pkt 6.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający 5 aktywnych gniazd głowic obrazowych zamiast 4 gniazd aktywnych i 2 gniazd parkingowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - Dot. pkt 13.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający pamięć dynamiczną (Cineloop) o ilości 44 107 klatek?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 - Dot. pkt 16.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający pamięć dynamiczną dla trybu M lub D podręczną o długości 134,5 sek. oraz zapis prospektywny do 480 sek.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 - Dot. pkt 18.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający regulację głębokości pola obrazowania 1,5 - 40 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - Dot. pkt 22.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B 1701 obrazów/s?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 - Dot. pkt 23.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) 529 obrazów/s?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 - Dot. pkt 28 i 29.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) +/- 2,97 m/s oraz zakres częstotliwość PRF 0,1 - 15,4 kHz?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 - Dot. pkt 33 i 34.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) +/- 8,68 m/s oraz zakres częstotliwość PRF 1,0 – 23,1 kHz ale z kolei zakres Dopplera ciągłego CWD do 39 m/s?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 9 - Dot. pkt 39.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający w standardzie wiele różnych opcji, np. elastografię akustyczną (shear wave) i wiele pomiarów automatycznych, ale nie posiada możliwości jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich? Parametr ten nie ma większego wpływu na jakość diagnostyczną aparatu a jednocześnie ogranicza wybór do aparatów jednego producenta.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 - Dot. pkt 41 i 44.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający dla głowic convex i liniowa w oferowanym zestawie funkcje elastografii akustycznej (shear wave), doświetlania igły biopsyjnej, obrazowania panoramicznego i inne, lecz nie posiadający możliwości obrazowania w trybie CWD i Kolorowego Dopplera tkankowego na tych głowicach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 - Dot. pkt 71 do 76.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający głowicę convex o zakresie częstotliwości pracy 1,2 – 6,0 MHz i 3 częstotliwościach obrazowania harmonicznego spełniającą pozostałe wymagania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 - Dot. pkt 77 do 83.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający głowicę liniową wykonaną w nowoczesnej technologii o zakresie częstotliwości pracy 3,0 – 13,0 MHz, 192 elementach i 4 częstotliwościach obrazowania harmonicznego spełniającą pozostałe wymagania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 - Dot. pkt 84 do 90.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający głowicę liniową wykonaną w nowoczesnej technologii o zakresie częstotliwości pracy aż do 23,0 MHz, ale z 3 częstotliwościami obrazowania harmonicznego spełniającą pozostałe wymagania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 - Dot. pkt 91 do 96.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG klasy Premium posiadający głowicę kardiologiczną Phased Array o zakresie częstotliwości pracy 1,5 – 4,5 MHz, 80 elementach i 3 częstotliwościach obrazowania harmonicznego spełniającą pozostałe wymagania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem