



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  
w Olsztynie

Olsztyn, dnia 05.11.2020 r.

ZPZ-2375- 7315 /20

Do wszystkich  
uczestników postępowania

**ZPZ-47/09/20 Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń operacyjnych oraz odzieży ochronnej jednorazowego użytku.**

W związku z zapytaniem uczestników postępowania na dostawę obłożeń operacyjnych, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, **wyjaśnia i/lub zmienia** Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

**Pytanie 1 - Pakiet nr 10 i 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie masek typ II R?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaferowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 2- Pakiet nr 15 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koszul w rozmiarze uniwersalnym, obszernych (obwód 140 cm)?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 3 - Pakiet nr 15 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie spodenek dla pacjenta z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>, rozm. M/L (120 cm w pasie) oraz XL/XXL (135 cm w pasie)?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie spodenek dla pacjenta z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>, rozm. M/L (120 cm w pasie) oraz XL/XXL (135 cm w pasie) pod warunkiem, iż będzie to włóknina polipropylenowa typu SMS oraz pozostały opis jak w SIWZ. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 4 - Pakiet nr 16**

Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów w rozmiarach L i XL?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 5 - Pakiet 17 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładów perforowanych co 50 cm i całkowitej długości 50 m (ilość listków – 100 szt.)?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaferowanie wyżej opisanego asortymentu z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SIWZ, w szczególności szerokości. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 6 - Pakiet 17 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładów nieprzemakalnych, celulozowo-foliowych wzmacnianych nitkami z poliestru, o wymiarach 80 x 140 cm?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 7 - Pakiet nr 19 poz. 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie artykułów pościelowych z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 8 - Pakiet nr 24**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładów o następujących parametrach:

Wymiary 100 x 220 cm;

Chłonność całkowita – 4.500 ml;

5 warstwowa budowa, w tym warstwa chłonna zawierająca superabsorbent, dzięki czemu powierzchnia podkładu błyskawicznie staje się sucha;

Rdzeń chłonny o wymiarach 50 x 180 cm;

Udźwig 150 kg, poświadczony przez niezależną jednostkę.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaferowanie wyżej opisanego asortymentu z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SIWZ. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 9 - Pakiet 24**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, niepylnego, wysoko chłonnego, nieuczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny w rozmiarze 100 cm ( +/- 4 cm ) x 229 (+/-5 cm) . Chłonność min. 6 l. W zestawie z dodatkową serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaferowanie wyżej opisanego asortymentu z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w SIWZ, w szczególności dotyczących wkładu chłonnego. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie nr 10 –Pakiet nr 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku, niejałowy (bluza + spodnie) z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Bluza z krótkim rękawem, jedną kieszenią u dołu bluzy, wycięcie typu V. Spodnie proste z gumką w pasie. Rozmiar XS-XXXL, Kolor niebieski?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaferowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie nr 11 - Pakiet nr 15, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup> w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 12 - Pakiet nr 15, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 13 - Pakiet nr 16, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy z rękawem zakończonym gumką? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 14 - Pakiet nr 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze min.70 cm x 116-120cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaferowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 15 - Pakiet nr 19, poz. 1, 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści poszwę, poszewkę i prześcieradło wykonane z włókniny o gramaturze min. 20 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 16 - Pakiet nr 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku w rozmiarze S-XXXL? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**



**Pytanie 17 – Dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Tak, uzna.**

**Pytanie 18 - Pakiet nr 10**

Występujemy z zapytaniem o możliwość rozdzielenia pakietu nr 10, ponieważ posiadamy w ofercie tylko maseczki z mocowaniem na gumki ?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zgadza się na modyfikację formularza cenowego. Zamawiający wyjaśnia, iż w poz. 2 dopuszcza zaoferowanie maseczek mocowanych na gumki. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia ....**

**Pytanie 19 - pakiet 2, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu urologicznego TUR, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 8 cm), otwór na prącie (Ø 5 cm) i osłoną na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu ..... 175x270x180 1
2. ręcznik chłonny ..... 18x25 1
3. samoprzylepny organizator przewodów ..... 9x18 1
4. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1

Odporność na wypychanie na sucho/mokro wynosi 175/110 kPa. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 20 - pakiet 2, pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii kolana w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadająca dwa samouszczelniające otwory z neoprenu o średnicy 7 cm i 5 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu ..... 230x320 1
2. serweta na stolik ..... 150x190 1
3. osłona na kończynę ..... 22x75 1
4. taśmy samoprzylepne ..... 9x49 2
5. ręczniki chłonne ..... 18x25 4
6. osłona na stolik MAYO ..... 79x145 1
7. osłona na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1

Odporność na wypychanie na sucho/mokro wynosi 117/127 kPa. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 21 - pakiet 2, pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów na stawie biodrowym, w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy stawu biodrowego o wymiarach 230/300x330 cm, posiadająca samouszczelniający otwór o wymiarach 18x22 cm i dwie symetrycznie rozmieszczone torby dyslokacyjne z możliwością podłączenia drenu. Serweta wyposażona jest w dwie zintegrowane dwukomorowe kieszenie na ssak i koagulację i dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP ..... 230/300x330 1
2. serwety chirurgiczne z taśmą samoprzylepną ..... 75x75 2
3. serweta na stolik ..... 150x190 1
4. osłona na kończynę ..... 32x120 1
5. taśmy samoprzylepne ..... 9x49 2
6. ręczniki chłonne ..... 18x25 4
7. wzmocniona osłona na stolik MAYO ..... 79x145 1
8. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1

Serwety wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego. Łaty chłonne w serwecie głównej mają wymiar 75 cm x 106 cm. Odporność na wypychanie na sucho/mokro wynosi 117/127 kPa. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 22 - pakiet 2, pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów ginekologicznych, w składzie:

1. serweta chirurgiczna o wymiarach 200/270x215 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestetycznym, posiada otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm ..... 200/270x215 1
2. serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów, oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operującego, za pomocą integrowanej taśmy samoprzylepnej ..... 60x116 1
3. ręczniki chłonne ..... 18x25 2
4. organizator przewodów (samoprzylepny) ..... 9x18 1
5. osłona na stolik MAYO ..... 79x145 1
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1

Odporność na wypychanie na sucho/mokro wynosi 175/110 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 23 - Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń jednokomorową w rozmiarze 30x40cm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 24 - Pakiet 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaręczawek o długości 54cm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 25 - Pakiet 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaręczawek z mankietem o długości min. 5cm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 26 - Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu folia-papier?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 27 - Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę podfoliowaną 70x50cm w miejsce serwety 75x45cm?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 28 - Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50x75cm z przyklepnym otworem o średnicy 7cm w miejsce serwety 60x50cm z otworem o średnicy 8cm i przyklepcem wokół otworu?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 29 - Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści imadło metalowe 15cm?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 30 - Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę metalową 14,5cm?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**

**Pytanie 31 - Pakiet 10, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści maseczki o filtracji min. 98%?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 32 - Pakiet 10, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu.**

**Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....** oraz informację o sposobie przeliczenia.



**Pytanie 33 - Pakiet 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maseczki mocowane na gumki?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści zaofierowania wyżej opisanego asortymentu.**

**Pytanie 34 - Pakiet 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaofierowanie wyżej opisanego asortymentu.**

**Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia ..... oraz informację o sposobie przeliczenia**

**Pytanie 35 - Pakiet 12, 13**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby czepki były zgodne z normą EN 14683 gdyż norma ta dotyczy maseczek chirurgicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu opisanego w pytaniu Wykonawcy.**

**Pytanie 36 - Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści ubranie tylko w kolorze niebieskim. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 37- Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne w rozmiarze S-XXL?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**

**Pytanie 38 - Pakiet 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 39 - Pakiet 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**

**Pytanie 40 - Pakiet 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koszule dostępne w kolorze granatowym?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaofierowanie wyżej pisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 41- Pakiet 16, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 42 - Pakiet 16, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości rękawa (mierzona od wszycia do ściągacza) min. 56cm?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści zaofierowania wyżej opisanego asortymentu.**

**Pytanie 43 - Pakiet 17, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce perforowany co 38cm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaofierowanie wyżej opisanego asortymentu, pozostałe parametry muszą być zgodne z opisem zawartym w SIWZ. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 44 - Pakiet 17, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 45 - Pakiet 19, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60x80cm?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 46 - Pakiet 22, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści włókninowe ochraniacze na obuwiu z warstwą antypoślizgową?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaofierowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 47 - Pakiet 10, poz. 1**

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 48 - Pakiet 10, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia pod pakietem informacji o sposobie przeliczenia.**

**Pytanie 49 - Pakiet 10, poz. 1**

Czy zamawiający wymaga maskę chirurgiczną wysokobarielową - spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia ....**

**Pytanie 50 - Pakiet 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia pod pakietem informacji o sposobie przeliczenia.**

**Pytanie 51 - Pakiet 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia ....**

**Pytanie 52 - Pakiet 16**

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L; o długości ok. 127 cm, szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**

**Pytanie 53 - Pakiet 16**

Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX% ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia ....**

**Pytanie 54 - Pakiet 16**

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony nieuciskającą gumką?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**

**Pytanie 55 - Pakiet 17, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 200 szt. w rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia pod pakietem informacji o sposobie przeliczenia.**

**Pytanie 56 - Pakiet 17, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 200 szt, w opakowaniu zbiorczym – rolka. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia pod pakietem informacji o sposobie przeliczenia.**

**Pytanie 57 - Pakiet 17, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 60 cm ( szerokość) x 40 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstw : 1 x bibuły i 1 x folii, 80 szt. listków na rolce?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia pod pakietem informacji o sposobie przeliczenia.**



**Pytanie 57 a - Pakiet 17, poz. 2**

W przypadku dopuszczenia innych wielkości rolek - Czy w związku z zaferowaniem innej wielkości opakowania (rolki) zamawiający wymaga odpowiedniego przeliczenia ilości zaferowanego produktu?

**Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia pod pakietem informacji o sposobie przeliczenia.**

**Pytanie 58 - Pakiet 17, poz. 1-2**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 59 - Pakiet 16- fartuch medyczny włókninowy uniwersalny**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaferowania wyżej opisanego**

**Pytanie 60 - Pakiet 16- fartuch medyczny włókninowy uniwersalny**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha w rozmiarze L, XL?

**Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaferowania wyżej opisanego asortymentu**

**Pytanie 61 - Pakiet 16- fartuch medyczny włókninowy uniwersalny**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha posiadającego nieuciskające gumki w rękawach?

**Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaferowania wyżej opisanego asortymentu**

**Pytanie 62 - Pakiet 16 - fartuch medyczny włókninowy uniwersalny**

Wnioskujemy o dopuszczenie fartuchów, które są środkiem ochrony indywidualnej kat I. Oczekiwane przez Państwa fartuchy nie mieszczą się w definicji wyrobu medycznego. Rozumiemy, że nie oczekują Państwo fartuchów zgodnych z normą EN 13795-1, czyli fartuchów wykonanych minimum z SMS 35g. Wniosek motywujemy aktualnymi wytycznymi Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów Medycznych w URPLMiPB. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem URPLMiPB opierającym się na wykładni poradnika zamieszczonego na stronach Komisji Europejskiej MANUAL ON BORDERLINE AND CLASSIFICATION IN THE COMMUNITY REGULATORY FRAMEWORK FOR MEDICAL DEVICES Version 1.22 (05-2019) podaną na str. 15-16 przeznaczenie produktu - do kontroli otoczenia (control of environment) nie mieści się w definicji wyrobu medycznego. Ww. poradnik wyraźnie wskazuje, że ochrona pacjenta przed potencjalnie zakaźnymi czynnikami może być rozważana jako przewidziane zastosowanie jedynie dla takiego wyrobu medycznego, dla którego określono szczegółowe warunki i miejsce jego stosowania. To znaczy - w pomieszczeniach wymagających zachowania szczególnej czystości mikrobiologicznej - takich jak sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, czy w opiece nad pacjentami o obniżonej odporności. Ogólnie rozumiana przestrzeń szpitala jako miejsce przebywania pacjentów, personelu i osób odwiedzających wykracza daleko poza tak zakreślony obszar. Dla wyrobów medycznych niezbędne jest wykazanie ich skuteczności w przewidzianym zastosowaniu. Temu celowi służą m.in. normy zharmonizowane EN 13795-1 i EN-13795-2 podające stosowne metodyki badawcze, które w sposób obiektywny pozwalają ustalić skuteczność fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych.

W celu zapobieżenia przeniesieniu na pacjenta patogenów z osoby noszącej fartuch chirurgiczny lub odzież dla bloku operacyjnego niezbędne jest dostarczenie ich użytkownikowi z zachowaniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej. Zgodnie z ww. normami odzież taka powinna być albo wysterylizowana przed użyciem, przy czym wytwórca powinien określić w oznakowaniu lub instrukcji używania zalecaną metodę sterylizacji (pkt 6.2.2 normy EN 13795-1), albo dostarczona sterylna.

Podsumowując aktualne wytyczne Urzędu Rejestracji (pomimo od lat funkcjonujących na rynku europejskim fartuchów medycznych, fartuchów wizytacyjnych, fartuchów izolacyjnych itp. jako wyroby medyczne) fartuchami, które można uznać za wyrób medyczny są fartuchy zgodne z normą EN 13795, sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania wyłącznie przez personel medyczny w pomieszczeniach wymagających zachowania szczególnej czystości mikrobiologicznej - takich jak sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej, czy w opiece nad pacjentami o obniżonej odporności. Dodatkowo Urząd Rejestracji wydał komunikat, który może dotyczyć także od lat funkcjonujących na polskim rynku fartuchów uznawanych za wyrób medyczny, iż w granicach swoich kompetencji ogranicza wprowadzanie do obrotu produkty co do których istnieją wątpliwości, że są wyrobami medycznymi, przykładowo przez priorytetowe rozpatrywanie spraw związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2, w szczególności produktów będących środkami ochrony indywidualnej.

Komunikat urzędu:

<http://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-2-wrze%C5%9Bnia-2020-r-w-sprawie-statusu-wyrob%C3%B3w-dla-kt%C3%B3rych-dokonano>

Dodatkowo Światowa Organizacja Zdrowia traktuje fartuchy jako środek ochrony indywidualnej.



<https://www.mp.pl/covid19/ochrona/230881.wskazowki-swiatowej-organizacji-zdrowia-dotyczace-racjonalnego-uzywania-srodkow-ochrony-indywidualnej-przed-covid-19>

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów które są środkiem ochrony indywidualnej kat I, pozostałe wymagania jak w SIWZ. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....

**Pytanie 63 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej kieszeni jednokomorowej, samoprzylepnej o wymiarach 30x40cm, wykonanej z przezroczystej folii PE.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....

**Pytanie 64 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Sterylnego zarękawka chirurgicznego z nieprzemakalnego laminatu, z jednej strony zakończony elastycznym mankietem o długości 7cm, z drugiej strony zakończony gumką, długość zarękawka 50cm.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....

**Pytanie 65 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm

1 ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta TUR 175/282 x 172 cm z osłoną na palec o średnicy 3 cm, otworem o średnicy 5 cm i przylepnym otworem o średnicy 8 cm, zintegrowana z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 165cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 168/168 kPa. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadające oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Serwety operacyjne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy. Podwójny system pakowania: wewnętrzny dispenser kartonowy, zewnętrzny karton transportowy.

**Odpowiedź:** Tak jak w SIWZ.

**Pytanie 66 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm,

z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa). Gramatura laminatu 75 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 165cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 188/185 kPa. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadające oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Serwety operacyjne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy. Podwójny system pakowania: wewnętrzny dispenser kartonowy, zewnętrzny karton transportowy.

**Odpowiedź:** Tak jak w SIWZ.

**Pytanie nr 67 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów



1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa). Gramatura laminatu 60 g/m<sup>2</sup>, z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 140g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie cieczy 165cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 168/168 kPa. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadające oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Serwety operacyjne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy. Podwójny system pakowania: wewnętrzny dyspenser kartonowy, zewnętrzny karton transportowy.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

#### Pytanie 68 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włókna polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 165cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 168/168 kPa. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadające oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Serwety operacyjne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy. Podwójny system pakowania: wewnętrzny dyspenser kartonowy, zewnętrzny karton transportowy.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

#### Pytanie 69 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm ze zintegrowaną kieszenią na płyny 35 x 52 cm z portem, otwór przylepny 9 x 12 cm

1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm, z otworem 24 x 21 cm ze zintegrowanymi nogawicami

1 przylepiec typu velcro 2,5 x 30 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włókna polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 165cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 168/168 kPa. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadające oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Serwety operacyjne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy. Podwójny system pakowania: wewnętrzny dyspenser kartonowy, zewnętrzny karton transportowy.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

#### Pytanie 70 – dotyczy Pakietu nr 4


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Skład:

	Ilość
- Taca niebieska 13,5 x 27 x 2,5cm	1
- Igłotrzymacz Mayo-Hegar 14cm, metalowy	1
- Nożyczki Iris 11cm zagięte, metalowe	1
- Pęseta Adsona 12cm (bez ząbków), metalowa	1
- Osłona ostrza (ochrona końcówki) 2cm	2
- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w	5
- Serweta podfoliowana Hospidrape 45x75cm	1
- Serweta dwuwarstwowa 50x60cm z otworem przylepnym 6x8cm	1

Wszystkie komponenty owinięte w serwetę Hospidrape i umieszczone w opakowaniu papierowo-foliowym, 2 etykiety TAG

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**





**Pytanie 71 – dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek typu IIR o poziomie filtracji  $\geq 98\%$ , spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 72 – dotyczy Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski wykonanej z trzech warstw włókniny polipropylenowej, posiadającej wkładkę modelującą nos, wyposażonej w elastyczne gumki służące do zamocowania za uszami, typu II R o poziomie filtracji  $\geq 98\%$  (zgodnie z normą 14683). Zapakowane w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, ilość w kartoniku 50 szt.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**

**Pytanie 73 – dotyczy Pakietu nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Fartuch włókninowy, wykonany z włókniny polipropylenowej, niejałowy, wiązany na troki w talii i na szyi, rękawy długie zakończone elastyczną, nieuciskającą gumką. Długość rękawa i ramienia bez ściągacza (mierzona od wycięcia szyjnego) 80cm. Gramatura 25g/m<sup>2</sup>. Rozmiar uniwersalny 115x137cm

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**

**Pytanie 73**

Czy Zamawiający zgadza się aby § 11 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następującą (lub podobną) treść:  
*„Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę, po uprzednim pisemnym wezwaniu tej strony do należytego wykonywania umowy.”?*

Mając na względzie potrzebę zrównoważenia interesów obu stron umowy, uzasadnione jest przyznanie wykonawcy takich samych praw w zakresie rozwiązania umowy jakie ma Zamawiający. Nie ma uzasadnienia uprzywilejowanie Zamawiającego w tym zakresie. Poza tym, zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy druga strona została wezwana do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje drugą stronę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**

**Pytanie 74**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 wzoru umowy został dodany podpunkt ust. 2 o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony dopuszczają jednak podwyższenie cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy.”?* Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**

**Pytanie 75 - Pakiet 1,poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń na płyny w rozmiarze 30 x 40 cm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kieszeni o rozmiarze 30x40cm. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 76 - Pakiet 1,poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zarekawek chirurgiczny o długości 45 cm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 77 - Pakiet 6,poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści piankę do oczyszczania skóry nieposiadającą właściwości przeciwbakteryjnych?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**



**Pytanie 78 - Pakiet 11,poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga maseczek z taśmą elastyczną o szerokości 1,5 cm służącą do zamocowania maseczki na twarzy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 79 - Pakiet 15,poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę do zabiegów operacyjnych w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu.**

**Pytanie 80 - Pakiet 18,poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z zakładkami o długości 17,5 cm?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 81 - Pakiet 21,poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 27g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 82 - Pakiet 10**

Zwracamy się z prośbą, o rozdzielenie masek do dwóch osobnych pakietów. Umożliwi to Państwu uzyskanie korzystnych cenowo ofert od większej ilości firm.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**

**Pytanie 83 - Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z dwoma kieszeniami

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 84 - Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wyłącznie w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 85 - Pakiet 14**

Czy zamawiający dopuści komplet chirurgiczny bez rozcięć po bokach przy bluzie?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 86 - Pakiet 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z PP w kolorze zielonym lub niebieskim o gramaturze 40 lub 45g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**

**Pytanie 87 - Pakiet 15, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z PP o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ**

**Pytanie 88 - Pakiet 16**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu.**

**Pytanie 89 - Pakiet 16**

Czy Zamawiający opuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu.**

**Pytanie 90 - Pakiet 19**

Czy Zamawiający dopuści poszwy i pościele o gramaturze mi 17g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu.**



**Pytanie 91 - Pakiet 1 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie sterylnej torby na narzędzia 33x41cm, z przylepcem 1-komorowej. Torba wykonana jest z mocnej, przezroczystej folii polietylenowej. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. 3 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 92 - Pakiet 1 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie sterylnej torby na narzędzia 17x29 cm, z przylepcem, 2-komorowej. Torba wykonana jest z mocnej, półprzezroczystej folii polietylenowej. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. 3 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 93 - Pakiet 1 poz.3**

Prosimy o dopuszczenie sterylnego pełnobarierowego rękawa z dzianinowym mankietem, w rozmiarze 8x55 cm.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 94 - Pakiet 2 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu TUR w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z ze wzmocnieniem 74x190 cm

1 x taśma przylepna z włókniny 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami z przylepnym otworem brzuszny  $\varnothing$  8 cm, z otworem na pręcie  $\varnothing$  5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze 58g/m<sup>2</sup> pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy i wysokiej odporności na przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O. Osłony na kończyny wyposażone w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 95 - Pakiet 2 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do kolana w składzie:

2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm ze wzmocnieniem 74x154 cm

1 x osłona na stolik Mayo 80x142 cm

1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm

2 x taśma przylepna 9x50 cm,

2 x ręcznik chłonny

1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającą aplikację,

1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem  $\varnothing$  5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze 58g/m<sup>2</sup>, o wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cmH<sub>2</sub>O. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu pod warunkiem, że osłona na stolik Mayo składana jest rewersowo/teleskopowo. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 96 - Pakiet 2 poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do biodra w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem 74x190 cm



1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm

5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm

1 x osłona na kończyne 35x120cm 2-warstwowa,

1 x serweta 190x190 cm

1 x serweta górna 300x220 +/-2cm

1 x serweta do operacji biodra 230x305 +/-2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 2cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U . Serwety okrywające pacjenta wykonane z bilaminatu o gramaturze 58g/m<sup>2</sup> wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

#### **Pytanie 97 - Pakiet 2 poz.4**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do zbiegów ginekologicznych w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE ze wzmocnieniem 74x190 cm

1 x ręcznik chłonny 60x40 +/-2cm

1 x serweta pod pośladki 96x126cm ze wzmocnieniem 50x60 +/-2cm

1 x serweta przylepna 45x50cm z chłonnej włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>

1x serweta główna 89/312x229cm z przylepnym otworem krocowym 6x17cm, ze zintegrowanymi nogawicami, wyposażona w 2 podwójne uchwyty na przewody wykonana z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropyleń, polietylen, polipropyleń) o gramaturze 66 g/m<sup>2</sup> ,odporna na penetrację płynów >200 cm H<sub>2</sub>O. Obszar krytyczny ze wzmocnieniem chłonnym 50x60 +/-2cm. . Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton.

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

#### **Pytanie 98 - Pakiet 4**

Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:

Sterylny zestaw do szycia: 5 x kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm 1 x metalowa pęseta typu Adson z ząbkami 13 cm 1 x ostre metalowe nożyczki 12 cm 1 x metalowe imadło 14 cm 1 x serweta 45 x 45 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wyżej opisanego rozwiązania.**

#### **Pytanie 99 - Pakiet 8**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje maski obecnie używanej typu IIR.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie opisanego wyżej asortymentu, pozostałe wymagania jak w SIWZ. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

#### **Pytanie 100 - Pakiet 13**

Prosimy o dopuszczenie czepka o gramaturze min. 14 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wyżej opisanego rozwiązania.**

#### **Pytanie 101 - Pakiet 16**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wyżej opisanego rozwiązania.**

#### **Pytanie 102 - Pakiet 19 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie poszewki na poduszkę w rozmiarze 80 x 80.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wyżej opisanego rozwiązania.**

#### **Pytanie 103 - Pakiet 24**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obecnie stosowanego podkładu na stół operacyjny z marginesami z każdej strony podkładu, z możliwością przenoszenia pacjenta do 150kg, w rozmiarze 210 x 80 cm, z wkładem chłonnym o szerokości min. 60 cm, umożliwiającym trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu i o powierzchni nie powodującej podrażnień skóry. Warstwa spodnia wykonana z mocnego, oddychającego i nieprzemakalnego materiału.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**



**Pytanie 105 - Pakiet 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów pakowanych w opakowania transportowe – tj. karton + dodatkowe zabezpieczenie wewnętrzne - worek z folii polietylenowej.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego wyżej asortymentu. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 106 - Pakiet 2, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do urologii - Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 180/170 kPa. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw powinien posiadać 2 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadające oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Skład:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm posiadająca: zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna: okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3cm.
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 107 - Pakiet 2, poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do artroskopii kolana - Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 180/170 kPa. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw powinien posiadać 2 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadające oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Skład:

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę  $\varnothing 7$  i  $\varnothing 5$  cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”) do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 108 - Pakiet 2, poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji na stawie biodrowym - Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego dodatkowo wzmocnione włókniną Spunlace o gramaturze 70 g/m<sup>2</sup>, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 62 g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 132 g/m<sup>2</sup>), odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 180/170 kPa. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw powinien posiadać 2 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadające oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Skład:

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 nieprzylepna serweta 75x90cm,
- 1 serweta przylepna 170x300cm,
- 1 osłona na kończynę 35x120cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm



**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 109 - Pakiet 2, poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do zabiegów ginekologicznych - Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 180/170 kPa. Materiał obłożenia spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw powinien posiadać 2 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane importera. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadające oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m<sup>2</sup>.
- serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta główna o wym. 250/290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x140cm
- przezroczysta serweta przylepna z folii polietylenowej o grubości 0,08mm do zakrycia okolic odbytu - 50x50cm,
- 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm,
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu, pod warunkiem, że osłona na stolik Mayo składana jest rewersowo/teleskopowo. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 110 - Pytania do wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 7 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposobie - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania - nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyżyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie - na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych.”

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 111**

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 6 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści pkt 1).

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

**Pytanie 112**

Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 16 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację wzoru umowy.**

**Pytanie 113**

Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 17 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim



przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedz: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację wzoru umowy.**

#### **Pytanie 114**

Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

**Odpowiedz: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację wzoru umowy.**

#### **Pytanie 115**

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 6 projektu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

**Odpowiedz: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację wzoru umowy.**

#### **Pytanie 116**

Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 5 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

**Odpowiedz: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację wzoru umowy.**

#### **Pytanie 117**

Wnosimy o wykreślenie § 10 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

**Odpowiedz: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację wzoru umowy.**

#### **Pytanie 118**

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 2 projektu umowy poprzez dookreślenie „rażącego naruszenia postanowień umowy” UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem



środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację wzoru umowy.**

#### **Pytanie 119 - Pakiet nr 9**

Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu, pozostałe wymagania jak w SIWZ. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

#### **Pytanie 120 - Pakiet nr 9**

Czy Zamawiający wymaga maski zgodnej z normą EN 14683 umożliwiającej zastosowanie w środowisku medycznym (stawka VAT 8%)?

**Odpowiedź: Tak jak w SIWZ.**

#### **Pytanie 121 - Pakiet nr 16, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania fartucha z długimi rękawami zakończonymi gumką. Fartuch dostępny w jednym rozmiarze – uniwersalnym. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego asortymentu.**

#### **Pytanie 122**

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 11 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.” Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację wzoru umowy.**

#### **Pytanie 123**

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 7 wzoru umowy proponowanego zapisu: „Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar odszkodowań lub różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną wyrobu z umowy zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację wzoru umowy.**

#### **Pytanie 124**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:

„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawnionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji



Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej."

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację wzoru umowy.**

**Pytanie 125 -PAKIET NR 1 Poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylnej kieszeni jednokomorowej o wymiarach 38 cm x 43 cm? Pozostałe parametry kieszeni bez zmian.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu, pozostałe wymagania jak w SIWZ. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia .....**

**Pytanie 126 - PAKIET NR 4 Poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zakładania szwów o następującym składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 1 x pęseta chirurgiczna metalowa, 12 cm
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x igłotrzymacz, 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11 cm
- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)
- 1 x serweta włókninowa, 50 x 50 cm (barierowa)z przylepnym otworem 5 x 10 cm
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna, 60 x 60 cm (barierowa)

**Opakowanie:**

Opakowanie typu twardy blister, 3 komory. Na etykiecie brak wskaźnika informującego o przebiegu procesu sterylizacji. Wskaźnik nie jest wymagany w zakresie wymogów zasadniczych dyrektywy 93/42 EWG załącznik 1, dotyczącej oznakowania wyrobów medycznych i stanowi informację dodatkową. Na opakowaniu wyrobu jałowego musi być podana metoda sterylizacji.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego asortymentu.**

**Pytanie 127 - Pakiet 10**

Czy istnieje możliwość dostarczenia maseczki z mocowaniem na gumki zamiast maseczki mocowanej na troki?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w poz. 2 dopuszcza zaoferowanie maseczek mocowanych na gumki, pozostałe wymagania jak w SIWZ. Zamawiający zaleca zamieszczenie informacji o dopuszczeniu zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia ....**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

*mgr Krystyna Futyma*

Sporządził w 1 egz. – T. Baranowski

Egz. nr 1 - a/a

Otrzymują: uczestnicy postępowania / platforma zakupowa