



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, 24.10.2024 r.

DZP-41/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa rękawic oraz bielizny niesterylnej

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. 2 alkohole w stężeniach min. 70% na poziomie 1?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz (bez warstwy nawilżającej), przebadane na min. 37 substancji chemicznych (cytostatyków) wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, pakowane a'250 szt. zgodnie z wymogami Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 15 opakowań ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1, 2, 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy typu przedniak, zakładany na szyję i wiązany z tyłu na troki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bez otworu na kciuk. Tylnie części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki, dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H₂O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 4, poz. 3-6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty antypoślizgowe wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek posiadający wstawkę antopotną o szerokości 4cm, szytą na całej długości czepka?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że jest przyszyta do czepka w taki sposób, że nie zwisa

lecz jest z nim integralnie złączona.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część boczną z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², wstawka antypotna 38g/m². Kolor niebieski z białymi trokami?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że spełnia pozostałe warunki opisu.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m², spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 4, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m², spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 4, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 12g/m², spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane po 10szt indywidualnie składanych serwet z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy perforowany o szerokości 50cm zamiast 51cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy perforowany co 38cm szer. 50cm i dł. 50m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 – dot. zapisów SWZ – Próbek

Proszę o określenie ilości próbek jakie wykonawca ma przesłać?

Odp.: Zgodnie z zapisami części X pkt. 1 lit. B) SWZ oraz ilościami określonymi w Załączniku nr 1A

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

do SWZ – Załącznik asortymentowo – cenowy.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 30 g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny typu furażerka?

- wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną
 - o gramaturze 20g/m²
 - w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej
 - przeciwpotny
 - lekki i dobrze przepuszczający powietrze
 - zapewniający komfort w trakcie noszenia
 - jednorazowego użytku
 - zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń
- produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści typ IIR?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny typu furażerka?

SPECYFIKACJA:

- wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej
- o gramaturze 25g/m²
- w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej
- lekki i dobrze przepuszczający powietrze
- zapewniający komfort w trakcie noszenia
- jednorazowego użytku
- zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i
- produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Laminowany podkład papierowy na kozetkę, dwuwarstwowy, nieprzemakalny, chłonny?

Podkład składa się z 1 warstwy papieru laminowanej 1 warstwą folii PE.

Długość: 40 metrów

Szerokość: 50 cm

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Perforacja: co 50 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Laminowany podkład papierowy na kozetkę. Dwuwarstwowy. Nieprzemakalny, chłonny.

Podkład składa się z 1 warstwy papieru laminowanej 1 warstwą folii PE.

Długość: 50 metrów z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk tj. 1600 sztuk

Szerokość: 50 cm

Perforacja: co 50 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1,2

Proszę o dopuszczenie fartuch o gramaturze 20g/m².

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1,2

Proszę o dopuszczenie fartuch o gramaturze 30g/m².

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1,2

Proszę o dopuszczenie fartuch w rozmiarze L lub XL.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1,2

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW, która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ. W poz. 1 Zamawiający dopuszcza fartuchy będące wyrobami medycznymi lub środkami ochrony indywidualnej, natomiast w poz. 2 Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań.

Pytanie nr 34 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1,2

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 33.

Pytanie nr 35 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1,2

Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 36 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1,2

Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odp.: Poz. 1 - personel medyczny w procedurach medycznych nie wymagających warunków jałowych.
Poz. 2 - osoby odwiedzające, personel medyczny przemieszczający się między oddziałami.

Pytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 3, poz. 3

Proszę o dopuszczenie fartuch foliowy zgodny z opisem:

- fartuch ochronny
- wykonany z folii PE (71-117)
- zakładany na szyję bez okrycia ramion
- wiązany z tyłu na troki
- odporny na zabrudzenia i zalania w przedniej części
- pakowany pojedynczo w opakowanie zawiera 100 sztuk
- możliwość stosowania w strefie brudnej i przed zakażeniami biologicznymi i chemicznymi
- nieprzemakalny
- jednorazowego użytku
- niejałowy

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 3, poz. 3

Proszę o dopuszczenie fartuch foliowy będący Środkiem Ochrony Osobistej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 3, poz. 4

Proszę o dopuszczenie fartuch zgodny z opisem:

Materiał: włóknina SSMMS PP+PE (33 g/m² SSMMS + 22 g/m² PE)

Rękawy zakończone mankietem

Fartuch wiązany przy szyi i w pasie na troki

Odporny na rozbryzgi

Przyjazny dla skóry-wchłania pot

Niejałowy, wolny od lateksu

Jednorazowego użytku zgodność z normą: EN 13795

Rozmiar: M - XXL

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 4, poz. 1

Proszę o dopuszczenie spodenek do kolonoskopi z włókniny polipropylenowej 35 g/m²

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 4, poz. 3

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy na obuwiu o gram. 30g/m²

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 4, poz. 4

Proszę o dopuszczenie czepku typu furażerka zgodnego z opisem:

CZEPEK FURAŻERKA TROKI (z napotnikiem)

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na trok
 - Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
 - Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
 - W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m2 i wysokości 7,5 cm
 - Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
 - Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 4, poz. 5

Proszę o dopuszczenie czepku typu furażerka zgodnego z opisem:

CZEPEK FURAŻERKA TROKI

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym
- Uniwersalny Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywiniecia
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 4, poz. 6

Proszę o dopuszczenie czepku pielęgniarskiego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

- Mankiet 5 cm o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
- Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
- Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o określenie jakiego produktu wymaga zamawiający ,gdyż produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny posiada inny Vat niż wyrób zarejestrowany jako ŚOI kat. III. W zawiązku z powyższym prosimy o wskazanie jaki produkt wycenić, aby zastosować odpowiedni Vat.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający dopuszcza zarówno fartuchy zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony indywidualnej.

Pytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 49 – dot. Pakietu nr 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

- Mankiet 5 cm
- Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)
- Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko
- Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50 – dot. Pakietu nr 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 51 – dot. Pakietu nr 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52 – dot. Pakietu nr 3, poz. 3

Czy zamawiający oczekuje fartuch typu przedniak?

Odp.: Tak.

Pytanie nr 53 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1, 2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54 – dot. Pakietu nr 4, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 55 – dot. Pakietu nr 4, poz. 3, 4-6

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w opakowaniu z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań jednostkowych.

Pytanie nr 56 – dot. Pakietu nr 4, poz. 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 – dot. Pakietu nr 4, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez wydłużenia, bez możliwości wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m²) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 58 – dot. Pakietu nr 4, poz. 6

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 14 g/m² ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59 – dot. Pakietu nr 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny Polipropylenowej jednowarstwowej, o gramaturze min. 25 g/m²?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 60 – dot. Pakietu nr 5, poz. 2

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę?

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolkę.

Pytanie nr 61 – dot. Pakietu nr 5, poz. 2

Czy zamawiający wymaga medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze całkowitej 54 g/m²; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m² ; minimalna chłonność 160 g/m² ; grubość folii 22 ± 2 μm , 80 listków?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 62 – dot. Pakietu nr 5, poz. 2

Czy zamawiający wymaga medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m, z perforacją co 80 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze całkowitej 54 g/m²; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m² ; minimalna chłonność 160 g/m² ; grubość folii 22 ± 2 μm , 50 listków?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Podpisał:
Z-ca Dyrektora
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie