

COZL/DZP/AW/3411/PN-140/24

Lublin, dnia 08.11.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dostawa narzędzi i akcesoriów endoskopowych na potrzeby Pracowni Endoskopowej COZL”

Znak postępowania: COZL/DZP/AW/3411/PN-140/24

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
(tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły
następujące zapytania:

I.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający w części 3 pozycji 7 dopuści jednorazowe pętle do polipektomii ze sztywnego drutu o średnicy otwartej pętli 13,27mm dla kształtu owalnego i heksagonalnego, ze sztywnego drutu o średnicy 27mm dla kształtu półksiężycowatego oraz z giętkiego drutu o średnicy 30mm dla kształtu owalnego; długość robocza narzędzia 240cm, również do polipektomii na zimno?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści w części 3 pozycja 17 przewodnik hydrofilny z rdzeniem odpornym na złamania, izolowany elektrycznie z hydrofilną końcówką roboczą o dodatkowej długości 10cm (o średnicy 0.035”, długość 260cm i 450 cm, w wersji prostej lub zagiętej) oraz w wersji z końcówkami na obydwu końcach jednego przewodnika - długość końcówek 5 i 10 cm (o średnicy o średnicy 0.035”, długość 260cm i 450 cm, w wersji prostej lub zagiętej z jednej strony)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający w części 3 pozycja 19 dopuści samorozprężalne stenty do protezowania zwężeń dróg żółciowych, możliwość stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, usuwalny w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji (wersja pokrywalna), wykonany z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG. Dostępny w wersji pokrywanej - długości - 6, 8, 10, 12 cm, średnica 8 mm oraz długości 4,6,8,10,12 cm średnica 10 mm; Częściowo pokrywanej - długości - 6, 8, 10, 12 cm, średnica 8 mm oraz długości 4,6,8,10,12 cm średnica 10 mm; Niepokrywanej długości - 4, 6, 8, 10, 12 cm, średnica 8 mm oraz długości 4,6,8,10,12 cm średnica 10 mm. Zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr, stent z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim przewodnikiem jak i w sposób standardowy z przewodnikiem długim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający w części 3 pozycja 24 dopuści Iglą 19G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS, wykonana z nitinolu pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

II.**Pytanie nr 5****Część 4**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaofierowanie protez o średnicy 5Fr, 7Fr, 8,5Fr, 10 Fr i 11,5 Fr, o długościach 3, 5, 7, 9, 12 i 15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

III.**Pytanie nr 6**

Dotyczy: Pakiet 1 pozycja 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycji 2 dopuści pomocniczy hemostatyczny system przyczepny przeznaczony do kontroli krwawienia podczas zabiegów endoskopowych w gastrologii; składa się z fiolki zawierającej proszek zawierający cząsteczki samoprzyczepnego polimeru hemostatycznego (AHP), tworzącego w kontakcie z płynami przewodu pokarmowego lub krwią przyczepny żel oraz jednorazowego aplikatora, system współpracujący z posiadanym przez Zamawiającego kompresorem powietrza? Opakowanie zawiera 1 fiolkę i 1 aplikator.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 3 dopuści polisacharydowy system hemostatyczny wspomagający stosowany do kontroli krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych podczas zabiegów endoskopowych; system aplikatora oraz składa się z fiolki zawierającej proszek hemostatyczny oparty na biokompatybilnych i niepirogennych cząsteczkach AMP®, będących pochodnymi skrobi roślinnej. Współpracuje z kompresorem powietrza posiadanym przez Zamawiającego, kompatybilny z gastroskopami i kolonoskopami o średnicy kanału roboczego m.in. 2,8mm? Opakowanie zawiera 1 zestaw.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

IV.**Pytanie nr 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesyłania faktur drogą mailową na wskazany przez Zamawiającego adres bądź przez Platformę Elektronicznego Fakturowania. Towar wysyłamy z magazynu zewnętrznego poza granicami Polski i nie mamy możliwości przesłania faktury razem z towarem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na adres cozl@cozl.pl.

V.**Pytanie nr 9**

Prosimy o dopuszczenie w części 7 w pozycji 20, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzeń do dróg żółciowych, stopniowanych, stosowanych do poszerzania ujścia brodawki dwunastnicy oraz

zwężień dróg żółciowych i trzustkowych, wyposażonych w cieniodajną opaskę widoczną we fluoroskopii. Rozmiary: średnica cewnika 8.4 Fr, średnica końcówki 7-5 Fr lub średnica cewnika 9.6 Fr, średnica końcówki 7-5 Fr; długość cewnika 195 cm, długość zwężonej końcówki 5 cm. Akceptuje przewodnik 0.035". Sterylne, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Prosimy o dopuszczenie **w części 7 w pozycji 21**, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzań zwężień dróg żółciowych i trzustkowych, rozmiar cewnika: 6-4, 6.9-4, 8.4-5, 9-6, 9.6-6, 11.4-7Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Prosimy o dopuszczenie **w części 7 w pozycji 23**, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów o długości cewnika 175cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz..

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Prosimy o dopuszczenie **w części 7 w pozycji 32**, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do wprowadzania protez do dróg żółciowych z cewnikiem popychającym w rozmiarze 8.5 oraz 9Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Prosimy o dopuszczenie **w części 7 w pozycji 34**, w miejsce pierwotnych parametrów, nakładek na kanał roboczy pakowanych po 10 sztuk (1op=10szt).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.