



Grudziądz, dnia 11.10.2023 r.

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kieszonkowego aparatu ultrasonograficznego (znak sprawy: Z/77/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę kieszonkowego aparatu ultrasonograficznego (znak sprawy: Z/77/PN/23)**, wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

#### Zapytanie nr 1

*Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ , parametry głowic 1) Convex*

*Czy Zamawiający zaakceptuje głowicę o następujących parametrach?*

- a 128 kryształów*
- b Pole obrazowania 67,3 stopnia*
- c Zakres częstotliwości 2-5 MHz*
- d Głębokość skanowania 30 cm.*

#### Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ w powyższym zakresie jak poniżej.

#### Zapytanie nr 2

*Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ , parametry głowic 2) Liniowa*

*Czy Zamawiający zaakceptuje głowicę o następujących parametrach?*

- a 128 kryształów*
- b Pole obrazownia 34,5 mm*
- c Zakres częstotliwości 4-12 MHz*
- d Głębokość skanowania 12 cm.*

#### Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ w powyższym zakresie jak poniżej.





### Zapytanie nr 3

*Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, TABLET*

*Czy Zamawiający zaakceptuje tablet z wyświetlaczem o rozdzielczości mi. 1920 x 1200?*

### Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 3 do SWZ w powyższym zakresie jak poniżej

### Zapytanie nr 4

*Dot. SWZ, V. ROZDZIAŁ: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA*

*Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 45 dni od daty zawarcia umowy?*

### Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 4 do SWZ oraz treści SWZ w powyższym zakresie jak poniżej.

### Zapytanie nr 5

*Dot. Załącznika nr 4 do SWZ, § 1 – PRZEDMIOT UMOWY, ust. 1 oraz ust. 2, pkt. 1), 2), 3) oraz § 3 – TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY, ust. 2, ust. 4, ust. 6, ust. 8*

*Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów dot. konieczności rozładunku, wniesienia, instalacji urządzenia, montażu oraz podłączenia elementów wyposażenia*

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z dokumentem fabrycznym Producenta urządzenia oferowany przez Wykonawcę produkt jest instalowany samodzielnie przez użytkownika. Użytkowanie aparatu nie wymaga instalacji oraz instruktażu, a wszelkie materiały dotyczące użytkowania są dostępne na stronie internetowej dedykowanej urządzeniu.?*

### Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 4 do SWZ oraz treści SWZ w powyższym zakresie jak poniżej.

### Zapytanie nr 6

*Dot. Załącznika nr 4 do SWZ, § 1 – PRZEDMIOT UMOWY, ust. 4.*

*Prosimy o rezygnację z konieczności przekazania paszportu technicznego, gdyż zgodnie z dokumentem fabrycznym Producenta urządzenia oferowany przez Wykonawcę produkt nie wymaga wykonywania okresowych przeglądów?*





### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

### **Zapytanie nr 7**

*Dot. Załącznika nr 4 do SWZ, § 1 – PRZEDMIOT UMOWY, ust. 2, pkt 5) oraz § 3 – TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY, ust. 15, 16,17*

*Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów dot. przeprowadzenia szkolenia.*

*Uzasadnienie:*

*Oferowany przez Wykonawcę przenośny aparat USG nie wymaga specjalistycznego szkolenia w zakresie użytkowania. Montaż oraz pierwsze uruchomienie odbywa się we własnym zakresie.*

*Wykonawca dysponuje filmami instruktażowymi dostępnymi na stronie internetowej.*

*W przypadku utrzymania zapisów umowy, koszty związane z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem zostaną uwzględnione w ofercie?*

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

### **Zapytanie nr 8**

*Dot. Załącznika nr 4 do SWZ, § 1 – PRZEDMIOT UMOWY, ust. 2, pkt. 7)*

*Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów dot. wykonania przeglądów.*

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z dokumentem fabrycznym Producenta urządzenia oferowany przez Wykonawcę produkt nie wymaga wykonywania okresowych przeglądów przez autoryzowany serwis.*

*Wszelkie przewidywane czynności konserwacyjne i sprawdzające mogą być wykonywane przez użytkownika, są one opisane w instrukcji obsługi urządzenia?*

### **Odpowiedź**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.





## MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę kieszonkowego aparatu ultrasonograficznego (znak sprawy: Z/77/PN/23, w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 3 w zastępując nową treścią Załącznika nr 3 jak w załączeniu
- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 4 zastępując nową treścią Załącznika nr 4 jak w załączeniu.
- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Rozdziału V ust. 1 zastępując następującą:

Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 4 do SWZ (z wyjątkiem czynności dla których zastrzeżone zostały w umowie inne terminy) tj. dostarczenie urządzenia, na warunkach wskazanych w Załączniku nr 4 do SWZ nastąpi w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy.

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Rozdziału IV ust. 2 zastępując następującą:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- 1) dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego - Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz w miejsce i do pomieszczenia wskazane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
- 2) dostarczenia i wydania Zamawiającemu wraz z urządzeniem oryginałów niezbędnych dokumentów dotyczących urządzenia (w przypadku dokumentacji sporządzonej w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski), w tym w szczególności instrukcji obsługi, kompletnej dokumentacji serwisowej, dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta urządzenia oraz paszportu technicznego,
- 3) przeprowadzenia w terminie 7 dni od daty dostawy urządzenia szkolenia dla wskazanego przez Zamawiającego personelu medycznego z zakresu prawidłowej jego obsługi potwierdzonego stosownym protokołem,
- 4) udzielenia gwarancji oraz rękojmi za wady urządzenia wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w niniejszej umowie,
- 5) wykonania w okresie gwarancji przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniem producenta (po wykonaniu wymaganych przeglądów technicznych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu raportów serwisowych).

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Rozdziału XII ust. 1 zastępując następującą:





Wykonawca jest związany ofertą przez **okres 90 dni od dnia** upływu terminu składania ofert **to jest do dnia 21.01.2024 r.**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Rozdziału XIV ust. 1 zastępując następującą:  
Ofertę należy złożyć **drogą elektroniczną**, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy *Nazwa Zamawiającego* – <https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski> **nie później niż do 24.10.2023 r. godz. 12.30.**
- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Rozdziału XV ust. 2 zastępując następującą:
- **Zamawiający przewiduje otwarcie ofert** w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu **24.10.2023 r. o godz. 13.00**

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

