

Gdynia, 10-11-2021 r.

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej firmy Pentax, BK Medical w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo i w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

Nr sprawy - D25M/251/N/41-66rj/21

1. Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

§ 1 ust.3 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu do ustępu o następującej treści?

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakupu usług w okresie obowiązywania umowy - w przypadku konieczności wycofania z eksploatacji danego urządzenia objętego umową – ograniczenie zakresu zamówienia maksymalnie do 50% 30% zakresu zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za usługę już zrealizowaną

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

§ 3 ust. 5 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu do ustępu o następującej treści?

W przypadku awarii wymagającej wymiany części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy, w ciągu 3- 7 dni roboczych w przypadku wymiany części i 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

Pytanie 3

§ 3 ust. 16 Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu do ustępu o następującej treści?

Jeżeli w trakcie dokonywania czynności serwisowych zostanie stwierdzona konieczność wymiany części zamiennych i podzespołów, potrzebnych dla uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej lub bezpieczeństwa użytkowania aparatu, a wykraczających poza zakres opisany w zamówieniu, to naprawa ta będzie przedmiotem odrębnego, niezależnego postępowania. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest wystawić opinię/ekspertyzę dotyczącą możliwości usunięcia przyczyny niesprawności i ewentualnych wydatków z tym związanych jakie może ponieść Zamawiający. Ponadto w takim przypadku strony ustalą nowy termin zakończenia wykonywania usługi, nie dłuższy jednak niż 14 dni kalendarzowych roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ostatecznym rozstrzygnięciu odrębnego, niezależnego postępowania w zakresie dotyczącym części zamiennych bądź od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek wynikających z charakteru usługi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

§ 6 ust.9 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu do w/w ustępu o następującej treści?

W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i potrącania kary umownej w wysokości ~~1%~~ 0,5% wartości ryczałtowej ceny jednostkowej miesięcznej brutto za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu usługi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

§ 6 ust.15 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie zapisu do w/w ustępu o następującej treści?

Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć ~~70%~~ 30% łącznej wartością przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

§ 6 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści ?

Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar za zwłokę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

§ 7 ust.3 Dotyczy wzór umowy Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu o następującej treści?

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę w terminie 3 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, lub dostarczyć na czas naprawy urządzenie zastępcze bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 3 dni robocze od momentu zgłoszenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPowiednim ZAKRESIE.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Beata Martyn Mrozowska

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 174 254 000,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu