

Łódź, dnia 10.08.2022 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania z wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł - na wzorcowanie i legalizację wag

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy w zadaniu nr 1 waga z pozycji nr 7

Mikrowaga XA53.4Y.M + ma możliwość legalizacji oraz proszę o podanie której ww waga jest klasy dokładność?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ww. waga podlega legalizacji i jest I klasy dokładności.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
mł. insp. Anita Cim-Warchał