



FDZZ.226.12.2023

Ostrów Wielkopolski, 05.10.2023

Otrzymują:  
Strona internetowa postępowania :

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_osw](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_osw)

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dostawę Morcelatora dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp.**

W związku z otrzymaniem pytania do wyżej wymienionego postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

### **ZESTAW PYTAŃ 1**

**Pytanie 1.** Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt o rozwiązaniach funkcjonalnych znacznie przewyższających wstępnie opisane parametry w SOPZ, przedstawione poniżej:

**Parametry techniczne, warunki graniczne**

**MORCELATOR KOMPLETNY 1 ZESTAW - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE**

**Dotyczy poz.4-7**

**Jednostka sterująca - 1 szt.**

Jednostka sterująca wyposażona w ekran dotykowy

animacji kierunku obrotu ostrza wyświetlana na ekranie dotykowym

Możliwość zmiany kierunku obrotu ostrza za pomocą ikony wyboru kierunku na ekranie dotykowym

Możliwość zmiany prędkości obrotu ostrza w ośmiu poziomach na ekranie dotykowym urządzenia

Wyświetlacz dotykowy wyposażony w timer

Wyświetlacz dotykowy wyposażony we wskaźnik obciążenia

Wyświetlacz dotykowy wyposażony we wskaźnik temperatury

Jednostka sterująca wyposażona w przycisk nożny

Dotyczy poz. 8,9,10,12,14

**Zestaw sterylny ostrza wraz z rotorem**

Sterylny, jednorazowy rotor o długości 2000 mm oraz wadze 450 g - 5 szt.

**Rękojeść z ostrzem - 5 szt.**

Prędkość cięcia 180-1440 obr/min

Średnica cięcia 15 mm

Długość robocza 160 mm

Waga 190g

Możliwość ustawienia 3 różnych pozycji:

- lewa: preferowana dla operatorów praworęcznych
- góra: preferowana u pacjentów o niskim BMI
- prawa: preferowana dla operatorów leworęcznych

Możliwość ustawienia następujących trybów cięcia:

- tryb cięcia: zapewnia efekt łuszczenia wokół powierzchni tkanki, nóż jest częściowo odsłonięty
- tryb cięcia +: zapewnia efekt wydrążania, nóż jest w pełni odsłonięty
- tryb wyłączony: nóż jest w pełni schowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta

Zestaw razem z 2 uszczelkami do narzędzi o średnicy 5 mm i 10 mm oraz z obturatorem

Zestaw sterylny i jednorazowy

### **Dotyczy poz. 11**

#### **Narzędzia do morcelacji**

Kompletne narzędzie laparoskopowe Ø 10mm, chwytające w kształcie pazurów, składające się z 3 elementów: płaszcza o długości roboczej 327 mm, wkładu z dwoma branszami, długość bransz 38 mm, uchwytu z mechanizmem blokującym - 1 szt.

### **Poz. 13**

Worek o pojemności 2100 ml - 2 op. (5 szt. w opakowaniu)

**Odpowiedź:** Zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 A do SWZ dotyczy poz. 4-7,8,9,10,11,12,14

**Odpowiedź :** Zamawiający po dokonaniu reasumpcji wymaganych potrzeb postanawia usunąć wymóg w poz. 13 „Worek do morcelacji o obj. 3,5-4L z trzema portami oznaczonymi różnymi kolorami; otwór górny z pakiem do zaciśnięcia worka dla narzędzi o śr.15mm; sterylny (op.= 10 szt.) - 1op”

## **ZESTAW PYTAŃ 2**

Lp.	Opis parametrów	Treść pytania
13	Worek do morcelacji o obj. 3,5-4L z trzema portami oznaczonymi różnymi kolorami; otwór górny z pakiem do zaciśnięcia worka dla narzędzi o śr.15mm; sterylny (op.= 10 szt.) - 1op	Czy Zamawiający dopuści wyłączenie pozycji nr 13 z OPZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający po dokonaniu reasumpcji wymaganych potrzeb postanawia usunąć wymóg w poz. 13 „Worek do morcelacji o obj. 3,5-4L z trzema portami oznaczonymi różnymi kolorami; otwór górny z pakiem do zaciśnięcia worka dla narzędzi o śr.15mm; sterylny (op.= 10 szt.) - 1op”

14	Kontener sterylizacyjny, z 1 filtrem labiryntowym typu BIOSTOP, z pokrywą oraz z matą silikonową typu "trawka" - 1 szt	Czy Zamawiający dopuści zmianę kontenera na Kontener sterylizacyjny bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną BioBarrier, kosz z blachy perforowanej z nóżkami plastikowymi oraz matą silikonową typu jeż?
----	--	---

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem