

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

 Nr sprawy: **24/P/2021**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn.

„Dostawa kolumn szklanych do generatora technetu”

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:


1. Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający zaakceptuje kolumny o wymiarach z poniższego rysunku?

Filtrerdurchlass oder Glasdurchlass ca. 3-4 mm

Filter redukuje średnicę w miejscu jego zainstalowania. To nie ma wpływu na resztę kolumny

szlifowany czy wyrównany płomieniem?


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wymiarów kolumn stanowiących przedmiot niniejszego postępowania.

Wszystkie pytania oraz udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie stanowią istotnych zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące czasu, miejsca i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM

DYREKTOR


mgr inż. Tomasz Dziel

.....
Kierownik Zamawiającego