



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448 BDO: 000150922
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 33/ZP/2024
DZP/286/2024

Zgorzelec, dnia 27.08.2024r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

dotyczy postępowania przetargowego na dostawy kardiowerterów-defibrylatorów dwujamowych i jednojamowych z elektrodami i introducerami w formie depozytu (z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z użyczeniem programatorów i analizatorów do pomiarów śródoperacyjnych

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

ZAPYTANIE NR 1 – dotyczą zał. Nr 3 do SWZ

Pytanie 1

LP.3. Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia 36J energii defibrylacji ale z możliwością dostarczenia urządzeń o zmagazynowanej energii defibrylacji 41J i energii dostarczonej 35J oraz z możliwością wygenerowania aż 8 szoków wysokonergetycznych w trakcie epizodu VF?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2

LP.7. Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości zapisu w pamięci IEGM-ów przynajmniej 45 min ale z możliwością dostarczenia urządzeń z pamięcią 17 min IEGM w każdym z kanałów?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis EGM Zamawiający traktuje jako niezwykle istotny do diagnostyki arytmii. Im dłuższy, tym lepiej.

Pytanie 3

LP. 14 Czy zamawiający dopuści urządzenia bez programu nocnego ale z możliwością zaprogramowania zaawansowanych funkcji-Accelerometr, Minute Ventilation lub hybrydy obu z nich-aby stymulować z adoptowalną częstością impulsów(w badaniach klinicznych wykazano korzyści kliniczne wynikające z prowadzenia stymulacji z adaptacją częstości impulsów z użyciem każdego z tych sensorów)?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 4

LP. 19. . Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów ale z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów co w razie braku konieczności dostarczenia terapii pomaga zaoszczędzić baterię a nieznacznie bo <1,2 sek wydłuża czas do dostarczenia terapii?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 5

LP.20 Czy zamawiający dopuści urządzenia bez algorytmu detekcji uszkodzenia elektrody HV ale urządzenia rozpoznające uszkodzenia elektrody na podstawie codziennych pomiarów impedancji a w sytuacji przekroczenia programowalnych zakresów informujące pacjenta sygnałem dźwiękowym?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Dodatkowe algorytmy poprawiają bezpieczeństwo pacjentów.

Zamawiający informuje, iż w przypadku składania oferty z powyższymi dopuszczeniami należy wyraźnie to zaznaczyć w składanej ofercie w punktach 3, 14, 19 w celu prawidłowego zidentyfikowania zaproponowanych rozwiązań przez Zamawiającego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala -
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej
w Zgorzelcu

Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa <https://platformazakupowa.pl/transakcja/969553>
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Śniadała
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl