

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę aparatów USG w podziale na 4 części w ramach projektu POPI**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Część nr 2: Aparat USG (Neonatologia I)

**Zestaw 1**

**Pytanie nr 1**

Pyt. 1 pkt. 8

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z ilością niezależnych kanałów odbiorczych powyżej 8 000 000 ?

Takie rozwiązanie nie będzie miało wpływu na jakość diagnostyczną.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Pyt. 2 pkt. 24

Zamawiający wymaga aby ultrasonograf pracował w zakresie częstotliwości 2-18 MHz. Zważywszy, że USG ma pracować na Neonatologii zwracamy się z pytaniem czy zamawiający będzie wymagał pracy ultrasonografu wyrażany możliwymi do podłączenia głowicami w dniu składania oferty o częstotliwości 1-22MHz? Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości rozbudować aparat o bardzo wysokoczęstotliwościowe głowice.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ.**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

