

Łódź, dnia 16.10.2020 r.

FZ-2380/31/20/KK

**WYKONAWCY,
KTÓRZY POBRALI SIWZ**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przenośnego analizatora nieznanych substancji chemicznych służącego do detekcji niebezpiecznych mieszanin związków chemicznych (spektrometr) w ramach projektu pn.: „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” (nr projektu PL/2020/PR/0085) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wyjaśnia treść SIWZ w poniższym zakresie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora, który posiada zakres działania w temperaturze co najmniej (od- 20°C do + 50°C)?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wystąpiła omyłka pisarska. W pkt. 2.15:

jest:

Zakres działania w temperaturze co najmniej (od- 25°C do + 50°C).

Powinno być:


Zakres działania w temperaturze co najmniej (od- 20°C do + 50°C).

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że dopuszcza zmiany zakresu temperatury na co najmniej od - 20°C do + 50°C.

Zamawiający przesuwając termin składania ofert do **09.11.2020 r. do godz. 10:00, termin otwarcia ofert na 09.11.2020 r. na godz. 10:30**. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy pkt. 14 SIWZ w zakresie terminu składania ofert.

Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ insp. Dariusz Matusiak



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO