

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WSSE.DEA OZPA 272.37.2023

Łódź, 10.11.2023r.

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do wszystkich Uczestników

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, którego przedmiotem jest **Dostawa aparatury laboratoryjnej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w podziale na części:**

CZĘŚĆ 1: Dilutor grawimetryczny z dwoma pompami – 1szt.

CZĘŚĆ 2: Ciepłarki laboratoryjne o pojemności 50l -60l- 2szt

CZĘŚĆ 3: Ciepłarki laboratoryjne o pojemności 120l-150l- 4szt

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

CZĘŚĆ 2: Ciepłarki laboratoryjne o pojemności 50l -60l- 2szt

1.Czy zamawiający wyrazi zgodę na ciepłarki o wymiarach wysokość 660mm, szerokość 550mm, głębokość 680mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na ciepłarki o głębokości 680mm i podtrzymuje zapisy SWZ.

2.Czy zamawiający wyrazi zgodę na ciepłarki o pojemności komory 70 litrów, a pojemności użytkowej 55 litrów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na ciepłarki o pojemności komory 70 litrów, a pojemności użytkowej 55 litrów.

3.Czy zamawiający dopuści ciepłarkę z wymuszonym obiegiem powietrza?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza ciepłarki z wymuszonym obiegiem powietrza.

CZĘŚĆ 3: Ciepłarki laboratoryjne o pojemności 120l -150l- 4szt

1.Czy zamawiający wyrazi zgodę na ciepłarki o wymiarach wysokość 900mm, szerokość 600mm, głębokość 650mm?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na ciepłarki o wymiarach wysokość 900mm, szerokość 600mm, głębokość 650mm.

2. Czy zamawiający dopuści ciepłarkę z wymuszonym obiegiem powietrza?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza ciepłarki z wymuszonym obiegiem powietrza.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część i z dniem 10.11.2023r stają się wiążące dla każdego Wykonawcy.

W dniu 10.11.2023r zatwierdził:
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
z up.
Waldemar Mańkowski
z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych
WSSE w Łodzi