

Konin, dnia 28.09.2021 r.

WSZ-EP-32/784/2021

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn „Dostawa testów i akcesoriów do badań histopatologicznych wraz z dzierżawą urządzeń”, nr sprawy WSZ-EP-32/2021.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Załącznik nr 5 do SWZ

Par 2 pkt 1.1 oraz par 9 pkt 4.4 Czy nie doszło do pomyłki i błędnego opisu przedmiotu umowy: „za dostawę butelek z podłożem do posiewu krwi i płynów z jam ciała”, „Wykonawca opóźnia się 3-krotnie w dostawie lub reklamacji butelek”?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w paragrafie nr 2 punkt 1.1 oraz paragrafie nr 9 punkt 4.4 doszło do omyłki. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

2. Par 4 pkt 5. Prosimy o wyrażenie zgody na 6 miesięczny minimalny termin ważności testów i akcesoriów do aparatu do badań histopatologicznych oraz min 2 miesięczny dla produktu z materiałem biologicznym (szkiełka kontrolne dla HER-@ PATHWAY HER-2 4 IN 1 CONTROL SLIDES)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 6 miesięczny minimalny termin ważności testów i akcesoriów do aparatu do badań histopatologicznych oraz min 2 miesięczny dla produktu z materiałem biologicznym (szkiełka kontrolne dla HER-@ PATHWAY HER-2 4 IN 1 CONTROL SLIDES) za wyjątkiem testów CINtec PLUS Cytology (E6H4 + 274-11 AC3) CE-US EXPORT, których minimalny termin ważności wynosi 12 miesięcy. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

3. Par 5 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną i zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw, analizator fabrycznie nowy został dostarczony w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, z jednoczesnym zachowaniem ciągłości pracy Zakładu Patomorfologii na analizatorze używanym, jednak w pełni sprawnym, po pełnym przeglądzie technicznym, o parametrach wymaganych w SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytania do umowy

1. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczność siły wyższej. Zamawiający doda do Par. 3 nowy ust. o następującej treści:

"Terminy wykonania umowy mogą ulec przedłużeniu wyłącznie w następujących przypadkach i o następujące okresy: zaistnienia zdarzeń siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią – co najmniej o ilość dni, przez które prowadzenie robót było niemożliwe z uwagi na zaistnienie siły wyższej, np. działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, akt administracji państwowej. Strony zgodnie oświadczają, że za zdarzenie o charakterze siły wyższej nie będzie uważany strajk pracowników lub współpracowników Wykonawcy ani strajk pracowników lub współpracowników Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, strajk pracowników lub współpracowników dostawców materiałów lub przewoźników."

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o dopuszczalności wprowadzenia w trakcie trwania umowy zamiennika danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego zawiadomienia, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu, przy spełnieniu oczywiście dodatkowych założeń? Propozycja postanowienia poniżej:

„Strony dopuszczają w trakcie trwania umowy zamianę danego produktu wchodzącego w skład przedmiotu umowy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedniego zamiennika lub produktu zmodyfikowanego, w szczególności udoskonalonego, o ile zamiennik ten jest produktem o właściwościach równoważnych bądź lepszych w stosunku do zamienianego, odpowiadających charakterystyce pierwotnego produktu.

W przypadku, gdy nie ulegnie zmianie cena jednostkowa, a tym samym nie wpłynie to na zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy i jednocześnie zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, nie wymaga ona zawarcia pisemnego aneksu, lecz jest skuteczna na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w tym zakresie przez Wykonawcę. Zmiana uznawana będzie za skuteczną w chwili otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, chyba że została wskazana w nim inna data."

Uzasadnienie:

Zmiana opisana powyżej jest korzystna dla Zamawiającego i może usprawnić proces wprowadzania zmian korzystnych dla Zamawiającego, także po stronie wykonawcy, ponieważ w przypadku zastąpienia danego produktu udoskonalonym, wymaga to wprowadzania zmian w bardzo wielu umowach. Dopuszczenie w takich sytuacjach formy pisemnego zawiadomienia dla skuteczności tej zmiany byłoby racjonalnym postępowaniem.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy) w paragrafie 7 punkt 4. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

4. Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, że do aparatów będących przedmiotem zamówienia nie będą wprowadzane dane osobowe pacjentów.

Par. 1 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i informuje, że 4 osoby z personelu Zamawiającego będą poddane szkoleniu. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Par.6 ust, 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego / wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w niniejszym postanowieniu zdania: "Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w szczególności w przypadku, gdy z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji lub dostawach m. in. wyrobów medycznych oraz utrudnieniami w transporcie i logistyce, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych i akcji serwisowej przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia obecnej sytuacji."?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Par. 9 ust. 1 pkt 3 -4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Par. 9 ust. 1 pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Par. 9 ust.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Par. 9 ust. 4 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności” .?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Par 6 pkt 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapis :

Wydierżawiający umożliwi Dzierżawcy dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu poprzez dostęp do portalu technicznego Producenta umożliwiającego przesyłanie zleceń serwisowych, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. . W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy). Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 286 ust.1 i ust.7 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 1129 ze zm.) zmianę treści SWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.