




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak PN 11/21

Poznań, dnia 27.10.2021 roku

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę testów, laboratoryjnego sprzętu jednorazowego odczynników izotopowych i odczynników dzierżawionych przez Zamawiającego aparatów Alinity i , Alinity c oraz ACL TOP 550 CTS dla Zespołu ds. Odczynników Laboratoryjnych- 12 pakietów

I. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia poprawia omyłkę pisarską w zakresie pakietu nr 2 i w załączniku nr 3 oświadczenia JEDZ (zmiany zaznaczone pogrubioną czcionką) w sposób jak poniżej :

1. Pakiet nr 2
Jest :

lp	Opis Przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	j.m.	Wielkość oferowanego opakowania	Ilość oferowanych opakowań/	Cena netto 1 opakowania	Cena brutto 1 opakowania	Podatek VAT w %	Wartość netto zamówienia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu (jeżeli Wykonawca posiada)
1	Zestaw do wytworzenia atmosfery beztlenowej z torebką na 1-4 płytek - generator bez wody i katalizatora; - generator pakowany indywidualnie; - torebka foliowa przezroczysta; - termin ważności zestawu minimum 12 miesięcy;	30									
2	Wskaźnik do kontroli atmosfery beztlenowej - termin ważności minimum 12 miesięcy;	30									
3	Klipsy zaciskowe wielokrotnego użytku do torebki	10									
4	Worki do autoklawowania, odporne do temperatury minimum 134 °C, wymiary 60-65cm x 65-85cm	1 000									
1	Suma	xx	xx		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxx			xxxxxxxxxxxx

**Po zmianie:
Pakiet nr 2**

lp	Opis Przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	j.m.	Wielkość oferowanego opakowania	Ilość oferowanych opakowań/	Cena netto 1 opakowania	Cena brutto 1 opakowania	Podatek VAT w %	Wartość netto zamówienia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu (jeżeli Wykonawca posiada)
1	Zestaw do wytworzenia atmosfery beztlenowej z torebką na 1-4 płytek - generator bez wody i katalizatora; - generator pakowany indywidualnie; - torebka foliowa przezroczysta; - termin ważności zestawu minimum 12 miesięcy;	230									
2	Wskaźnik do kontroli atmosfery beztlenowej - termin ważności minimum 12 miesięcy;	200									
3	Klipsy zaciskowe wielokrotnego użytku do torebki	10									
4	Worki do autoklawowania, odporne do temperatury minimum 134 °C, wymiary 60-65cm x 65-85cm	1 000									
1	Suma	xx	xx		xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxx			xxxxxxxxxxxxxx

W załączeniu obowiązujący Pakiet nr 2

2. Załącznik nr 3 oświadczenie JEDZ

Jest:

Nazwa:	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 61-848 Poznań, ul. Długa 1/2
--------	---

Po zmianie:

Nazwa:	Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 60-572 Poznań ul. Szpitalna 27/33
--------	---

II. Ponadto , Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający w **Pakiecie 7** dopuści strzykawkę do badań gazometrycznych (uznanego producenta Smiths Medical) o charakterystyce: strzykawka do pobierania krwi tętniczej do badań gazometrycznych, ze zbalansowaną wapniem suchą heparyną litową o stężeniu ok. 23,5 IU/ml. Pojemność 1 cm³ lub 3 cm³ (do wyboru przez Zamawiającego); zakończenie strzykawki Luer-slip. Strzykawka wyposażona w filtr samouszczelniający się przy kontakcie z krwią, nakładany na zakończenie strzykawki, umożliwiający bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki; po usunięciu pęcherzyków z powietrza filtr może służyć, jako zatyczka do strzykawki (na czas transportu próbki). Sterylna, zapakowana pojedynczo razem z filtrem w folię/papier.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 strzykawki do gazometrii z suchą, wysokoskoncentrowaną heparyną litową (o stężeniu 50 - 80 IU/ml) buforowaną wapniem. Strzykawki z zakończeniem typu „Luer” o pojemności 3 ml, do pobierania krwi tętniczej, sterylne, pojedynczo pakowane.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 wymaga oznaczenia lekowrażliwości dla Aspergillus

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 2 poz.2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu pakowanego po 100 saszetek w opakowaniu zbiorczym:

Uzasadnienie:

Wykonawca zgodnie z przeliczeniem proponuje Zamawiającemu 1 op. , co w całości pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego, z zachowaniem pozostałych parametrów

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzona zmianą jak na wstępie pisma część I

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 wyrazi zgodę na podpisanie Porozumienia (oświadczenia) użytkownika końcowego dotyczącego użytkowania szczepów wzorcowych, które Wykonawca jest zobligowany archiwizować dla wytwórcy materiałów zakaźnych?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 wymaga szczepów wzorcowych w postaci zestawów KWIK-STIK (zestaw w foliowej saszetce zawierający liofilizowaną tabletkę, płyn uwadniający i wymazówkę)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 4 wymaga pasków MIC na nośniku bibułowym, posiadających pozytywną opinię KORLD, potwierdzającą wysoką jakość w procesie diagnostycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 8 dot. wzoru umowy § 2 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 ust.2 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 9 dot. wzoru umowy § 10 ust.1 pkt. c

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej określonej w par. 10 ust.1 pkt. c na 0,3% wartości netto towaru wadliwego podlegającego wymianie na nowy wolny od wad za każdy dzień zwłoki w wymianie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 10 dot. załącznika nr 1

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych za 1 szt. z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku **pod warunkiem że Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku (bez zaokrąglania ceny ofertowej w górę lub w dół).**

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o poj. 120 ml i poj. Całkowitej 140 ml ?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować przedmiot zamówienia, o którym mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 6 poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 12 mm x 55 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 6 poz.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki wirówkowej o długości 105 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 6 poz.12

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie probówek typu Ependorf z płaskim zatrzaskowym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach. ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

St. inspektor
Dział Zamówień Publicznych
Beata Jochims
Sekretarz Komisji Przetargowej

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
SZPITALA KLINICZNEGO
im. K. Jonschera UM w Poznaniu
Pawel Daszkiewicz
dr n. med. Paweł Daszkiewicz

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

Pakiet nr 2											
Ip.	Opis Przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	j.m.	Wielkość oferowanego opakowania	Ilość oferowanych opakowań/	Cena netto 1 opakowania	Cena brutto 1 opakowania	Podatek VAT w %	Wartość netto zamówienia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa producenta, Nazwa oferowanego produktu Numer katalogowy produktu (Jeżeli Wykonawca posiada)
1.	Zestaw do wytworzenia atmosfery beztlenuj z torebką na 1-4 ptytek - generator bez wody i katalizatora; - generator pakowany indywidualnie; - torebka foliowa przezroczysta; - termin ważności zestawu minimum 12 miesięcy;	230	szt.								
2	Wskaźnik do kontroli atmosfery beztlenuj - termin ważności minimum 12 miesięcy;	200	szt.								
3	Klipsy zaciskowe wielokrotnego użytku do torebki	10	szt.								
4.	Worki do autoklawowania, odporne do temperatury minimum 134 °C, wymiary 60-65cm x 65-85cm	1 000	szt.								
	Suma	xxxx	xxxx		xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxxxxxxxxxxx

Wykonawca dołączy do oferty :

- Metodykę wytworzenia atmosfery beztlenuj.
- Instrukcję dotyczącą wskaźnika atmosfery beztlenuj.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto)

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)

Słownie zł:

Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.