

dotyczy: **TP 33/23 Dostawa materiałów szewnych**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zadanie 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zad. 17 gąbek żelatynowych konfekcjonowanych po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości tj:

Poz.1 - 8 op

Poz.2 - 10 op ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 2

Zadanie 26, 28, 29,30

Czy Zamawiający dopuści w zadaniach 26,28,29,30 siatki przepuklinowe, polipropylenowe, niewchłaniające o parametrach :

- gramatura siatki 50g/m²
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm
- wytrzymałość na rozciąganie: 255 N
- wytrzymałość na rozerwanie: 618 kPa?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 28 siatki w rozmiarze 7,5cm x15 cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści monofilamentowy szew wchłaniający, polimer glikolidu i kaprolaktonu o efektywnym okresie podtrzymywania tkankowego 21-28, podtrzymywanie tkankowe po 1 tygodniu 55%, min. 25% po 2 tygodniach, okres wchłaniania tkanki 90-120 dni?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 6 dopuści szew o długości nici 70cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pozycja 2-6 dopuści szew o długości igły 25mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pozycja 3, 5 dopuści szew o długości nici 90cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pozycja 7 dopuści szew z igłą 40mm o krzywiźnie $\frac{1}{2}$ koła?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 dopuści syntetyczny, wchłaniający szew pleciony wykonany z kwasu poliglikolowego o efektywnym okresie podtrzymywania tkanki 21-28 dni, 65% po 2 tygodniach, min. 40% po trzech tygodniach, okresie całkowitego wchłonięcia masy szwu 60-90dni?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 6 dopuści podwiązki pakowane po 6x45cm z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 7, 13 dopuści podwiązki pakowane po 5x70cm z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 11 dopuści igłę odwrotnie tnącą bez określenia kosmetyczna?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 12 dopuści igłę wzmocnioną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 18, 19 dopuści igłę o długości 36mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 18, 19 dopuści igłę bez katalogowego określenia mocna (pogrubiona), zaproponowana igła wykonana jest z najwyższej jakości stali chirurgicznej A300, stosowanej powszechnie w kardiochirurgii, dzięki czemu igła odporna jest na odkształcenia i złamania, a średnica igły dopasowana jest do grubości nici, tak by gwarantować szczelność wykonanego zespolenia i wyeliminować zbędne krwawienie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 21 dopuści igłę o krzywiznie 5/8 koła oraz długości 27mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 21 wyrazi zgodę na złożenie oferty z pominięciem tej pozycji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 20 dopuści szew z igłą wzmocnioną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 25 dopuści szew z igłą o długości 45mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 1, 4, 5 dopuści szew z igłą o długości 26mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 5,6 dopuści igłę bez katalogowego określenia mocna (pogrubiona), zaproponowana igła wykonana jest z najwyższej jakości stali chirurgicznej A300, stosowanej powszechnie w kardiochirurgii, dzięki czemu igła

odporna jest na odkształcenia i złamania, a średnica igły dopasowana jest do grubości nici, tak by gwarantować szczelność wykonanego zespolenia i wyeliminować zbędne krwawienie?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 pozycja 7 dopuści szew z igłą wzmocnioną o długości 50mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 wyrazi zgodę na złożenie oferty opiewającej na liczbę sztuk wymaganego asortymentu, a nie na opakowania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę szwów z igłą o długości 40mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 25

PAKIET 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści produkt w rozmiarze 7,6x10,2cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26

PAKIET 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału hemostatycznego o następujących właściwościach: Jałowy hemostatyczny powierzchniowy, wykonany w 100% z utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego). Postać gęstego splotu sprawdza się idealnie w przypadkach bardziej intensywnego krwawienia. Działa miejscowo i tamuje krwawienie średnio w ciągu 3-4 minut. Czas wchłaniania po implantacji do cząstek niemierzalnych wynosi 7-14 dni. Niska wartość pH (2,5-3,5) zapewnia uzyskanie efektu bakteriobójczego. Zawartość grupy karboksylowej mieści się w zakresie 18-24 %. Można przycinać bez efektu strzępienia. Wykazuje działanie bakteriobójcze przeciwko szerokiej gamie bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, tlenowych i beztlenowych, takich jak: MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginosa, E.coli – parametry zawarte w instrukcji użytkowania. Skuteczność bezpieczeństwa in vivo z udziałem ludzi została potwierdzona badaniem klinicznym w postaci prospektywnego, porejestracyjnego badania interwencyjnego z obserwacją kliniczną.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

PAKIET 16 poz.1

Czy Zamawiający dopuści воск kostny o następującym składzie z przeliczeniem wymaganej ilości opakowań: * воск pszczeli (83%), * парафина stała (5%), * palmitynian izopropylu (12%)? Dzięki 3-składnikowej budowie воск jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować. Gramatura: 2,5g. Opakowanie handlowe liczy 12 szt. Pojedyncza sztuka jest podwójnie opakowana (podwójny system bariery sterylnej) w przezroczystą pierwszą saszetkę.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 28

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści jednowłóknowe syntetyczne wchłaniające nici chirurgiczne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu, o pootrzymywaniu tkankowym po 2 tygodniach 40%,

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny z polidoksanonu, wchłaniający w okresie 180-210 dni, o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach, 70% po 28 dniach od implantacji?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30

Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31

Zadanie 3. poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 20 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32

Zadanie 3. poz. 6. 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 26 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Zadanie 6. poz. 1. 4. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 26 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34

Zadanie 10. 11

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku antyseptyku (triklosanu)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35

Zadanie 10. poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36

Zadanie 10. poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37

Zadanie 12

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, syntetyczny jednowłóknowy, wchłaniany wykonany z polydioksanonu, bez dodatku antyseptyku (triklosanu), o okresie podtrzymywania tkankowego po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180 - 210 dni?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38

Zadanie 15

Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o zawartości grupy karboksylowej 18-24%, czasie wchłaniania 1 miesiąca i czasie hemostazy 1-5 minut?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy bez zmian.

W związku z udzielanymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że Wykonawcy którzy składają produkt dopuszczony odpowiedziami Zamawiającego – **zaznaczą uwagą nr odpowiedzi i datą pisma z odpowiedziami.**

Miejsce zaznaczenia: Załącznik nr 1 do SWZ, odpowiednio przy oferowanym produkcie.

UWAGA

PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH WSZYSTKIE WYMAGANE ZAPISAMI SWZ CECHY

Opracowała: Agnieszka Bolewska