



Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Włocławek ,03.11.2023r.

Sygnatura: DZP/93/2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

pn. „ Urządzenie do hipotermii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”

na realizację dostawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130000,00 złotych na urządzenie do hipotermii - Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści Zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami.

Pytanie nr 1

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 6 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:
Zamiast parametru: „Dokładność pomiaru temperatury pacjenta 0,05°C.”
Produktu o niższym parametrze: „Dokładność pomiaru temperatury pacjenta +/- 0,3°C.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 2

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 7 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:
Zamiast parametru: „3 gniazda czujników temperatury: głębokiej, skóry i bębnekowej.”



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Produktu o poniższym parametrze: „1 uniwersalne gniazdo czujnika temperatury: głębokiej lub skóry (temperatury powierzchniowej)”


Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 3

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 9 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „10” wyświetlacz z panelem dotykowym.”

Produktu o poniższym parametrze: „Zintegrowany w jednej obudowie z urządzeniem membranowy panel sterowania z przyciskami, diodami LED oraz wyświetlaczem. Panel sterujący składa się z przycisków, dziewięciu wskaźników LED, wyświetlacza ciekłokrystalicznego oraz dwóch wyświetlaczy LED. Przyciski i diody LED na panelu sterowania oznaczone symbolami.



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 4

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 10 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Graficzne wyświetlanie trendów temperatury głębokiej pacjenta oraz temperatury wody.”

Produktu o poniższym parametrze: „Wyświetlanie na wyświetlaczu temperatury głębokiej pacjenta oraz temperatury wody.”



Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 5

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 11 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Wbudowana w obudowie szyba hartowana zabezpieczająca wyświetlacz z panelem dotykowym.”

Produktu o poniższym parametrze: „Zintegrowany w jednej obudowie z urządzeniem membranowy panel sterowania z przyciskami, diodami LED oraz wyświetlaczem. Panel sterujący składa się z przycisków, dziewięciu wskaźników LED, wyświetlacza ciekłokrystalicznego oraz dwóch wyświetlaczy LED. Przyciski i diody LED na panelu sterowania oznaczone symbolami.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 6

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 12 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „4 tryby pracy (manualny, szybki, zmienny gradient, zmiana temperatury na godzinę)..”

Produktu o poniższym parametrze: „3 tryby pracy (tryb sterowania automatycznego, tryb inteligentny - zmienny gradient z nachyleniem 10°C, tryb inteligentny - zmienny gradient z nachyleniem zmiennym)”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 7

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 18 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem / przechłodzeniem.”

Produktu o poniższym parametrze: „Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem / przechłodzeniem.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 8

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 22 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Czujnik poziomu wody w zbiorniku. Graficzne wskazanie na wyświetlaczu bieżącego poziomu i przepływu wody.”



Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Produktu o poniższym parametrze: „Czujnik poziomu wody w zbiorniku. Graficzne wskazanie na wyświetlaczu niskiego poziomu wody. Urządzenie wyposażone w mechaniczny, łopatkowy, wskaźnik przepływu wody widoczny dla użytkownika podczas pracy urządzenia, pozwalający ocenić szybkość tłoczenia wody przez urządzenie.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 9

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 23 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „System dezynfekcji wody UV-C w zbiorniku.”

Produktu o poniższym parametrze: „Wbudowany filtr o średnicy porów nie większej niż 0,22 mikrona odpowiedzialny za filtrację wody w zbiorniku.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 10

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 26 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Wymiary urządzenia: 55 (70) x 50 x 107 cm (Głębokość (z wysuniętym hakiem) x Szerokość x Wysokość).”

Produktu o poniższym parametrze: „Wymiary urządzenia: 44 x 44 x 96 cm (Głębokość (z wysuniętym hakiem) x Szerokość x Wysokość).”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 11

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 27 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Waga urządzenia bez wody: 66 kg (76 kg po napełnieniu).”

Produktu o poniższym parametrze: „Waga urządzenia bez wody: 60 kg (max 70 kg po napełnieniu).”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 12

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 28 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Pojemność zbiornika 10 litrów.”

Produktu o poniższym parametrze: „Pojemność zbiornika 2 galony tj. 7,5 litrów.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Pytanie nr 13

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 29 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Temperatura otoczenia (podczas pracy): 15 - 25°C.”

Produktu o niższym parametrze: „Temperatura otoczenia (podczas pracy): 15 - 30°C.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 14

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 33 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Kranik do odprowadzenia wody z urządzenia.”

Produktu o niższym parametrze: „Wąż do odprowadzenia wody z urządzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 15

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 34 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Uchwyt do przewożenia urządzenia.”

Produktu o niższym parametrze: „Ergonomiczny kształt górnej części obudowy ułatwiająca uchwycenie urządzenia podczas przewożenia.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 16

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 36 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50-60 Hz, prąd znamionowy 6.5 A.”

Produktu o niższym parametrze: „Napięcie zasilania: 220-230 VAC +/- 10%, 50 Hz, prąd znamionowy 5.2 A.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 17

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 38 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Baza danych i możliwość eksportu danych z przeprowadzonych procedur.”

Produktu o niższym parametrze: „Baza danych i możliwość eksportu danych z przeprowadzonych procedur.”



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 18

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 25 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Typ czynnika chłodzącego R290.”

Produktu o poniższym parametrze: „Typ czynnika chłodzącego R-134a.”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 19

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 30 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru: „Cicha praca, poniżej 50 dB.”

Produktu o poniższym parametrze: „Cicha praca, poniżej 60 dB.”



Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIELUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022r.”

Pytanie nr 20

Część nr 1 - Urządzenie do hipotermii - podpunkt 38 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu: „Baza danych i możliwość eksportu danych z przeprowadzonych procedur.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od wymogu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr inż. Karolina Welku



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

