



WOJSKOWE CENTRUM

KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78

Warszawa, dnia 04 września 2023 r.

Wykonawcy postępowania nr 61/D/2023

WCKiK – SZP.2612.2.61/D/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawa urządzeń do schładzania i przechowywania FFP oraz chłodziarek laboratoryjnych”, Sprawa 61/D/2023

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, skierowane przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Pytanie 1

Dzień dobry Zwracam się z pytaniem do części 2:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompresorem umieszczonym powyżej komory chłodzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z kompresorem umieszczonym powyżej komory chłodzenia.

Pytanie 2

Zwracam się z pytaniem do części 2:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie o szerokości 670mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o szerokości 670 mm

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Uwaga:

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert **NIE ULEGA** zmianie tj.:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **07.09.2023 r. do godziny 09:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.09.2023 r.** o godzinie **09:15**

W imieniu kierownika Zamawiającego